ANEXO I_RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN_BAREMACIÓN

Agrup	Lote	GC	EMPRESA	Rentabilidad Eficacia 0-25 puntos	Observaciones	Calidad de los materiales, 0-12,5 puntos	Observaciones	Facilidad de utilización 0-12,5 puntos	Observaciones	TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA	PRECIO OFERTADO SIN IVA	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA	TOTAL PUNTUACIÓN	PROPUESTA ADJUDICATARIO
	1	D03965	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	25	Sonda de aspiracion con buena conexión al sistema aspirador, flexible y punta atraumatica	12,5	Material flexible de buen tacto y punta de aspiracion atraumatica	12,5	De facil manejo y seguro debido a su conexión al aspirador , flexibilidad y punta atraumatica.	**50**	0,080000 €	49,38	99,38	
	1	D03965	GARRIC MEDICA S.L.	12	Sonda de aspiracion con buena conexión al sistema de aspiracion, rigida que puede producir lesiones en la asipracion y punta atraumatica.	6	Material rigido que puede producir lesiones	6	Dificultad en manejo debido a su rigidez que puede producir lesiones. Punta atraumatica.	**24**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	1	D03965	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	25	Sonda de aspiracion con buena conexión al sistema aspirador, flexible y punta atraumatica	12,5	Material flexible de buen tacto y punta de aspiracion atraumatica	12,5	De facil manejo y seguro debido a su conexión al aspirador , flexibilidad y punta atraumatica.	**50**	0,080000 €	49,38	99,38	
	1	D03965	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	25	Sonda de aspiracion con buena conexión al sistema aspirador, flexible y punta atraumatica	12,5	Material flexible de buen tacto y punta de aspiracion atraumatica	12,5	De facil manejo y seguro debido a su conexión al aspirador , flexibilidad y punta atraumatica.	**50**	0,079000 €	50,00	100,00	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.
	2	D05766	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	25	Sonda de aspiracion con buena conexión al sistema aspirador, flexible y punta atraumatica	12,5	Material flexible de buen tacto y punta de aspiracion atraumatica	12,5	De facil manejo y seguro debido a su conexión al aspirador , flexibilidad y punta atraumatica.	**50**	0,080000 €	49,38	99,38	
	2	D05766	GARRIC MEDICA S.L.	12	Sonda de aspiracion con buena conexión al sistema de aspiracion, rigida que puede producir lesiones en la asipracion y punta atraumatica.	6	Material rigido que puede producir lesiones	6	Dificultad en manejo debido a su rigidez que puede producir lesiones. Punta atraumatica.	**24**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	2	D05766	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	25	Sonda de aspiracion con buena conexión al sistema aspirador, flexible y punta atraumatica	12,5	Material flexible de buen tacto y punta de aspiracion atraumatica	12,5	De facil manejo y seguro debido a su conexión al aspirador , flexibilidad y punta atraumatica.	**50**	0,080000 €	49,38	99,38	
	2	D05766	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	25	Sonda de aspiracion con buena conexión al sistema aspirador, flexible y punta atraumatica	12,5	Material flexible de buen tacto y punta de aspiracion atraumatica	12,5	De facil manejo y seguro debido a su conexión al aspirador , flexibilidad y punta atraumatica.	**50**	0,079000 €	50,00	100,00	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.
	3	D12351	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	25	Sonda de aspiracion con buena conexión al sistema aspirador, flexible y punta atraumatica	12,5	Material flexible de buen tacto y punta de aspiracion atraumatica	12,5	De facil manejo y seguro debido a su conexión al aspirador , flexibilidad y punta atraumatica.	**50**	0,099000 €	49,49	99,49	
	3	D12351	GARRIC MEDICA S.L.	12	Sonda de aspiracion con buena conexión al sistema de aspiracion, rigida que puede producir lesiones en la asipracion y punta atraumatica.	6	Material rigido que puede producir lesiones	6	Dificultad en manejo debido a su rigidez que puede producir lesiones. Punta atraumatica.	**24**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	3	D12351	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	25	Sonda de aspiracion con buena conexión al sistema aspirador, flexible y punta atraumatica	12,5	Material flexible de buen tacto y punta de aspiracion atraumatica	12,5	De facil manejo y seguro debido a su conexión al aspirador , flexibilidad y punta atraumatica.	**50**	0,098000 €	50,00	100,00	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
	4	C56270								No hay Ofertas				DESIERTO
	5	C55918	VYGON S.A.U.	25	Sonda de aspiracion con recipiente graduado y transparente para la recogida de muestras. Dispone de conexión para el fibroscopio y a la fuente de vacio	12,5	Sonda flexible y recipiente con tapon rigido que asegura la estanqueidad evitando perdida de mucosidad	12,5	De facil uso e indicado en aspiracion mediante fibroscopio, seguro debido a la estanqueidad del cierre.	**50**	2,900000 €	50,00	100,00	VYGON S.A.U.
	5	C55918	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	6	Sonda de aspiracion con recipiente graduado y transparente para la recogida de muestras. No dispone de conexión para el fibroscopio, conecta a la fuente de vacio y aspira directamente.	6	Sonda rigida y recipiente con tapon blando que no asegura la estanqueidad pudiendo producir perdida de mucosidad y repeticon de la tecnica	0	No indicado en aspiracion mediante fibroscopio	**12**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	6	C26393	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	25	Sonda nasogastrica de una via para nutricion o descarga, con punta atraumatica, cilindrica y hueca.	12,5	Material transparente que permite la visualizacion del paso de la alimentacion.	12,5	Facil de usar debido a su manejabilidad y flexibilidad. Por el tipo de punta evita lesiones en su colocacion.	**50**	0,540000 €	23,15	73,15	

	6	C26393	GARRIC MEDICA S.L.	25	Sonda nasogastrica de una via para nutricion o descarga, con punta atraumatica, cilindrica y hueca.	12,5	Material transparente que permite la visualizacion del paso de la alimentacion.	12,5	Facil de usar debido a su manejabilidad y flexibilidad. Por el tipo de punta evita lesiones en su colocacion.	**50**	0,250000 €	50,00	100,00	GARRIC MEDICA S.L.
	7	F24682	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A						Se considera que la oferta integrante en el lote 7 no se corresponde con los atributos solicitados . La licitadora presenta articulo asociado al SAS 01.08.05.200010. y GC F35773, Por lo que se deja constancia que el producto no cumple en cuanto a especificaciones técnicas de SAS licitado 01.08.05.200009 y GC F24682.		No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	7	F24682	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	10	Sonda para nutricion que presenta como mejora una guia que facilita su colocacion evitando recolocaciones y mayor uso de material. Sistema marcado centimetrico difuminado con dificultad en su lectura que no asegura el lugar de colocacion de la sonda.	12,5	Material poliuretano, que se deteriora poco y asegura una una mayor duracion una vez colocada evitando recolocaciones al paciente	2	Dificultad de uso en la aspiración ya que presenta punta de oliva cerrada, material opaco que no facilita la observacion del contenido de la sonda.	**24,5**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	7	F24682	NUTRICIA, S.R.L.	25	Sonda para nutricion que presenta como mejora una guia que facilita su colocacion evitando recolocaciones y mayor uso de material. Sistema marcado centimetrico que se observa perfectamente que nos asegura el lugar de colocacion de la sonda.	12,5	Material poliuretano, que se deteriora poco y asegura una una mayor duracion una vez colocada evitando recolocaciones al paciente	12,5	Facilidad de uso debido a la guia que presenta, material transparente facilita la observacion del contenido de la sonda.	**50**	4,0900	50,00	100,00	DESIERTO
	7	F24682	OIARSO SDAD COOP	9	Sonda para nutricion que no presenta mejora como la guia lo que dificulta su colocacion dando lugar recolocaciones y mayor uso de material. Sonda muy blanda con posibilidad de acodamiento en su colocacion. Sistema de marcado centrimetrico casi impeceptible lo que no asegura el lugar de colocacion de la sonda.	12,5	Material poliuretano, que se deteriora poco y asegura una una mayor duracion una vez colocada.	2	Dificultad de uso debido su gran flexibilidad que puede producir acodamientos en la colocacción, material opaco que no facilita la observacion del contenido de la sonda.	**23,5**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	7	F24682	OIARSO SDAD COOP						No se puede valorar la oferta ya que no presenta muestras, según se recoge en el apartado14.1 del cuadro resumen.		No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	8	F24683	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A						Se considera que la oferta integrante en el lote 8 no se corresponde con los atributos solicitados . La licitadora presenta articulo asociado al SAS 01.08.05.200010. y GC F35773, Por lo que se deja constancia que el producto no cumple en cuanto a especificaciones técnicas de SAS licitado 01.08.05.200009 y GC F24683.		No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	8	F24683	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	10	Sonda para nutricion que presenta como mejora una guia que facilita su colocacion evitando recolocaciones y mayor uso de material. Sistema marcado centimetrico difuminado con dificultad en su lectura que no asegura el lugar de colocacion de la sonda.	12,5	Material poliuretano, que se deteriora poco y asegura una una mayor duracion una vez colocada evitando recolocaciones al paciente	2	Dificultad de uso en la aspiración ya que presenta punta de oliva cerrada, material opaco que no facilita la observacion del contenido de la sonda.	**24,5**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	8	F24683	NUTRICIA, S.R.L.	25	Sonda para nutricion que presenta como mejora una guia que facilita su colocacion evitando recolocaciones y mayor uso de material. Sistema marcado centimetrico que se observa perfectamente que nos asegura el lugar de colocacion de la sonda.	12,5	Material poliuretano, que se deteriora poco y asegura una una mayor duracion una vez colocada evitando recolocaciones al paciente	12,5	Facilidad de uso debido a la guia que presenta, material transparente facilita la observacion del contenido de la sonda.	**50**	4,090000 €	Precio por encima del precio de licitación		DESIERTO

	8	F24683	OIARSO SDAD COOP	9	Sonda para nutricion que no presenta mejora como la guia lo que dificulta su colocacion dando lugar recolocaciones y mayor uso de material. Sonda muy blanda con posibilidad de acodamiento en su colocacion. Sistema de marcado centrimetrico casi impeceptible lo que no asegura el lugar de colocacion de la sonda.	12,5	Material poliuretano, que se deteriora poco y asegura una una mayor duracion una vez colocada.	2	Dificultad de uso debido su gran flexibilidad que puede producir acodamientos en la colocacción, material opaco que no facilita la observacion del contenido de la sonda.	**23,5**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	8	F24683	OIARSO SDAD COOP	9	Sonda para nutricion que no presenta mejora como la guia lo que dificulta su colocacion dando lugar recolocaciones y mayor uso de material. Sonda muy blanda con posibilidad de acodamiento en su colocacion. Sistema de marcado centrimetrico casi impeceptible lo que no asegura el lugar de colocacion de la sonda.	12,5	Material poliuretano, que se deteriora poco y asegura una una mayor duracion una vez colocada.	2	Dificultad de uso debido su gran flexibilidad que puede producir acodamientos en la colocacción, material opaco que no facilita la observacion del contenido de la sonda.	**23,5**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	9	D58873	VYGON S.A.U.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	1,800000 €	50,00		VYGON S.A.U.
	10	C23910	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	10	Sonda para nutricion que presenta como mejora una guia que facilita su colocacion evitando recolocaciones y mayor uso de material. Sistema marcado centimetrico difuminado con dificultad en su lectura que no asegura el lugar de colocacion de la sonda.	12,5	Material poliuretano, que se deteriora poco y asegura una una mayor duracion una vez colocada evitando recolocaciones al paciente	2	Dificultad de uso en la aspiración ya que presenta punta de oliva cerrada, material opaco que no facilita la observacion del contenido de la sonda.	**24,5**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			DESIERTO
	11	C26197	VYGON S.A.U.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	4,150000 €	50,00		VYGON S.A.U.
	12	C55451	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A						Se considera que la oferta integrante en el lote 12 no se corresponde con los atributos solicitados . La licitadora presenta articulo asociado al GC F24026, Por lo que se deja constancia que el producto no cumple en cuanto a especificaciones técnicas de GC licitado C55451.		No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos		0,00	DESIERTO
	13	D05597	GARRIC MEDICA S.L.	25	Sonda rectal con punta atraumatica y orificios laterales	12,5	Material transparente que permite la visualizacion del paso del liquido.	12,5	Facil de usar debido a us manejabilidad y flexibilidad. Por el tipo de punta evita lesiones en su colocacion.	**50**	0,110000 €	50,00	100,00	GARRIC MEDICA S.L.
	13	D05597	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	25	Sonda rectal con punta atraumatica y orificios laterales	12,5	Material transparente que permite la visualizacion del paso del liquido.	12,5	Facil de usar debido a us manejabilidad y flexibilidad. Por el tipo de punta evita lesiones en su colocacion.	**50**	0,118500 €	46,41	96,41	
	14	B44775								No hay Ofertas				DESIERTO
	15	E55242	MEDICINA & MERCADO, S.L.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	64,000000 €	50,00		DESIERTO
	16	B42115								No hay Ofertas				DESIERTO

	17	B52766	B. BRAUN MEDICAL S.A.	10	Sonda de instilacion con tapon sin rosca que no asegura la estanqueida de la sonda, rigidez adecuada que evita lesiones, por el diseño de la funda protectora,no es versatil, ya que se no 'puede utilizar en varias tecnicas.	3	Sonda de PVC , con punta atraumatica y tapon sin rosca de seguridad que puede provocar fugas de liquido o medicamentos	3	Sonda de manipulacion compleja debido a su doble envasado que complica la manipulacion, no asegura la estanqueidad debido al tapon sin rosca.	**16**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	17	B52766	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	25	Sonda de instilacion que presenta tapon con rosca de seguridad que asegura la estanqueidad de la sonda, rigidez adecuada de la sonda que evita lesiones, versatil ya que se puede utilizar en varias tecnicas.	12,5	Sonda de PVC , con punta atraumatica y tapon roscado de seguridad	12,5	Sonda de facil utilizacion debido al envasado que evita maximizar la manipulacion de la sonda, correcta estanqueidad evitando perdida de liquido medicamentoso	**50**	1,228000 €		50,00	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A
	17	B52766	DENTSPLY SIRONA IBERIA, S.A.U.						Se considera que la oferta integrante en el lote 17 no se corresponde con los atributos solicitados . La licitadora no presenta sonda con tapon. Por lo que se deja constancia que el producto no cumple en cuanto a especificaciones técnicas establecidas .		No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	18	D79835	B. BRAUN MEDICAL S.A.	10	Sonda de instilacion con tapon sin rosca que no asegura la estanqueida de la sonda, rigidez adecuada que evita lesiones, por el diseño de la funda protectora,no es versatil, ya que se no 'puede utilizar en varias tecnicas.	3	Sonda de PVC , con punta atraumatica y tapon sin rosca de seguridad que puede provocar fugas de liquido o medicamentos	3	Sonda de manipulacion compleja debido a su doble envasado que complica la manipulacion, no asegura la estanqueidad debido al tapon sin rosca.	**16**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	18	D79835	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	25	Sonda de instilacion que presenta tapon con rosca de seguridad que asegura la estanqueidad de la sonda, rigidez adecuada de la sonda que evita lesiones, versatil ya que se puede utilizar en varias tecnicas.	12,5	Sonda de PVC , con punta atraumatica y tapon roscado de seguridad	12,5	Sonda de facil utilizacion debido al envasado que evita maximizar la manipulacion de la sonda, correcta estanqueidad evitando perdida de liquido medicamentoso	**50**	1,228000 €	50,00	100,00	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A
	18	D79835	DENTSPLY SIRONA IBERIA, S.A.U.						Se considera que la oferta integrante en el lote 18 no se corresponde con los atributos solicitados . La licitadora no presenta sonda con tapon. Por lo que se deja constancia que el producto no cumple en cuanto a especificaciones técnicas establecidas .	**0**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	19	D93122	B. BRAUN MEDICAL S.A.	10	Sonda de instilacion con tapon sin rosca que no asegura la estanqueida de la sonda, rigidez adecuada que evita lesiones, por el diseño de la funda protectora,no es versatil, ya que se no 'puede utilizar en varias tecnicas.	3	Sonda de PVC , con punta atraumatica y tapon sin rosca de seguridad que puede provocar fugas de liquido o medicamentos	3	Sonda de manipulacion compleja debido a su doble envasado que complica la manipulacion, no asegura la estanqueidad debido al tapon sin rosca.	**16**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	19	D93122	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	25	Sonda de instilacion que presenta tapon con rosca de seguridad que asegura la estanqueidad de la sonda, rigidez adecuada de la sonda que evita lesiones, versatil ya que se puede utilizar en varias tecnicas.	12,5	Sonda de PVC , con punta atraumatica y tapon roscado de seguridad	12,5	Sonda de facil utilizacion debido al envasado que evita maximizar la manipulacion de la sonda, correcta estanqueidad evitando perdida de liquido medicamentoso	**50**	1,228000 €	50,00	100,00	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A
	19	D93122	DENTSPLY SIRONA IBERIA, S.A.U.						Se considera que la oferta integrante en el lote 19 no se corresponde con los atributos solicitados . La licitadora no presenta sonda con tapon. Por lo que se deja constancia que el producto no cumple en cuanto a especificaciones técnicas establecidas .	**0**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	20	B40067	GARRIC MEDICA S.L.	12	Sonda vesical con textura de alta friccion que en algunos casos puede dificultar su deslizamiento por la uretra pudiendo producir lesiones. Valvula de inflado compleja con alto riesgo de obstruccion del canal de inflado. Balon que se arruga despues del desinflado pudiendo provocar lesiones en la mucosa uretral en su retirada.	6	Sonde de latex, poco segura debido a la valvula de inflado y el balon que presenta arrugas en su desinflado.	7	De manejo complejo debido a la alta friccion, valvula de inflado con riesgos de obstrucciones.	**25**	0,340000 €	50,00	75,00	

	20	B40067	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	25	Sonda vesical con textura satinada que facilita su deslizamiento por la uretra disminuyendo las posibles lesiones. Valvula de inflado de facil manejo y minimiza el riesgo de obstruccion del cnal dde inflado. Balon que se mantiene sin arruga desdeus del desinflado evitando lesiones en la mucosa uretraal en su retirada.	12,5	Sonde de latex, y segura debido a la valvula de inflado y el balon que no presenta arrugas en su desinflado.	12,5	De muy facil manejo y sencillez de la valvula de inflado que evita riesgos de obstrucciones del canal.	**50**	0,410000 €	41,46	91,46	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
	20	B40067	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	12	Sonda vesical con textura de alta friccion que en algunos casos puede dificultar su deslizamiento por la uretra pudiendo producir lesiones. Valvula de inflado compleja con alto riesgo de obstruccion del canal de inflado. Balon que se arruga despues del desinflado pudiendo provocar lesiones en la mucosa uretral en su retirada.	6	Sonde de latex, poco segura debido a la valvula de inflado y el balon que presenta arrugas en su desinflado.	7	De manejo complejo debido a la alta friccion, valvula de inflado con riesgos de obstrucciones.	**25**	0,410000 €	41,46	66,46	
	21	B39773	GARRIC MEDICA S.L.	12	Sonda vesical con textura de alta friccion que en algunos casos puede dificultar su deslizamiento por la uretra pudiendo producir lesiones. Valvula de inflado compleja con alto riesgo de obstruccion del canal de inflado. Balon que se arruga despues del desinflado pudiendo provocar lesiones en la mucosa uretral en su retirada.	6	Sonde de latex, poco segura debido a la valvula de inflado y el balon que presenta arrugas en su desinflado.	7	De manejo complejo debido a la alta friccion, valvula de inflado con riesgos de obstrucciones.	**25**	0,340000 €	50,00	75,00	
	21	B39773	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	25	Sonda vesical con textura satinada que facilita su deslizamiento por la uretra disminuyendo las posibles lesiones. Valvula de inflado de facil manejo y minimiza el riesgo de obstruccion del cnal dde inflado. Balon que se mantiene sin arruga desdeus del desinflado evitando lesiones en la mucosa uretraal en su retirada.	12,5	Sonde de latex, y segura debido a la valvula de inflado y el balon que no presenta arrugas en su desinflado.	12,5	De muy facil manejo y sencillez de la valvula de inflado que evita riesgos de obstrucciones del canal.	**50**	0,410000 €	41,46	91,46	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
	21	B39773	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	12	Sonda vesical con textura de alta friccion que en algunos casos puede dificultar su deslizamiento por la uretra pudiendo producir lesiones. Valvula de inflado compleja con alto riesgo de obstruccion del canal de inflado. Balon que se arruga despues del desinflado pudiendo provocar lesiones en la mucosa uretral en su retirada.	6	Sonde de latex, poco segura debido a la valvula de inflado y el balon que presenta arrugas en su desinflado.	7	De manejo complejo debido a la alta friccion, valvula de inflado con riesgos de obstrucciones.	**25**	0,410000 €	41,46	66,46	
	22	B57301	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A						No se puede valorar la oferta ya que no presenta muestras, según se recoge en el apartado14.1 del cuadro resumen.		No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	22	B57301	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	12	Sonda vesical con textura de alta friccion que en algunos casos puede dificultar su deslizamiento por la uretra pudiendo producir lesiones. Valvula de inflado compleja con alto riesgo de obstruccion del canal de inflado. Balon que se arruga despues del desinflado pudiendo provocar lesiones en la mucosa uretral en su retirada.	6	Sonde de latex, poco segura debido a la valvula de inflado y el balon que presenta arrugas en su desinflado.	7	De manejo complejo debido a la alta friccion, valvula de inflado con riesgos de obstrucciones.	**25**	0,610000 €	50,00	75,00	TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	23	B41721	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	25	Sonda vesical con textura satinada que facilita su deslizamiento por la uretra disminuyendo las posibles lesiones. Valvula de inflado de facil manejo y minimiza el	12,5	Sonde de latex, y segura debido a la valvula de inflado y el balon que no presenta arrugas en su desinflado.	12,5	De muy facil manejo y sencillez de la valvula de inflado que evita riesgos de obstrucciones del canal.	**50**	0,400000 €	42,50	92,50	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.

					riesgo de obstruccion del cnal dde inflado. Balon que se mantiene sin arruga desdeus del desinflado evitando lesiones en la mucosa uretraal en su retirada.									
	23	B41721	GARRIC MEDICA S.L.	12	Sonda vesical con textura de alta friccion que en algunos casos puede dificultar su deslizamiento por la uretra pudiendo producir lesiones. Valvula de inflado compleja con alto riesgo de obstruccion del canal de inflado. Balon que se arruga despues del desinflado pudiendo provocar lesiones en la mucosa uretral en su retirada.	6	Sonde de latex, poco segura debido a la valvula de inflado y el balon que presenta arrugas en su desinflado.	7	De manejo complejo debido a la alta friccion, valvula de inflado con riesgos de obstrucciones.	**25**	0,340000 €	50,00	75,00	
	23	B41721	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	25	Sonda vesical con textura satinada que facilita su deslizamiento por la uretra disminuyendo las posibles lesiones. Valvula de inflado de facil manejo y minimiza el riesgo de obstruccion del cnal dde inflado. Balon que se mantiene sin arruga desdeus del desinflado evitando lesiones en la mucosa uretraal en su retirada.	12,5	Sonde de latex, y segura debido a la valvula de inflado y el balon que no presenta arrugas en su desinflado.	12,5	De muy facil manejo y sencillez de la valvula de inflado que evita riesgos de obstrucciones del canal.	**50**	0,410000 €	41,46	91,46	
	23	B41721	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	12	Sonda vesical con textura de alta friccion que en algunos casos puede dificultar su deslizamiento por la uretra pudiendo producir lesiones. Valvula de inflado compleja con alto riesgo de obstruccion del canal de inflado. Balon que se arruga despues del desinflado pudiendo provocar lesiones en la mucosa uretral en su retirada.	6	Sonde de latex, poco segura debido a la valvula de inflado y el balon que presenta arrugas en su desinflado.	7	De manejo complejo debido a la alta friccion, valvula de inflado con riesgos de obstrucciones.	**25**	0,410000 €	41,46	66,46	
	24	B71297	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	0,610000 €	50,00		TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	25	B38749	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	0,370000 €	50,00		CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.
	26	B46562	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	25	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado no deja arrugas evitando lesiones uretral. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	12,5	De facil manipulacion por su consistencia que facilita su progresion	**50**	1,100000 €	45,45	95,45	
	26	B46562	GARRIC MEDICA S.L.	8,5	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado deja arrugas pudiendo producir lesiones uretrales. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	4	Dificultad en su manipulacion por su consistencia mas blanda que dificulta su progresion	**25**	1,080000 €	46,30	71,30	
	26	B46562	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	8,5	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado deja arrugas pudiendo producir lesiones uretrales. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	4	Dificultad en su manipulacion por su consistencia mas blanda que dificulta su progresion	**25**	1,000000 €	50,00	75,00	
	26	B46562	OIARSO SDAD COOP	8,5	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado deja arrugas pudiendo producir lesiones uretrales. Valvula antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	3	Dificultad en su manipulacion por su consistencia mas blanda y presencia de estrias en el balon que dificulta su progresion	**24**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	26	B46562	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	25	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado no deja arrugas evitando lesiones uretrales. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	12,5	De facil manipulacion por su consistencia que facilita su progresion	**50**	1,100000 €	45,45	95,45	TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	27	B39834	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	25	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado no deja arrugas evitando lesiones uretral. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	12,5	De facil manipulacion por su consistencia que facilita su progresion	**50**	1,210000 €	41,32	91,32	

	27	B39834	GARRIC MEDICA S.L.	8,5	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado deja arrugas pudiendo producir lesiones uretrales. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	4	Dificultad en su manipulacion por su consistencia mas blanda que dificulta su progresion	**25**	1,080000 €	46,30	71,30	
	27	B39834	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	8,5	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado deja arrugas pudiendo producir lesiones uretrales. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	4	Dificultad en su manipulacion por su consistencia mas blanda que dificulta su progresion	**25**	1,000000 €	50,00	75,00	
	27	B39834	OIARSO SDAD COOP	8,5	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado deja arrugas pudiendo producir lesiones uretrales. Valvula antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	3	Dificultad en su manipulacion por su consistencia mas blanda y presencia de estrias en el balon que dificulta su progresion	**24**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	27	B39834	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	25	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado no deja arrugas evitando lesiones uretrales. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	12,5	De facil manipulacion por su consistencia que facilita su progresion	**50**	1,100000 €	45,45	95,45	TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	28	B44591	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	25	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado no deja arrugas evitando lesiones uretral. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	12,5	De facil manipulacion por su consistencia que facilita su progresion	**50**	1,210000 €	41,32	91,32	
	28	B44591	GARRIC MEDICA S.L.	8,5	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado deja arrugas pudiendo producir lesiones uretrales. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	4	Dificultad en su manipulacion por su consistencia mas blanda que dificulta su progresion	**25**	1,080000 €	46,30	71,30	
	28	B44591	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	8,5	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado deja arrugas pudiendo producir lesiones uretrales. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	4	Dificultad en su manipulacion por su consistencia mas blanda que dificulta su progresion	**25**	1,000000 €	50,00	75,00	
	28	B44591	OIARSO SDAD COOP	8,5	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado deja arrugas pudiendo producir lesiones uretrales. Valvula antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	3	Dificultad en su manipulacion por su consistencia mas blanda y presencia de estrias en el balon que dificulta su progresion	**24**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	28	B44591	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	25	Sonda siliconada que presenta un balon que al desinflado no deja arrugas evitando lesiones uretrales. Valvula de inflado antirretorno.	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	12,5	De facil manipulacion por su consistencia que facilita su progresion	**50**	1,100000 €	45,45	95,45	TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	29	B46489	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	25	Sonda de silicona con guia de muy buena consistencia que permite su reinsecion en caso de recolocacion	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	12,5	Facilidad en su manipulacion ya que la sonda es de muy buena consistencia y por la guia que presenta que facilita las recolocaiones.	**50**	6,660000 €	48,35	98,35	
	29	B46489	GARRIC MEDICA S.L.	4	Sonda de silicona con guia de muy poca consistencia que no permite su reinsecion en caso de recolocacion	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	3	Dificultad en su manipulacion ya que la sonda es de muy poca consistencia y por la guia que presenta que no facilita las recolocaiones.	**19,5**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	29	B46489	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	25	Sonda de silicona con guia de muy buena consistencia que permite su reinsecion en caso de recolocacion	12,5	Sonda de silicona que favorece la larga duracion evitando recambios	12,5	Facilidad en su manipulacion ya que la sonda es de muy buena consistencia y por la guia que presenta que facilita las recolocaiones.	**50**	6,440000 €	50,00	100,00	TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	30	B53718	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	3,140000 €			TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	31	B55378	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	2,140000 €			TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	32	B45100	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	10	Sonda de silicona con luz interior amplia que facilita el drenaje de la orina evitando obstrucciones. Ojo de drenaje mas pequeño y sonda algo mas rigida, Punta mas fina y flexible y redondeada que evita posible iatrogenia.	12,5	Sonda de silicona de larga duracion con buena seguridad debido al lumen interno y el tipo de punta.	12,5	Facilidad de uso debido a la seguridad por el lumen interior, punta atraumatica.	**35**	3,880000 €	50,00	85,00	
	32	B45100	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	25	Sonda de silicona con luz interior y ojo de drenaje amplio que facilita el drenaje de la orina evitando obstrucciones. Punta mas fina y flexible que evita posible iatrogenia.	12,5	Sonda de silicona de larga duracion con buena seguridad debido al lumen interno y el tipo de punta.	12,5	Facilidad de uso debido a la seguridad por el lumen interior, punta atraumatica.	**50**	3,880000 €	50,00	100,00	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A

	32	B45100	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	5	Sonda que presenta una punta de dificil progresion, aparentemente cruenta que puede producir lesiones en la mucosa uretral. Sonda muy rigida.	2	Sonda con extremo distal de dificil progresion con riesgo de lesiones.	2	Dificultad de uso debido a su rigidez y a las indicaciones a las que va destinada.	**9**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	32	B45100	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	10	Sonda de silicona con poca luz interior que dificulta el drenaje de la orina pudiendo favorecer obstrucciones. Punta flexible y redondeada que evita posible iatrogenia.	6	Sonda de silicona de larga duracion con poca seguridad debido al lumen interno	6	Dificultad de uso debido al poco lumen interior, punta atraumatica.	**22**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	33	C26362	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	44,140000 €			TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	34	B42712	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	44,140000 €			TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	35	B52276	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	44,613000 €			TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	36	B52428	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	31,840000 €			TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	37	B43834	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	44,140000 €			TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	38	B39646	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	44,140000 €			TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	39	F01972	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	8,190000 €			TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	40	B45382	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	25	Sonda con rigidez adecuada para sus indicaciones, presenta punta con ojo distal muy amplio y dos ojos laterales que aseguran la permeabilidad de la sonda en hematurias. Sonda no colapsable en lavados manuales.	12,5	Sonda de latex, con buena rigides y buena luz interior que evita la obstruccion.	12,5	Facilidad de uso debido a la rigidez que evita colapsos y recolocaciones.	**50**	4,500000 €	50,00	100,00	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.
	40	B45382	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	10	Sonda con menor rigidezpara sus indicaciones, presenta punta con ojo distal poco amplio que no aseguran la permeabilidad de la sonda en hematurias. Sonda colapsable en lavados manuales.	6	Sonda de latex, con menor rigidez y menor luz interior que pude favorecer la obstruccion y recolocaciones.	6	Dificultad de uso debido a la menor rigidez que pude favorecer colapsos y recolocaciones.	**22**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	41	B50927	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	7,140000 €			TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	42	B72736	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	7,140000 €			TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	43	B63080	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A						No se puede valorar la oferta ya que no presenta muestras, según se recoge en el apartado14.1 del cuadro resumen.		No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	43	B63080	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	10,740000 €	50,00		TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	44	B62917	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	10	Sonda de alta friccion lo que no asegura su colocacion, Ojo con capacidad de drenaje limitado que no evita obstrucciones y recoloocaciones, Punta	3	Sonda de latex que puede producir alergias, recolocaciones, etc.	3	De dificill colocacion debido a la alta friccion, drenaje muy pequeño por el tamaño del ojo de drenaje.	**16**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos		16,00	

					traumatica que junto a la alta friccion no facilita su progresion.									
	44	B62917	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	25	Sonda baja friccion lo que asegura su colocacion, Ojo de de drenaje buen tamaño y luz adecuada lo que evita obstrucciones y recolocaciones, Punta atraumatica que junto a la baja friccion facilita su progresion.	12,5	Sonda de PVC antialergico que asegura su colocacion con un drenaje muy adecuado	12,5	De facil colocacion debido a la baja friccion, drenaje muy adecuado por el tamaño del ojo de drenaje.	**50**	7,410000 €	50,00	100,00	TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	45	B46730	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	12,5	Sonda con mas friccion lo que puede difcutar su colocacion, Ojo de de drenaje buen tamaño y luz adecuada lo que evita obstrucciones y recoloocaciones, Punta blanda que junto a la baja friccion facilita su progresion.	12,5	Sonda de silcona antialergico que asegura su colocacion con un drenaje muy adecuado	6	Algo de dificultad en su colocacion debido a la friccion que presenta, drenaje muy adecuado por el tamaño del ojo de drenaje.	**31**	7,100000 €	50,00	81,00	
	45	B46730	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	10	Sonda de alta friccion lo que no asegura su colocacion, Ojo con capacidad de drenaje limitado que no evita obstrucciones y recolocaciones, Punta traumatica que junto a la alta friccion no facilita su progresion.	12,5	Sonda de PVC antialergico que asegura su colocacion con un drenaje muy adecuaddo	3	De dificill colocacion debido a la alta friccion, drenaje muy pequeño por el tamaño del ojo de drenaje.	**25,5**	7,100000 €	50,00	75,50	
	45	B46730	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	25	Son da baja friccion lo que asegura su colocacion, Ojo de de drenaje buen tamaño y luz adecuada lo que evita obstrucciones y recolocaciones, Punta atraumatica que junto a la baja friccion facilita su progresion.	12,5	Sonda de latex que puede producir alergias, recolocaciones, etc.	12,5	De facil colocacion debido a la baja friccion, drenaje muy adecuado por el tamaño del ojo de drenaje.	**50**	7,410000 €	47,91	97,91	TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	46	B40570	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	7,000000 €	50,00		TELEFLEX MEDICAL, S.A.
	47	B77513	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A						No se puede valorar la oferta ya que no presenta muestras, según se recoge en el apartado14.1 del cuadro resumen.		No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	47	B77513	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	13,130000 €	50,00		COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A
	48	B45592	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	13,130000 €	50,00		COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A
	49	B91327	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							Unica oferta. Cumple carateristicas tecnicas	29,000000 €	50,00		TELEFLEX MEDICAL, S.A.
1	50	E90786	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	25	Sistema de evacuacion que presenta un deposito para agua de 1 litro con poco riesgo de sobre presion, un sistema de irrigacion y una pera para instilacion de doble uso (instilacion del agua e insuflacion del balon del sellado del esfinter anal que asegura la efectividad de la irrigacion. Presenta un sistema de control de presion que perfmite detener la irrigacion en caso de sobre presion, evitando molestias en el paciente y rechazo de la tecnica.	12,5	Por la composicion del sistema adecuado para las irrigaciones anales, presenta un sistema seguro que evita posibles molestias anales por sobrepresiones. Material libre de latex que evita problemas de alergias.	12,5	Sistema de muy facil manejo y muy seguro debido al control unificado en un solo disposit¡vo (pera) que permite al manipulador instilar agua y aire dejando la otra mano libre para poder manipular el instrumento. Sisstema de facil limpieza y mantenimiento.	**50**	84,445450 €		50,00	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A
	50	E90786	DENTSPLY SIRONA IBERIA, S.A.U.	10	Sistema de evacuacion que presenta un deposito para agua 1,5 litros con posibilidades de aumento de la presion por instilaciuon excesiva de agua y las	6	Por la composicion del sistema adecuado para las irrigaciones anales, no documenta un sistema seguro que evite posibles molestias anales por sobrepresiones. Material libre	6	Sistema con mayor complejidad en su manejo y dificultad de uso debido al mayor numero de componenetes para el manejo de la tecnica, dos peras (insuflacion e instilación) que no permite al manipulador	**22**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			

					consecuentes molestias en uso poco corrrecto, un sistema control de irrigacion con dos peras de distinto uso (instilacion del agua e insuflacion del balon por separado),que hace que el uso sea mas complejo. En la documentacion tecnica, no presenta un sistema de control de presion que permite detener la irrigacion en caso de sobre presion, pudiendo producir molestias en el paciente y rechazo de la tecnica.		de latex que evita problemas de alergias.		instilar agua y aire con el mismo gesto. Sistema de facil limpieza y mantenimiento.					
	50	E90786	DENTSPLY SIRONA IBERIA, S.A.U.	10	Sistema de evacuacion que presenta un deposito para agua 1,5 litros con posibilidades de aumento de la presion por instilaciuon excesiva de agua y las consecuentes molestias en uso poco corrrecto, un sistema control de irrigacion con dos peras de distinto uso (instilacion del agua e insuflacion del balon por separado),que hace que el uso sea mas complejo. En la documentacion tecnica, no presenta un sistema de control de presion que permite detener la irrigacion en caso de sobre presion, pudiendo producir molestias en el paciente y rechazo de la tecnica.	6	Por la composicion del sistema adecuado para las irrigaciones anales, no documenta un sistema seguro que evite posibles molestias anales por sobrepresiones. Material libre de latex que evita problemas de alergias.	6	Sistema con mayor complejidad en su manejo y dificultad de uso debido al mayor numero de componenetes para el manejo de la tecnica, dos peras (insuflacion e instilación) que no permite al manipulador instilar agua y aire con el mismo gesto. Sistema de facil limpieza y mantenimiento.	**22**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	51	E90520	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	25	Sondas prelubricada que por su diseño de punta anatomica, permite una facil colocacion asegurando la tecnica	12,5	Material flexifle que reduce el riesgo de espasmos	12,5	De muy facil uso debido a la lubricacion y a su flexibilidad y la punta anatomica	**50**	10,074380 €		50,00	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A
	51	E90520	DENTSPLY SIRONA IBERIA, S.A.U.	25	Sondas prelubricada que por su diseño de punta anatomica, permite una facil colocacion asegurando la tecnica	12,5	Material flexifle que reduce el riesgo de espasmos	12,5	De muy facil uso debido a la lubricacion y a su flexibilidad y la punta anatomica	**50**	9,950000 €			
2	52	B50897	CONVATEC, S.L.	25	Equipo de control fecal que presenta una silicona de alta calidad muy blanda. Esto permite que al inflado del balón, la adaptabilidad del mismo a la ampolla rectal esté asegurada, tanto en su eficacia como en la seguridad de no generar lesiones en la mucosa rectal. Tecnologia de absorcion de olor en toda la sonda lo que evita malos olores ambientales	12,5	La silicona es de alta calidad muy blanda y adaptable. El balón está unido a la sonda de forma que no se produce una discontinuidad de la misma, por lo que no existen rebordes endurecidos en la unión de sonda y balón evitando lesiones. Posee indicador y testigo de inflado del balón, lo que da una seguridad en que el relleno del mismo se ha llevado a cabo con la cantidad necesaria de líquido, y de esta manera se adapta de forma segura a la anatomía de la ampolla rectal.	12,5	Existe una hendidura digital en el balón, lo que permite la dirección adecuada del sistema en la ampolla rectal y nos confirma de que la posición en la misma es la correcta, esto facilita la insercion del sistema	**50**	289,000000 €		50,00	DESIERTO
	52	B50897	IGROBE RODAR 2001 SL	10	Equipo de control fecal siliconado algo rigido. El inflado del balon al ocupar la ampolla rectal podria llegar a causar alguna lesion por decubito al no e existir una adpatacion completa a la ampolla. La tecnologia de absorcion la incorpora parcialmente en el sistema no evitando la posibilidad de olores.	6	La composicion de la silicona se observa menos blanda. El balon está unido a la sonda con rebordes endurecidos en el extremo que pueden causar lesiones en la mucosa, no posee indicador ni testigo de inflado que puede dar lugar a lesiones severas.	6	El sistema no presenta endidura digital en el balon lo que dificulta la colocacion y ubicación segura	**22**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			
	52	B50897	IHT MEDICAL, S.A.	8	Equipo presenta un sistema con introductor muy rigido que envuelve al balon, lo que impide conocer el lugar correcto de su colocacion pudiendo producir lesiones severas en la mucosa.	4	La composicion de la silicona se observa algo rigido. El balon está unido a la sonda con rebordes endurecidos en el extremo que pueden causar lesiones en la mucosa, no posee indicador ni testigo de inflado que puede dar lugar a lesiones severas.	6	El sistema no presenta endidura digital en el balon lo que dificulta la colocacion y ubicación segura	**18**	No Supera umbral mínimo establecido en criterios No Automáticos			

	53	B40051	CONVATEC, S.L.	25	Bolsa con filtro de carbon para evitar los olores, llevan graduacion impresa, disponen de sistema colgador	12,5	Bolsa abosrvente con filtro de carbon y tapon para evitar la salida del liquido un vez retirado el cateter.	12,5	Bolsa de facil utilizacion debido al sistema colgador y a la graduacion impresa.	**50**	3,400000 €		50,00	DESIERTO
	53	B40051	IGROBE RODAR 2001 SL	10	Bolsa con filtro para evitar los olores pero no indica que sea de carbon activado, llevan graduacion impresa, disponen de sistema colgador	6	Bolsa abosrvente con filtro(no indica carbon activado) y tapon para evitar la salida del liquido una vez retirado el cateter.	12,5	Bolsa de facil utilizacion debido al sistema colgador y a la graduacion impresa.	**28,5**	0,000000 €			
	53	B40051	IHT MEDICAL, S.A.	25	Bolsa con filtro de carbon para evitar los olores, llevan graduacion impresa, disponen de sistema colgador	12,5	Bolsa abosrvente con filtro de carbon y tapon para evitar la salida del liquido un vez retirado el cateter.	12,5	Bolsa de facil utilizacion debido al sistema colgador y a la graduacion impresa.	**50**	3,400000 €			