EXPEDIENTE Nº 000610/2018

INFORME TÉCNICO RELATIVO A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE Nº 000610/2018 RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA PARA LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

El objeto del presente Informe es la valoración de las ofertas que se han presentado para participar en la licitación del Expediente **Nº 000610/2018 RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA PARA LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD,** el cual se tramita por procedimiento abierto, mediante Modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de suministro de tracto sucesivo de los previstos en el artículo 16.3.a) de la LCSP, que corresponde a aquellos contratos en los que la persona empresaria se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administración.

Se ha puesto a disposición de la Comisión Técnica Específica designada para la elaboración del presente Informe, la documentación técnica aportada por los licitadores al expediente, tras la apertura en Mesa de Contratación.

Los miembros que constituyen la citada Comisión Técnica Específica que asisten son:

MIEMBROS	
Gemma María Martín Vega	Coordinador Responsable Recursos Materiales. **Hospital U. Regional de Málaga**
Emilia Villegas Muñoz	Facultativo Especialista de Ginecología. **Hospital U. Regional de Málaga**
José Oliva Rodríguez-Pastor	Facultativo Especialista de Ginecología. **Hospital U. Virgen de la Victoria**
Mª Ángeles Álvarez Soriano	Supervisora del Área de Ginecología. **AGS Axarquía de Málaga**
Mª José Priego Cubero	Facultativo Especialista de Ginecología. **AGS Serranía de Málaga**
Ana Jesús Ruiz Martín	Facultativo Especialista de Área de Análisis Clínicos **Hospital U. Regional de Málaga**

Las empresas admitidas en la licitación son las que se relacionan a continuación:

EMPRESAS	
AB MEDICA GROUP, S.A.	JOHNSON&JOHNSON, S.A.
BIOMEDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.U.	JUVAZQUEZ,S.L.
BIOMEDICAL SUPPLY, S.L.	KULTER MEDICAL, S.L.
CAHNOS, S.L.	LÉLEMAN, S.L.
COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A.	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMBLES MAC, S.A.
COVACA, S.A.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
DEXTROMEDICA, S.L.	OIARSO S. COOP. "BEXENMEDICAL"
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	ORIGIO MEDICULT ESPAÑA, S.L.
DURGALAB, S.L.	PALEX MEDICAL, S.A.
EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.	PANVALE, S.L.
GARRIC MEDICAL, S.L.	PRIM, S.A.
IHT MEDICAL, S.A.	RADIOMETER, S.L.
IMARK-HOSPITAL, S.L.	SISTEMA INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.
INSTRUMEDIC, S.L.	TELEFLEX MEDICAL, S.A.

En el **Anexo I** al presente Informe se han incluido todas las ofertas presentadas por las empresas admitidas a licitación.

Conforme lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación, la valoración se realizará como se detalla a continuación:

- La Comisión Técnica procederá a comprobar el cumplimiento de los requisitos, de ámbito CIP, en su caso, y de índole objetivo, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El no cumplimiento del mismo será informado por este Comité como propuesta de exclusión.

- Asimismo, las ofertas deben alcanzar en la valoración una puntuación mínima de **5 puntos** que tendrá carácter de umbral funcional mínimo.

Atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el expediente, serán objeto de valoración por este Comité Técnico, los siguientes aspectos:

Nº Orden	Criterios	Evaluables auto/no automática-mente	Ponderación	Fórmula Evaluación	Umbral mínimo (en su caso)
2	CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS: 20 PUNTOS				SI
	TODAS LAS AGRUPACIONES Y LOTES				
2.1	OFERTA TÉCNICA CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS: 20 PUNTOS				
2.1.1	Calidad y Seguridad de los productos ofertados	No Automático	De 0 a 10 puntos	En este subcriterio se valorarán: **Calidad:** Las características de los materiales y la composición de los productos ofertados. **Seguridad:** La ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales).	5 PUNTOS
2.1.2	Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados	No Automático	De 0 a 4 puntos	En este subcriterio se valorarán: **Facilidad de manejo:** Las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez. **Ergonomía y confort:** La adaptación en el diseño del producto ofertado que permita mejorar el rendimiento de uso y proporcionar comodidad y bienestar al usuario.	
2.1.3	Efectividad y eficiencia de los productos ofertados	NO AUTOMÁTICO	De 0 a 4 puntos	En este subcriterio se valorarán: **Efectividad:** La capacidad de los productos ofertados para conseguir el resultado deseado. **Eficiencia:** La garantía de que los productos ofertados logran el objetivo previsto con el menor consumo de recursos posible.	
2.1.4	Envasado y Etiquetado de los productos ofertados	No Automático	De 0 a 2 puntos	En este subcriterio se valora la calidad del envasado y del etiquetado de los productos ofertados, considerando la utilidad de los mismos para el uso previsto, así como las implicaciones en el uso seguro de los productos ofertados.	

VALORACION TÉCNICA EN LOS LOTES Y AGRUPACIONES DE LOTES:

- No serán objeto de valoración funcional aquéllas ofertas que no cumplan las prescripciones técnicas solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Se establece para este criterio de adjudicación un umbral mínimo de **5 PUNTOS.** En el caso de agrupaciones de lotes, se comprobará que las ofertas de las empresas superan el umbral mínimo en todos los lotes que componen cada agrupación, no siendo tenidas en consideración aquellas que no cumplan este requisito.

- Asimismo, una vez superado el umbral mínimo de todos los lotes de la agrupación, y en la medida en que la adjudicación tiene que realizarse sobre la totalidad de lotes contemplados en la misma, se procederá a una valoración de los criterios no automáticos señalados en el expediente, de forma conjunta para la agrupación.

A continuación, se procede a la evaluación y a la valoración técnica de las ofertas presentadas conforme a los criterios de adjudicación aprobados en el Expediente. El contenido de dicha valoración se incluye en el **Anexo I** al presente Informe.

Se acuerda elevar a la Mesa de Contratación de Málaga propuesta de:

1. Exclusión del procedimiento de adjudicación de las ofertas presentadas por las siguientes empresas:

Por **no cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas** en Agrupaciones y Lotes indicados:		
EMPRESAS	LOTES	AGRUPACIÓN
AB MEDICA GROUP, S.A.	15, 38, 42 y 43	
BIOMEDICAL SUPPLY, S.L.	26, 27, 28, 31 y 32	
CAHNOS, S.L.	15	
COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A.	26	
COVACA, S.A.	17, 18 y 19	
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.		1
DURGALAB, S.L.	24, y34	
EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.	25 y 39	
KULTER MEDICAL, S.L.	17, 18, 19, y 38	
MEDICINA ANALÍTICA CONSUMBLES MAC, S.A.	17 y 18	
OIARSO S. COOP. "BEXENMEDICAL"	15 y 19	
PANVALE, S.L.	46	

Por **no superación del Umbral Funcional** en los lotes indicados:	
EMPRESAS	LOTES
BIOMEDICAL SUPPLY, S.L.	33
CAHNOS, S.L.	21, 22 y 33
COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A.	31
COVACA, S.A.	16, 27 y 37
EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.	26, 31 y 32
GARRIC MEDICAL, S.L.	15
IMARK-HOSPITAL, S.L.	14
INSTRUMEDIC, S.L.	22
KULTER MEDICAL, S.L.	14, 16, 27 y 37
ORIGIO MEDICULT ESPAÑA, S.L.	27
PRIM, S.A.	38

2. Declarar desierto los siguientes lotes:

- Lote 17, 18, 19 y 28, ya que las empresas que han presentado oferta no cumplen con las características técnicas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente.

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente **INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMATICOS** del Expediente 0000610/2018, de Suministro de Material de Sanitario fungible Específico de Tocoginecología, con para los Centros Sanitarios de la Provincia de Málaga, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud, y se firma por los miembros de la Comisión Técnica Específica en Málaga, a 17 de mayo de 2019.

GEMMA MARÍA MARTÍN VEGA
Coordinador Responsable Recursos Materiales. **Hospital U. Regional de Málaga**

EMILIA VILLEGAS MUÑOZ
Facultativo Especialista de Ginecología. **Hospital U. Regional de Málaga.**

JOSÉ OLIVA RODRÍGUEZ-PASTOR
Facultativo Especialista de Ginecología. **Hospital U. Virgen de la Victoria**

Mª ÁNGELES ÁLVAREZ SORIANO
Supervisora del Área de Ginecología. **AGS Axarquía de Málaga**

Mª JOSÉ PRIEGO CUBERO
Facultativo Especialista de Ginecología. **AGS Serranía de Málaga**

ANA JESÚS RUIZ MARTÍN
Facultativa Especialista de Área de Análisis clínicos del Hospital Regional U. de Málaga

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

AGRUPACIÓN 1

LOTES	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN GC
1	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B38725	ESPECULO VAGINAL-Talla:virginal (15-20 mm];
2	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B43510	ESPECULO VAGINAL-Talla:mediano (29-38 mm];
3	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B42888	ESPECULO VAGINAL-Talla:grande (38-45 mm];

EMPRESA	BIOMEDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.U.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			13	SI
1	B38725	100122037804	BM063911015	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ACEPTABLE: Apta calidad y seguridad, si bien presenta dureza en el manejo y el mango posee bordes poco romos.	5	
2	B43510	100111896869	BM063911017	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO ACEPTABLE: Apto en diseño y ergonomía, si bien presenta dureza/dificultad de manejo y apertura, lo que hace que el artículo sea de aceptable confortabilidad para el profesional y la paciente.	2	
3	B42888	100111897970	BM063911018	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en efectividad y eficiencia por su facilidad de manejo al presentar un campo de visión ginecológico muy adecuado, no necesitándose más de un artículo en cada técnica exploratoria	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

EMPRESA	CAHNOS, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			13	SI
1	B38725	100017560275	0000011	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ACEPTABLE: Apta calidad y seguridad, si bien presenta dureza en el manejo y el mango posee bordes poco romos.	5	
2	B43510	100098826545	0000010	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO ACEPTABLE: Apto en diseño y ergonomía, si bien presenta dureza/dificultad de manejo y apertura, lo que hace que el artículo sea de aceptable confortabilidad para el profesional y la paciente	2	
3	B42888	100069265843	0000047	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en efectividad y eficiencia por su facilidad de manejo al presentar un campo de visión ginecológico muy adecuado, no necesitándose más de un artículo en cada técnica exploratoria	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

AGRUPACIÓN 1

LOTES	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN GC
1	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B38725	ESPECULO VAGINAL-Talla:virginal (15-20 mm];
2	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B43510	ESPECULO VAGINAL-Talla:mediano (29-38 mm];
3	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B42888	ESPECULO VAGINAL-Talla:grande (38-45 mm];

EMPRESA	COVACA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
1	B38725	100017560073	E3018	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente calidad y seguridad por presentar bordes romos y atraumáticos.	10	
2	B43510	100011362875	E3000	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente diseño y ergonomía por su facilidad de manejo y apertura, lo que hace que el artículo sea de muy buena confortabilidad, tanto para el profesional como para la paciente.	4	
3	B42888	100105102440	E3016	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en efectividad y eficiencia por su facilidad de manejo al presentar un campo de visión ginecológico muy adecuado, no necesitándose más de un artículo en cada técnica exploratoria.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

EMPRESA	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
1	B38725	100117245294	4206WG-XXS	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		**ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: no presenta mecanismo de fijación de cremallera como se solicitaba en las prescripciones técnicas adicionales.**		
2	B43510	100117076984	4206WG-S	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**				
3	B42888	100117065579	4206WG-L	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

AGRUPACIÓN 1

LOTES	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN GC
1	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B38725	ESPECULO VAGINAL-Talla:virginal (15-20 mm];
2	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B43510	ESPECULO VAGINAL-Talla:mediano (29-38 mm];
3	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B42888	ESPECULO VAGINAL-Talla:grande (38-45 mm];

EMPRESA	GARRIC MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			18	SI
1	B38725	100103501872	KG1A	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad,si bien presenta bordes algo imperfectos,posee un mecanismo de apertura silencioso .	8	
2	B43510	100103511378	KG2A	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente diseño y ergonomía por su facilidad de manejo y apertura, lo que hace que el artículo sea de muy buena confortabilidad, tanto para el profesional como para la paciente.	4	
3	B42888	100103502084	KG3A	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en efectividad y eficiencia por su facilidad de manejo al presentar un campo de visión ginecológico muy adecuado, no necesitándose más de un artículo en cada técnica exploratoria.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

EMPRESA	IMARK-HOSPITAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			18	SI
1	B38725	100089829667	KG1A	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad,si bien presenta bordes algo imperfectos, posee un mecanismo de apertura silencioso .	8	
2	B43510	100089819767	KG2A	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente diseño y ergonomía por su facilidad de manejo y apertura, lo que hace que el artículo sea de muy buena confortabilidad, tanto para el profesional como para la paciente.	4	
3	B42888	100112013357	KG3A	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en efectividad y eficiencia por su facilidad de manejo al presentar un campo de visión ginecológico muy adecuado, no necesitándose más de un artículo en cada técnica exploratoria.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

AGRUPACIÓN 1

LOTES	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN GC
1	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B38725	ESPECULO VAGINAL-Talla:virginal (15-20 mm];
2	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B43510	ESPECULO VAGINAL-Talla:mediano (29-38 mm];
3	SU.PC.SANI.01.09.00.011000	B42888	ESPECULO VAGINAL-Talla:grande (38-45 mm];

EMPRESA	JUVAZQUEZ,S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			13	SI
1	B38725	100126259345	GN0110601	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ACEPTABLE: Apta calidad y seguridad, si bien presenta dureza en el manejo y el mango posee bordes poco romos.	5	
2	B43510	100126259244	GN0100103	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO ACEPTABLE: Apto en diseño y ergonomía, si bien presenta dureza/dificultad de manejo y apertura, lo que hace que el artículo sea de aceptable confortabilidad para el profesional y la paciente.	2	
3	B42888	100126258931	GN0100204	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en efectividad y eficiencia por su facilidad de manejo al presentar un campo de visión ginecológico muy adecuado, no necesitándose más de un artículo en cada técnica exploratoria.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

AGRUPACIÓN 2

LOTES	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN GC
4	SU.PC.SANI.01.09.99.500000	E49687	PESARIO CERVICAL P/ CERCLAJE-diámetro de base:[65-65];Diamtro agujero superior:[32-32];Altura:[25-25];
5	SU.PC.SANI.01.09.99.500000	E49688	PESARIO CERVICAL P/ CERCLAJE-diámetro de base:[65-65];Diametro agujero superior:[35-35];Altura:[25-25];

EMPRESA	LÉLEMAN, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			18	SI
4	E49687	100080290312	ASQ65/25/32	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTÍCULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, su consistencia hace que sea fácil y confortable el uso para la paciente.	8	
5	E49688	100080280018	ASQ65/25/35	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo y ergonomía por su textura, maleabilidad y muy fácil colocación, hace que el artículo sea de muy buena confortabilidad, tanto para el profesional como para la paciente.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en efectividad y eficiencia, su facilidad de manejo y gran adaptabilidad, hace que no se necesite más de un artículo en cada técnica exploratoria.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

AGRUPACIÓN 3

LOTES	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN GC
6	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42908	PESARIO UTERINO-Talla:6;
7	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	C02927	PESARIO UTERINO-Talla:6.5;
8	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42910	PESARIO UTERINO-Talla:7;
9	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42911	PESARIO UTERINO-Talla:7.5;
10	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42912	PESARIO UTERINO-Talla:8;
11	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42913	PESARIO UTERINO-Talla:8.5;
12	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42915	PESARIO UTERINO-Talla:9.5;
13	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B39397	PESARIO UTERINO-Talla:9;

EMPRESA	CAHNOS, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
6	B42908	100126604330	0126014	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad,al presentar una silicona muy maleable permite una óptima colocación y confortabilidad para la paciente.	9	
7	C02927	100126604633	0126015					
8	B42910	100126604734	0126016	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y confort, por su diseño y características del material, es de muy fácil manejo optimizando la colocación y recolocación por la propia paciente en caso de desprendimiento.	4	
9	B42911	100126604936	0126017					
10	B42912	100126605148	0126019	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, su diseño y características permite su reutilización.	4	
11	B42913	100126605249	0126020					
12	B42915	100126605542	0126024	**Envasado y Etiquetado de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	
13	B39397	100126605441	0126021					

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

AGRUPACIÓN 3

LOTES	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN GC
6	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42908	PESARIO UTERINO-Talla:6;
7	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	C02927	PESARIO UTERINO-Talla:6.5;
8	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42910	PESARIO UTERINO-Talla:7;
9	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42911	PESARIO UTERINO-Talla:7.5;
10	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42912	PESARIO UTERINO-Talla:8;
11	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42913	PESARIO UTERINO-Talla:8.5;
12	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42915	PESARIO UTERINO-Talla:9.5;
13	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B39397	PESARIO UTERINO-Talla:9;

EMPRESA	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			8	SI
6	B42908	100022719396	WAL0034	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, el artículo presenta material de PVC que es muy rígido lo que dificulta la colocación por parte del profesional y ocasiona molestias en la paciente.	3	
7	C02927	100022719396	WAL0030					
8	B42910	100022719396	WAL0014	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo, ergonomía y confort, por su diseño y características del material hace su manejo dificultoso y no permite recolocación por la propia paciente.	1	
9	B42911	100000547933	WAL0027					
10	B42912	100000548044	WAL0028	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, por su diseño y características al no faciloitar el manejo por parte del profesional y la paciente, disminuye su efectividad.	2	
11	B42913	100000548145	WAL0029					
12	B42915	100089699846	WAL0031	**Envasado y Etiquetado de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	
13	B39397	100000548246	WAL0032					

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

AGRUPACIÓN 3

LOTES	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN GC
6	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42908	PESARIO UTERINO-Talla:6;
7	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	C02927	PESARIO UTERINO-Talla:6.5;
8	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42910	PESARIO UTERINO-Talla:7;
9	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42911	PESARIO UTERINO-Talla:7.5;
10	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42912	PESARIO UTERINO-Talla:8;
11	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42913	PESARIO UTERINO-Talla:8.5;
12	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42915	PESARIO UTERINO-Talla:9.5;
13	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B39397	PESARIO UTERINO-Talla:9;

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
6	B42908	100013200548	70-517-04	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad,al presentar una silicona muy maleable lo que permite una optima colocación y confortabilidad a la paciente.	9	
7	C02927	100013200649	70-517-06					
8	B42910	100013200548	70-517-07	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y confort, por su diseño y características del material, es de muy fácil manejo optimizando la colocación y recolocación por la propia paciente en caso de desprendimiento.	4	
9	B42911	100013198315	70-517-08					
10	B42912	100013200740	70-517-09	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, su diseño y características permite su reutilización.	4	
11	B42913	100013201053	70-517-11					
12	B42915	100013201154	70-517-14	**Envasado y Etiquetado de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	
13	B39397	100013200942	70-517-13					

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

AGRUPACIÓN 3

LOTES	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN GC
6	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42908	PESARIO UTERINO-Talla:6;
7	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	C02927	PESARIO UTERINO-Talla:6.5;
8	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42910	PESARIO UTERINO-Talla:7;
9	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42911	PESARIO UTERINO-Talla:7.5;
10	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42912	PESARIO UTERINO-Talla:8;
11	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42913	PESARIO UTERINO-Talla:8.5;
12	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42915	PESARIO UTERINO-Talla:9.5;
13	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B39397	PESARIO UTERINO-Talla:9;

EMPRESA	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMBLES MAC, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			8	SI
6	B42908	100100422073	G-366/59	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, el artículo presenta material PVC que es muy rígido, lo que dificulta la colocación por parte del profesional y ocasiona molestias en la paciente	3	
7	C02927	100100421861	G-366/65					
8	B42910	100100422770	G-366/71	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo, ergonomía y confort, por su diseño y características del material hace su manejo dificultoso y no permite recolocación por la propia paciente.	1	
9	B42911	100100422578	G-366/74					
10	B42912	100100406718	G-366/80	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, por su diseño y características al no faciloitar el manejo por parte del profesional y la paciente, disminuye su efectividad.	2	
11	B42913	100100422871	G-366/85					
12	B42915	100100406910	G-366/95	**Envasado y Etiquetado de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	
13	B39397	100100422972	G-366/90					

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

AGRUPACIÓN 3

LOTES	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN GC
6	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42908	PESARIO UTERINO-Talla:6;
7	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	C02927	PESARIO UTERINO-Talla:6.5;
8	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42910	PESARIO UTERINO-Talla:7;
9	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42911	PESARIO UTERINO-Talla:7.5;
10	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42912	PESARIO UTERINO-Talla:8;
11	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42913	PESARIO UTERINO-Talla:8.5;
12	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B42915	PESARIO UTERINO-Talla:9.5;
13	SU.PC.SANI.01.09.99.500003	B39397	PESARIO UTERINO-Talla:9;

EMPRESA	TELEFLEX MEDICAL, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
LOTES	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			15	SI
6	B42908	100007318321	627001-000600	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, al presentar una silicona de maleabilidad adecuada lo que permite una buena colocación.	6	
7	C02927	100007317513	627001-000650					
8	B42910	100007317119	627001-000700	**Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo, ergonomía y confort, por su diseño y características, permite una fácil colocación.	3	
9	B42911	100007316200	627001-000750					
10	B42912	100007316402	627001-000800	**Efectividad y eficiencia de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, su diseño y características permite su reutilización.	4	
11	B42913	100007318826	627001-000850					
12	B42915	100007319331	627001-000950	**Envasado y Etiquetado de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	
13	B39397	100007318220	627001-000900					

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 14	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.00.200001	B41729	CEPILLO CITOLOGIA ENDOCERVICAL / ESTERIL - GC

	AB MEDICA GROUP, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
EMPRESA	B41729	100112022540	99.850.90	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad, por el diseño ergonómico y la anchura del mango hace que sea muy fácil girarlo. Sus cerdas son muy suaves impidiendo el sangrado del cuello uterino.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo, ergonomía y confortabilidad, por el diseño del mango y las características de sus cerdas hace que sea muy confortable la toma de la muestra.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en efectividad y eficiencia, al evitar el sangrado, hace que las muestras sean muy fiables.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

	CAHNOS, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			13	SI
EMPRESA	B41729	100117992431	0438076	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta calidad y seguridad, si bien presenta un mango fino lo que dificulta su manejo por parte del profesional, las cerdas suaves impiden el sangrado del cuello uterino.	5	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto en facilidad de manejo y ergonomía, si bien el diseño del mango no aporta confort en su uso.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en efectividad y eficiencia, al evitar el sangrado, hace que las muestras sean muy fiables.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

	COVACA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			16	SI
EMPRESA	B41729	100001297707	CE2005	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, sus cerdas son suaves impidiendo el sangrado del cuello uterino, sin bien la anchura del mango dificulta su utilización.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena facilidad de manejo y ergonomía y confortabilidad, las características de sus cerdas hace que sea poco molesta la toma de la muestra.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en efectividad y eficiencia, al evitar el sangrado, hace que las muestras sean muy fiables.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 14	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.00.200001	B41729	CEPILLO CITOLOGIA ENDOCERVICAL / ESTERIL - GC

EMPRESA	IMARK-HOSPITAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	B41729	100112013458	420211	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, dispone de cerdas extremadamente duras lo que hace imposible que las cerdas lleguen hasta el final, lo que dificulta y hace molesta la extracción de la muestra, pudiendo producir sangrado.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO Deficiente en facilidad de manejo, ergonomía y confort, el manejo se hace difícil al no poder obtenerse la muestra con facilidad debido a la dureza de las cerdas y su terminal de punta metálica.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia, al posibilitar el sangrado hace que la extracción de las muestras sean muy poco fiables.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	B41729	100111816760	29735	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, dispone de cerdas extremadamente duras lo que hace imposible que las cerdas lleguen hasta el final, lo que dificulta y hace molesta la extracción de la muestra, pudiendo producir sangrado.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente en facilidad de manejo, ergonomía y confort, el manejo se hace difícil al no poder obtenerse la muestra con facilidad debido a la dureza de las cerdas y su teminal de punta metálica.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia, al posibilitar el sangrado hace que la extracción de las muestras sean muy poco fiables.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 15	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.			
	SU.PC.SANI.01.09.00.250000	B39741	ESPÁTULA CITOLÓGICA TIPO AYRE - GC			

EMPRESA	AB MEDICA GROUP, S.A.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B39741	100126767679	99.850.92	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: Presenta artículo de madera y no de material plástico como se solicitaba en las prescripciones técnicas adicionales.		
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	CAHNOS, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	SU.PC.SANI. 01.09.10.500 002 GC:A45775	100117902634	438008	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		EL ARTICULO NO CUMPLE PPT:_no presenta CIP (Artículo de CIP obligatorio), no presenta hoja de características técnicas, presentan una sola muestra (al no ser las muestras presentadas no son coincidentes entre ambas en su denominación).		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	COVACA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			18	SI
	B39741	100000264379	EE1019	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, presenta un material con una rigidez adecuada a su uso, es atraumático por carecer de irregularidades en el borde terminal lo que evita sangrados.	8	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y confort, su diseño y tamaño permite un manejo muy confortable. Al disponer de zona rugosa mejora la sujeción para la extracción de la muestra.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, el tamaño del terminal permite una buena recogida de muestras en una única técnica.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 15	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.			
	SU.PC.SANI.01.09.00.250000	B39741	ESPÁTULA CITOLÓGICA TIPO AYRE - GC			

EMPRESA	GARRIC MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	B39741	100104132644	22011	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, no se considera apto para la realización de esta técnica por presentar una revaba en el troquel, lo que puede provocar lesiones en la toma de muestras	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficidente diseño, ergonomia y confort ya que puede ocasionar lesiones a la paciente.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia por considerarse traumático aumentando lesiones y sangrados en la paciente.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			18	SI
	B39741	100095288609	29748	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, presenta un material con una rigidez adecuada a su uso, es atraumático por carecer de irregularidades en el borde terminal lo que evita sangrados.	8	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y confort, su diseño y tamaño permite un manejo muy confortable. Al disponer de zona rugosa mejora la sujeción para la extracción de la muestra.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, el tamaño del terminal permite una buena recogida de muestras en una única técnica.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

EMPRESA	OIARSO S. COOP. "BEXENMEDICAL"			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B39741	100126710503	29743	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		**ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: Presenta artículo de madera y no de material plástico como se solicitaba en las prescripciones técnicas adicionales.**		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 16	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.03.04.000007	B39180	AGUJA AMNIOCENTESIS – Diámetro: [21-21]; Longitud de la aguja:[100-200);

EMPRESA	COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			12	SI
	B39180	100024874152	J-DAN-211501	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, por disponer de sistema de sujección ergonómico, si bien es de pequeño tamaño y transparencia.	6	
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta facilidad de manejo, ergonomía y confort, por disponer de un mandril de fácil introducción, si bien el dispositivo de sujección es pequeño. Presenta muestra de 150 mm disminuyendo la percepción de la fuerza aplicada sobre el dispositivo.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, por disponer de facilidad de reintroducción del mandril en caso de ser necesario. Presenta mayor probabilidad de doblarse al ser largo.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia	2	

EMPRESA	COVACA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	B39180	100000136982 100000137093	770223 770202	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, debido a que al retirar el madril de seguridad para comprobar que fluye el líquido amniotico, impide su nueva introducción si fuese necesario, es muy dificultosa	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente en facilidad de manejo, ergonomía y confort, por su diseño al extraer el mandril es muy dificil su reintroducción.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente en efectividad y eficiencia, debido a la dificultad de reintroducción del mandril en caso de necesidad,implica la utilización de más de un artículo por técnica.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia	2	

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	B39180	100000137093 100000136982	770202 770223	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, debido a que al retirar el madril de seguridad para comprobar que fluye el líquido amniotico, su nueva introducción si fuese necesario, es muy dificultosa	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente en facilidad de manejo, ergonomía y confort, por su diseño al extraer el mandril es muy dificil su reintroducción.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente en efectividad y eficiencia, debido a la dificultad de reintroducción del mandril en caso de necesidad, implica la utilización de más de un artículo por técnica.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MALAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 16	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.03.04.000007	B39180	AGUJA AMNIOCENTESIS – Diámetro: [21-21]; Longitud de la aguja:[100-200];

EMPRESA	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	B39180	100006972922	WAL1011	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad, por disponer de sistema de sujección ergonómico que por su transparencia, permite comprobar el color del líquido amniótico, garantizando que la aguja se encuentra en su ubicación correcta.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo, ergonomía y confort, por disponer de sistema de sujección ergónomico que permite un manejo muy confortable. Mandril de fácil reintroducción.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia por disponer de excelente facilidad de reintroducción del mandril en caso de ser necesario.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

EMPRESA	LÉLEMAN, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
	B39180	100006146282 100008814039	GM2115EC GM2112EC	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente calidad y seguridad, por disponer de sistema de sujección ergonómico que por su transparencia, permite comprobar el color del líquido amniótico, permitiendo comprobar que la aguja se encuentra en su ubicación correcta. Dispone de tope de seguridad regulable para calcular la profundidad de introducción de la aguja.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo, ergonomía y confort, por disponer de sistema de sujección ergómico que permite un manejo muy confortable. Mandril de muy fácil reintroducción.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia por disponer de excelente facilidad de reintroducción del mandril en caso de ser necesario.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 17	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.00.301000	B43751	CANULA BIOPSIA DE ENDOMETRIO POR ASPIRACION-Longitud:[200-400];Diámetro:[3-3];

EMPRESA	COVACA, S.A.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B43751	100126588863	720110	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: Presenta un artículo que no aporta jeringa de aspiración, como se solicitaba en las prescripciones técnicas adicionales.		
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B43751	100000270037	720110	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: Presenta un artículo que no aporta jeringa de aspiración, como se solicitaba en las prescripciones técnicas adicionales.		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMBLES MAC, S.A.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
			G-M0015	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		EL ARTICULO NO CUMPLE PPT:_no presenta CIP (Artículo de CIP obligatorio), como se solicitaba en el pliego de prescripciones técnicas.		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 18	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.00.301000	B42891	CANULA BIOPSIA DE ENDOMETRIO POR ASPIRACION-Longitud:[200-400];Diámetro:[4-4];

EMPRESA	COVACA, S.A.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B42891	100126594329	720111	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: Presenta un artículo que no aporta jeringa de aspiración, como se solicitaba en las prescripciones técnicas adicionales.		
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B42891	100000270138	720111	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: Presenta un artículo que no aporta jeringa de aspiración, como se solicitaba en las prescripciones técnicas adicionales.		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMBLES MAC, S.A.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
			G-M0016	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: no presenta CIP (Artículo de CIP obligatorio) Presenta artículo con una referencia no dada de alta en Banco de Productos		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 19	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.00.302000	B75062	CANULA BIOPSIA DE ENDOMETRIO-Longitud:[200-400];Diámetro:[3-3];

EMPRESA	COVACA, S.A.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B75062	100000265187	720196	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: Presenta un artículo que no aporta jeringa de aspiración, como se solicitaba en las prescripciones técnicas adicionales.		
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B75062	100000265187	720196	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: Presenta un artículo que no aporta jeringa de aspiración, como se solicitaba en las prescripciones técnicas adicionales.		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	OIARSO S. COOP. "BEXENMEDICAL"			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B75062	100126423100	800.24	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: Presenta un artículo que no aporta jeringa de aspiración, como se solicitaba en las prescripciones técnicas adicionales.		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 20	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.01.200004	F01889	DISPOSITIVO INTRAUTERINO MINI-Superficie revestimiento:380;

EMPRESA	IMARK-HOSPITAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
	F01889	100126783237	SMBTCU380P MINI	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente calidad, seguridad y confort, por la óptima maleabilidad del introductor que permite su adaptación a las distintas formas del útero, dispone de un tope móvil que evita riesgo de perforación uterina.	10	
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo y ergonomía, por presentar guía de introducción con marca muy visible que facilita la colocación del dispositivo.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, por su facilidad de manejo hace muy poco probable la mala colocación del dispositivo, por lo que sólo se necesita un sólo dispositivo por técnica.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

LOTE 21	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.01.201000	B42892	DISPOSITIVO INTRAUTERINO-Superficie revestimiento:380;

EMPRESA	CAHNOS, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	B42892	100094427016	0633019	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad, seguridad y confort, el material que lo compòne en su extremo próximal es blando y se deforma y se parte durante el proceso de inserción.El brazo horizontal del DIU es corto aumentando el riesgo de desplazamiento del dispositivo	1	
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo ergonomía y diseño, el material que lo compòne en su extremo próximal es blando y se deforma y se parte durante el proceso de inserción..El brazo horizontal del DIU es corto aumentando el riesgo de desplazamiento del dispositivo.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia, al aumentar el riesgo de desplazamiento disminuye su efectividad y puede llevar a repeticiones de la técnica.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 21	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.01.201000	B42892	DISPOSITIVO INTRAUTERINO-Superficie revestimiento:380;

EMPRESA	IMARK-HOSPITAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
	B42892	100123914368	SMBTCU380PL USN	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente calidad, seguridad y confort, por la óptima maleabilidad del introductor que permite adaptación a las distintas formas del útero, dispone de un tope móvil que evita riesgo de perforación uterina.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo y ergonomía, por presentar guía de introducción con marca muy visible que facilita la colocación del dispositivo.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, por su facilidad de manejo hace muy poco probable la mala colocación del dispositivo, por lo que sólo se necesita un sólo dispositivo por técnica.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

LOTE 22	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.01.201000	B45769	DISPOSITIVO INTRAUTERINO-Superficie revestimiento:375;

EMPRESA	CAHNOS, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	B45769	100094427319	0633002	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad, seguridad y confort, el material que lo compòne en su extremo próximal es blando y se deforma y se parte durante el proceso de inserción.El brazo horizontal del DIU es corto aumentando el riesgo de desplazamiento del dispositivo.	1	
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo ergonomía y diseño, el material que lo compòne en su extremo próximal es blando y se deforma y se parte durante el proceso de inserción..El brazo horizontal del DIU es corto aumentando el riesgo de desplazamiento del dispositivo.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia, al aumentar el riesgo de desplazamiento disminuye su efectividad y puede llevar a repeticiones de la técnica.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 22	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.01.201000	B45769	DISPOSITIVO INTRAUTERINO-Superficie revestimiento:375;

EMPRESA	IMARK-HOSPITAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
	B45769	100126783439	SMBTCU375	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente calidad, seguridad y confort, por la óptima maleabilidad del introductor que permite adaptación a las distintas formas del útero, dispone de un tope móvil que evita riesgo de perforación uterina.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo y ergonomía, por presentar guía de introducción con marca muy visible que facilita la colocación del dispositivo.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, por su facilidad de manejo hace muy poco probable la mala colocación del dispositivo, por lo que sólo se necesita un sólo dispositivo por técnica.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

EMPRESA	INSTRUMEDIC, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	B45769	100126735151	Cu375	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad, seguridad y confort, el material que lo compòne en su extremo próximal es blando y se deforma y se parte durante el proceso de inserción.El brazo horizontal del DIU es corto aumentando el riesgo de desplazamiento del dispositivo.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo ergonomía y diseño, el material que lo compòne en su extremo próximal es blando y se deforma y se parte durante el proceso de inserción..El brazo horizontal del DIU es corto aumentando el riesgo de desplazamiento del dispositivo.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia, al aumentar el riesgo de desplazamiento disminuye su efectividad y puede llevar a repeticiones de la técnica.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 23	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.01.001000	B80605	PRESERVATIVO-Diámetro:[52-52];

EMPRESA	JUVAZQUEZ,S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			18	SI
	B80605	100007665821	XXSH41010	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad, seguridad y confort por su flexibilidad y resistencia a la rotura. Buena lubricación.	8	
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo y ergonomía, por su muy buena manejabilidad es muy adecuado para la realización de las diferentes pruebas diagnósticas (ecografía transvaginal).	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, por su buena calidad, solo es necesario un artículo por técnica.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

EMPRESA	OIARSO S. COOP. "BEXENMEDICAL"			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			18	SI
	B80605	100001298111	9280	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad, seguridad y confort, por su flexibilidad y resistencia a la rotura. Buena lubricación.	8	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo y ergonomía, por su muy buena manejabilidad es muy adecuado para la realización de las diferentes pruebas diagnósticas (ecografía transvaginal).	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, por su buena calidad solo es necesario un artículo por técnica.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 24	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.05.500000	B54414	TOMA DE MUESTRA CAPILAR FETAL - GC

EMPRESA	DURGALAB, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B54414	100008544406	4301	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: no presenta todos los componentes exigidos en las prescripciones técnicas adicionales, sólo aporta tomador de muestras de sangre del cuero cabelludo fetal, capilares y cuchilla.		
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	RADIOMETER, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			18	SI
	B54414	100014073556	998R57024-ES	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, el Kit aporta todos los componentes necesarios para la toma de muestras. Adecuados para el procedimiento completo.	8	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo ergonomía y confort, los artículos del kit facilitan su manejo en la técnica.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, por disponer de todos los componentes necesarios, con un solo kit se realiza la técnica completa.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 25	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.06.000000	E30876	VENTOSA OBSTETRICA MANUAL-Aspirador de vacio:no;Diámetro de la campana:[50-50];

EMPRESA	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	E30876	100121432994	COO6000	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		**ARTICULO NO CUMPLE CON EL PPT:no dispone de filtro de esponja para evitar daño fetal y tampoco dispone de hilo de acero para facilitar la correcta utilización del dispositivo,como se solicitaba en las prescripciones técnicas adicionales.**		
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			18	SI
	E30876	100099803312	VAC-6000ME	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: buena calidad y seguridad que permite una buena adherencia, y por presentar un buen filtro de espuma evita lesiones a la cabeza fetal así como que pierda el vacio y falle la técnica.	8	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo, ergonomía y confort, por el sistema de vacío es de muy fácil manejo, permite el uso del dispositivo con una sola mano y la válvula de seguridad es fácilmente accesible.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, por su calidad solo requiere de un dispositivo por técnica.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 26	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.001000	E01166	AGUJA PUNCION.FOLICULAR-Longitud:[200-400];Diámetro:[18-19];Longitud linea lavado:[0-1000);Longitud linea aspiración:[0-1000

EMPRESA	BIOMEDICAL SUPPLY, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	E01166	100126768487	328350	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		No cumple PPT puesto que no tiene la longitud mínima exigida en el tubo de aspiración		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	E01166	100024787476	K-OPAA-1935	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		No cumple PPT puesto que no aporta línea de aspiración		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	E01166	100126533818	GYN0047	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTÍCULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, porta tapón de silicona opaco que no permite la visualización del líquido aspirado, así mismo, su consistencia dificulta el ajuste al tubo de muestras. La aguja presenta una escasa longitud de área ecorefrigente lo cual dificulta su localización ecográfica.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los		ARTÍCULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo,ergonomía y confort por el diseño del sistema de sujección.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente en efectividad y eficiencia porque aumenta el riesgo de punciones fallidas al presentar un bisel romo.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 26	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL		CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.			
EMPRESA	ORIGIO MEDICULT ESPAÑA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS / SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19 / SI
	E01166	100115755546	ONS1833	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad, con tapón de teflón translúcido que facilita la visualización del líquido así como su ajuste con doble posición permitiendo regular la oxigenación de la muestra. La porción de aguja tiene una amplia longitud de marcas ecogenícas que facilitan su localización ecográfica disminuyendo riesgos y fallos en la punción. El bisel de la aguja evita la erosión del ovario disminuyendo el riesgo de sangrado.	9
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y confort,por su morfología del sistema de sujeción facilita el manejo de la aguja. La consistencia del tapón facilita su introducción y ajuste en el tubo de muestras.	4
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia,por su calidad solo requiere de un dispositivo por técnica.	4
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2

LOTE 27	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.010000	B63662	CANULA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA-diámetro canula:[1-1];

EMPRESA	BIOMEDICAL SUPPLY, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS / SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			
		100126768285	215123	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		**NO CUMPLE PPT: la muestra no cumple las medidas especificadas en el PPT, la cánula presentada mide 4,7 mm.**	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados			
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados			
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados			

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 27	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.010000	B63662	CANULA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA-diámetro canula:[1-1];

EMPRESA	COVACA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	B63662	100013197305	770407	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad por carecer de oliva de protección de la mucosa y que debido que la rigidez y el calibre de los catéteres interno y externo dificulta la técnica de transferencia embrionaria. El catéter interno que presenta dos medidas de milimetrado lo que dificulta una localización de la implantación adecuada y segura.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTÍCULO POCO ADECUADO:Deficiente manejo, ergonomía y confort, presenta poca visibilidad del marcaje milimetrado. Catéter interno muy rígido lo que dificulta el manejo de los embriones por parte del profesional. El sistema de sujección de ambos catéteres es poco ergonómico dificultado la manipulación.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia para la realización de la técnica, por su rigidez, difícil manejo y escasa visibilidad por el color de la cánula externa.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	B63662	100007315997	770406	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTÍCULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad por carecer de oliva de protección de la mucosa y que debido que la rigidez y el calibre de los catéteres interno y externo dificulta la técnica de transferencia embrionaria. El catéter interno que presenta dos medidas de milimetrado lo que dificulta una localización de la implantación adecuada y segura.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTÍCULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo,ergonomía y confort, presenta poca visibilidad del marcaje milimetrado. Catéter interno muy rígido lo que dificulta el manejo de los embriones por parte del profesional. El sistema de sujección de ambos catéteres es poco ergonómico dificultado la manipulación.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia para la realización de la técnica, por su rigidez, difícil manejo y escasa visibilidad por el color de la cánula externa.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 27	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.010000	B63662	CANULA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA-diámetro canula:[1-1];

	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
EMPRESA	B63662	100017560578	LAB1026	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente calidad y seguridad, por su material plástico de la cánula externa , proporciona flexibilidad que facilita su introducción en el cuello el útero; está milimetrada lo que da seguridad en la localización del lugar de implantación. Diámetro, calidad y longitud de la cánula interna que facilita la transferencia de embriones.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente diseño del sistema de sujeción simétrico de ambas cánulas que facilita el manejo mejorando el agarre del catéter. Permite al ginecólogo modificar la distancia en función de la longitud del cuello del útero.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente en efectividad y eficiencia, la implatación de ovocitos debido a la presencia de una oliva en su extremo distal que disminuye la probabilidad de sangrado tanto en la mucosa endocervical como endometrial durante su introducción mejorando la tasa de implantación embrionaria. Al permitir la medición de la distancia del cuello del útero asegura la localización de la implantación mejorando resultado y evitando la implantación ectópica.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

	ORIGIO MEDICULT ESPAÑA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
EMPRESA	B63662	100126588469	PPB623	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTÍCULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad por carecer de oliva de protección de la mucosa y que debido que la rigidez y el calibre de los catéteres interno y externo dificulta la técnica de transferencia embrionaria.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo, ergonomía y confort con calibre de catéter interno y externo gruesos y poco flexibles lo que dificulta su manejo por parte del profesional.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia. Aún cumpliendo las características técnicas carece de oliva externa lo que facilita la agresión y sangrado durante la entrada afectando a la efectividad de la implantación.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 28	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.020000	F19084	PAJUELA CONGELACION EMBRIONARIA-Color:Verde;Capacidad:[0-1];

EMPRESA	BIOMEDICAL SUPPLY, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	SU.PC.SANI.01.09.10.000002 E99069	100123183173	CR-G	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTÍCULO QUE NO CUMPLE PPT: LA MUESTRA OFERTADA NO CORRESPONDE CON EL ARTICULO DE LICITACIÓN; ES UNA PAJUELA P/ VITRIFICACIÓN DE OVOCITOS Y BLASTOCITOS, Volumen:[0.5-0.5].		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

LOTE 29	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.100000	E93347	MICROPIPETA FLEXIBLE RETIRADA MASA CELULAR-Composición: Policarbonato; Diámetro interno:[0.170-0.170];

EMPRESA	COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			12	SI
	E93347	1,00072E+11	K-FPIP-1170-10BS-5	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTÍCULO ACEPTABLE: Apta calidad y seguridad en el manejo de ovocitos y embriones porque dispone de suficiente flexibilidad y bordes aceptables. Hecho de plástico irrompible de grado médico.	4	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto en manejo y ergonomía.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia con las puntas flexibles que no rayan las placas.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 29	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.100000	E93347	MICROPIPETA FLEXIBLE RETIRADA MASA CELULAR-Composición: Policarbonato; Diámetro interno:[0.170-0.170];

EMPRESA	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			12	SI
	E93347	100100694616	GYN3006	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTÍCULO ACEPTABLE: Apta calidad y seguridad en el manejo de ovocitos y embriones porque dispone de suficiente flexibilidad y bordes aceptables. Hecho de plástico irrompible de grado médico.	4	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto en manejo y ergonomía.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia con las puntas flexibles que no rayan las placas	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

EMPRESA	ORIGIO MEDICULT ESPAÑA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
	E93347	100121973352	7-72-2170/1	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente calidad y seguridad en el manejo de ovocitos y embriones porque dispone de máxima flexibilidad, bordes suaves y geometrías consistentes. Hecho de plástico irrompible de grado médico.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo y ergonomía.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia con las puntas flexibles que no rayan las placas.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 30	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.100000	E93414	MICROPIPETA FLEXIBLE RETIRADA MASA CELULAR-Composición:Policarbonato;Diámetro interno:[0.13-0.13];

EMPRESA	COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			12	SI
	E93414	100071669532	K-FPIP-1130-10BS-5	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTÍCULO ACEPTABLE: Apta calidad y seguridad en el manejo y denudación de ovocitos porque dispone de suficiente flexibilidad y bordes aceptables. Hecho de plástico irrompible de grado médico.	4	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto en manejo y ergonomía.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia con las puntas flexibles que no rayan las placas.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

EMPRESA	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			12	SI
	E93414	100100694414	GYN3001	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTÍCULO ACEPTABLE: Apta calidad y seguridad en el manejo y denudación de ovocitos porque dispone de suficiente flexibilidad y bordes aceptables. Hecho de plástico irrompible de grado médico.	4	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto en manejo y ergonomía.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia con las puntas flexibles que no rayan las placas.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 31	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.101000	C26236	MICROPIPETA DE INYECCION-Angulación:[20-20];

EMPRESA	BIOMEDICAL SUPPLY, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	E10242	100125225604	SIC-50V-30	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: La micropipeta ofertada tiene una angulación de 30 grados, en el pliego de prescripciones técnicas se solicita una angulación de 20 grados		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	C26236	100024793932	K-MPIP-1020	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente en calidad y seguridad ofreciendo una dificultosa inyección intracitoplasmática de espermatozoides	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente en manejo, ergonomía y confort, la manipulación del dispositivo de inyección dificulta la entrada atraumática del espermatozoide en el ovocito. No dispone de ningún dispositivo de seguridad que facilite la técnica.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia en la manipulación del espermatozoide	1	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	1	

EMPRESA	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	C26236	100106862518	SWE5003	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente en calidad y seguridad ofreciendo una dificultosa inyección intracitoplasmática de espermatozoides.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manipulación del dispositivo de inyección que dificulta la entrada atraumática del espermatozoide en el ovocito. No dispone de ningún dispositivo de seguridad que facilite la técnica.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia en la manipulación del espermatozoide.	1	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	1	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 31	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.101000	C26236	MICROPIPETA DE INYECCION-Angulación:[20-20];

EMPRESA	ORIGIO MEDICULT ESPAÑA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
	C26236	100097572670	MIC-50-20	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en calidad y seguridad ofreciendo una óptima inyección intracitoplasmática de espermatozoides.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente dispositivo de inyección en el extremo proximal (bisel) facilita de forma óptima la entrada atraumática del espermatozoide en el ovocito. Dispone de un optimo dispositivo de seguridad que facilita la técnica	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia con las puntas atraumaticas para la manipulación del espermátozoide	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado que protege y facilita la manipulación correcta evitando la rotura del dispositivo. Excelente etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

LOTE 32	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.102000	D92363	MICROPIPETA DE SUJECION-Angulación:[20-20];

EMPRESA	BIOMEDICAL SUPPLY, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	F23785	100125225705	SHP-90-30	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		**ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: La micropipeta ofertada tiene una angulación de 30 grados, en el pliego de prescripciones técnicas se solicita una angulación de 20 grados**		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 32	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.102000	D92363	MICROPIPETA DE SUJECION-Angulación:[20-20];

EMPRESA	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	D92363	100106863326	SWE5105	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente en calidad y seguridad ofreciendo una dificultosa sujección del ovocito.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo, ergonomía y confort, la manipulación del dispositivo de sujección dificulta la entrada atraumática del espermatozoide en el ovocito. No dispone de ningún dispositivo de seguridad que facilite la técnica.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia en la manipulación del ovocito.	1	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto envasado y etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	1	

EMPRESA	ORIGIO MEDICULT ESPAÑA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
	D92363	100097605714	MPH-50-20	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente en calidad y seguridad ofreciendo una óptima sujección del ovocito.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y confort, dispositivo de sujección en el extremo proximal que facilita de forma óptima sujección del ovocito para ser microinyectado. Dispone de un óptimo dispositivo de seguridad que facilita la técnica.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia con el borde atraumático para la manipulación del ovocito.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envasado que protege y facilita la manipulación correcta evitando la rotura del dispositivo. Excelente etiquetado, en el envase unitario aparece la denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 33	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.10.501000	B39760	CATETER INSEMINACION-Longitud:[0-250];Diámetro:[1.80-1.85];Tipo de punta:roma;

	BIOMEDICAL SUPPLY, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
EMPRESA		100126768689	131182	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, por no disponer de tope de seguridad que impida la perforación del cuello uterino.	0	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo, ergonomía y confort, al no disponer de tope de seguridad el manejo es dificultoso por parte del profesional.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia, al no impedir posible daños en el paciente, puede llevar a más errores en la técnica y a repeticiones innecesarias.	1	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

	CAHNOS, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
EMPRESA	SU.PC.SANI.01.09.10.500002 GC:A45775	100117902634	0246001	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad,al presentar un material excesivamente blando se dobla al introducirlo en el cérvix, dificultando la técnica e impidiendo que el semen entre adecuadamente en la cavidad uterina.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo,ergonomía y confort, al presentar un material excesivamente blando se dobla al introducirlo en el cérvix, dificultando la técnica al profesional.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia,al presentar un material excesivamente blando se dobla al introducirlo en el cérvix, dificultando la técnica e impidiendo que el semen entre adecuadamente en la cavidad uterina, lo que conlleva a repeticiones innecesarias.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			18	SI
EMPRESA	B39760	100000547539	GYN1008	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad por el material que lo compone, permitiendo la introducción en el cuello uterino sin doblarse, facilitándose la técnica.	8	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente facilidad de manejo, egonomía y confort, para el profesional y excelente confortabilidad por ser atraumático para la paciente.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO : Excelente efectividad y eficiencia permitiendo la técnica con un solo uso/dispositivo.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 34	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.20.090000	B38240	VAINA PARA HISTEROSCOPIO CON CANAL TRABAJO-Longitud de trabajo:[0-50];Diámetro de la vaina:[1.6-1.6];

EMPRESA	DURGALAB, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B38240	100105222452	GFRGYN330	Calidad, Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO NO CUMPLE PPT: Por no disponer de canal expansible, como se solicita en los criterios del pliego de prescripciones técnicas adicionales,lo que hace que el diámetro total del dispositivo es de un grosor excesivo y superior a lo deseable para una introducción en el cuello uterino sin anestesia, lo que ocasiona sangrado y dolor a la paciente. Al no ser expansible el canal de trabajo el profesional encuentra más dificultad para acceder a la cavidad uterina. El acceso al canal de trabajo es angulado lo que disminuye la ergonomía y provoca roturas del intrumental de trabajo.		
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	JOHNSON&JOHNSON, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	B38240	100005718864	GMS805	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad, el grosor total del dispositivo es muy poco traumático por lo que evita traumatismos en el cuello uterino.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente manejo,ergonomía y confort, la posición de la entrada al canal de trabajo es muy ergonómica e intuitiva, facilitando la manejabilidad por parte del profesional.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, por su facilidad de manejo al presentar gran adaptabilidad, no necesitándose más de un artículo en cada técnica exploratoria.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 35	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.99.000001	B42906	EQ. BARTOLINITIS - GC

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	B42906	100030613132	WC-400M	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO:Muy buena calidad y seguridad, contiene todos los componentes necesarios, siendo muy adecuado para realizar la técnica con seguridad. La calidad y flexibilidad del catéter con balón minimiza el riesgo de lesiones a la paciente.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y diseño, la flexibilidad y adaptabilidad del dispositivo de balón facilita la técnica.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTÍCULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, no necesitándose más de un artículo en cada técnica exploratoria	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

LOTE 36	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.99.001000	B42907	LANCETA PARA AMNIORREXIS - GC

EMPRESA	CAHNOS, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			9	SI
	B42907	100089909877	0438011	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ACEPTABLE: Apta calidad pero debido a que el material empleado es de excesiva flexibilidad, dificulta la técnica con seguridad. En su extremo distal los bordes no están lo suficientemente pulidos para minimizar los riesgos de lesión fetal.	4	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto manejo, ergonomía y diseño, por la excesiva flexibilidad del material hace algo dificultoso el manejo.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia,por su excesiva flexibilidad, no facilita la técnica aunque no sea necesario más de un artículo en cada técnica exploratoria.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto envase unitario, si bien, es de difícil pelabilidad, lo que dificulta el mantenimiento de la esterilidad en el momento de la apertura. Aparece visiblemente la denominación del artículo, fecha de caducidad, Nª lote y Nº de referencia comercial.	1	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 36	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.99.001000	B42907	LANCETA PARA AMNIORREXIS - GC

EMPRESA	COVACA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	B42907	100000267804	LE1013	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad debido a que el material presenta buena rigidez y resistencia. Presenta márgenes muy bien pulidos en la garra, minimizando el riesgo de lesiones en la calota del feto.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo,ergonomía y confort, por la rigidez de los materiales empleados es de muy buena manejabilidad ya que es poco deformable.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, por su facilidad de manejo al presentar gran adaptabilidad, no necesitándose más de un artículo en cada técnica exploratoria.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			12	SI
	B42907	100111922731	120	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTÍCULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, debido a que el material empleado es de excesiva flexibilidad, no facilita la técnica con seguridad. Presenta márgenes muy bien pulidos en la garra, minimizando el riesgo de lesiones en la calota del feto.	6	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE. Apto manejo, ergonomía y confort, por la excesiva flexibilidad del material no facilita el manejo.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena efectividad y eficiencia,por su flexibilidad, no facilita la técnica aunque no sea necesario más de un artículo en cada técnica exploratoria ni produce lesiones en la calota del feto.	3	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto envase unitario, si bien, es de difícil pelabilidad, lo que dificulta el mantenimiento de la esterilidad en el momento de la apertura. Aparece visiblemente la denominación del artículo, fecha de caducidad, Nª lote y Nº de referencia comercial.	1	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 37	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.99.300000	C24846	SONDA C/BALON P/ TAPONAMIENTO UTERINO-Diámetro:[24-24];LONGITUD DE LA SONDA:[0-75];

EMPRESA	COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	C24846	100071991484	J-SOSR-100500	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad, seguridad, por la flexibilidad de sus materiales y la forma del balón se adapta muy bien a la morfología del útero; los orificios de drenaje se sitúan lateralmente lo que facilita el drenaje del sangrado uterino.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y diseño, se permite una fácil introducción en la cavidad uterina. El sistema de llenado presenta muy buena ergonomía facilitando su uso por parte del profesional.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia,por su facilidad de manejo al presentar gran adaptabilidad, no necesitándose más de un artículo en cada técnica exploratoria.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

EMPRESA	COVACA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	C24846	100121912942	720264	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, las perforaciones para el drenaje se encuentran en el extremo distal pudiendo provocar un taponamiento del catéter que impida el drenaje del sangrado uterino.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo, ergonomía y confort,las localizaciones de las perforaciones en extremo distal favorece el taponamiento e impide el drenaje del sangrado uterino, necesitando cambios del dispositivo,lo que resta confortabilidad para la paciente y el profesional.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia. Aún cumpliendo las características técnicas, las localizaciones de las perforaciones en extremo distal,favorece el taponamiento e impide el drenaje del sangrado uterino de forma segura, necesitándose más de un artículo por paciente.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 37	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.09.99.300000	C24846	SONDA C/BALON P/ TAPONAMIENTO UTERINO-Diámetro:[24-24];LONGITUD DE LA SONDA:[0-75];

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
	C24846	100121354704	720264	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, las perforaciones para el drenaje se encuentran en el extremo distal pudiendo provocar un taponamiento del catéter que impida el drenaje del sangrado uterino.	1	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo, ergonomía y confort,las localizaciones de las perforaciones en extremo distal favorece el taponamiento e impide el drenaje del sangrado uterino, necesitando cambios del dispositivo,lo que resta confortabilidad para la paciente y el profesional.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia. Aún cumpliendo las características técnicas, las localizaciones de las perforaciones en extremo distal,favorece el taponamiento e impide el drenaje del sangrado uterino de forma segura, necesitándose más de un artículo por paciente.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado donde aparece en el envase unitario: denominación del artículo, fecha de caducidad, lote y referencia.	2	

LOTE 38	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000006	D54860	TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(15-20];Alto:(10-15];

EMPRESA	AB MEDICA GROUP, S.A.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	E39668	100008001321	88.200.74	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		**ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: La muestra aportada dispone de un ancho de 15,1 y <u>un alto 10</u>, no cumpliendo las medidas del determinante de compra de la descripción del GC: TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(15-20];Alto:(10-15];**		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 38	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000006	D54860	TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(15-20];Alto:(10-15];

	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			12	SI
EMPRESA	D54860	100086959576	MES0022	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, por el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, lo que lo hace seguro, aunque por el tipo de material lo hace pesado.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo, ergonomía y confort, por presentar un diseño que permite su uso en casi todas las variables anátomicas, de una forma confortable.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia,por el tamaño del arco de tungsteno, permite la obtención de un volumen limitado de tejido en la técnica, debido a dicha limitación es posible que haya que repetir la técnica por margenes afectos.	1	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial si bien,no presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	1	

	IHT MEDICAL, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
EMPRESA	D54860	100022511790 100022511891 100022511992	PMS1751 PMS1752 PMS1745	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente calidad y seguridad, el tamaño de la varilla es muy adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, lo que lo hace muy seguro.0101518 (PMS1745) la muestra valorada es la elegida porque se ajusta más a nuestras necesidades.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma muy confortable.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, el tamaño del arco de tungsteno, permite la obtención de un óptimo volumen de tejido en la técnica, evitando repetición innecesaria.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envase y etiquetado,envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial además presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECIFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 38	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000006	D54860	TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(15-20];Alto:(10-15];

	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
EMPRESA	D42321	100100388625	0250-2015-13	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		**ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: La muestra aportada dispone de un ancho de 15 y un alto 10,2 , no cumpliendo las medidas del determinante de compra de la descripción del GC: TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(15-20];Alto:(10-15];**		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

	MEDTRONIC IBERICA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			18	SI
EMPRESA	D54860	100000705838	E1561	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente calidad y seguridad, el tamaño de la varilla es muy adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, lo que lo hace muy seguro.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma muy confortable.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia,por el tamaño del arco de tungsteno, permite la obtención de un volumen algo limitado de tejido en la técnica, debido a dicha limitación es posible que haya que repetir la técnica por margenes afectos.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envase y etiquetado,envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial además presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	2	

	PRIM, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			4	NO
EMPRESA	D54860	100000705737 100006172346	DLP-W11 DLP-L11	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente calidad y seguridad, la corta longitud de la varilla aumenta el riesgo de lesiones vaginales.	2	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO:Deficiente manejo, ergonomía y confort, presenta una varilla de longitud demasiado corta que impide su uso en pacientes cuya profundidad vaginal sea superior al tamaño de la misma.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia la longitud de la varilla, demasiado corta ,no es apta para su uso en todos los tamaños anatómicos, siendo necesario la utilización de otros artículos en estos casos.	0	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial si bien,no presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	1	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 38	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000006	D54860	TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(15-20];Alto:(10-15];

EMPRESA	SISTEMA INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			12	SI
	D54860	100126786762	21191-343	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, por el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, lo que lo hace seguro, aunque por el tipo de material lo hace pesado.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo, ergonomía y confort, por presentar un diseño que permite su uso en casi todas las variables anátomicas, de una forma confortable.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente efectividad y eficiencia,por el tamaño del arco de tungsteno, permite la obtención de un volumen limitado de tejido en la técnica, debido a dicha limitación es posible que haya que repetir la técnica por margenes afectos.	1	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial si bien,no presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento	1	

LOTE 39	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000007	D64415	TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(5-10];Alto:[0-5];

EMPRESA	AB MEDICA GROUP, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			13	SI
	D64415	100008001028	88.200.71	**Calidad, Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad, seguridad, el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, si bien,el diseño del soporte del arco de tungsteno en forma circular lo hace poco confortable, por la disminución de la visualización del área de corte	8	
				Facilidad de manejo, ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto manejo, ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, presenta un ensanchamiento en la varilla, en el soporte del arco, que resta visibilidad durante su utilización. El grosor del arco es aceptable, permite la visualización casi total del área de corte, lo que disminuye la confortabilidad para los profesionales.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, el tamaño del arco de tungsteno de 10 x 5 mm permite la obtención de un volumen de tejido suficiente, si bien, el diseño del soporte del mismo dificulta su manejabilidad por los profesionales en la realización de la técnica.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial si bien,no presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	1	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 39	CLASIFICACION UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000007	D64415	TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(5-10];Alto:[0-5];

EMPRESA	DEXTROMEDICA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
	D64415	100091109607	FLE110050	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente calidad y seguridad,el tamaño de la varilla es muy adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, y el grosor del soporte del arco permite la visualización total del área de corte por lo que lo hace muy seguro.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anánomicas, y un grosor muy adecuado del soporte del arco que permite la visualización total del área de corte, lo que lo hace muy confortable para los profesionales	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, el tamaño del arco de tungsteno de 10 x 5 mm permite la obtención de un volumen de tejido óptimo.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envase y etiquetado,envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial además presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	2	

EMPRESA	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	D64415	100086950283	MES0020	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		**ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: El tamaño que presenta la muestra ofertada es de 20 x 15, no cumpliendo las medidas del determinante de compra de la descripción del GC: TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(5-10];Alto:[0-5];**		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 39	CLASIFICACION	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000007	D64415	TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(5-10];Alto:[0-5];

EMPRESA	IHT MEDICAL, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			14	SI
	D64415	100022511093 100022511396	0101526 (PMS1740) 0101524 (PMS1731)	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		REFERENCIA VALORADA 0101526 ARTICULO ADECUADO: Buena calidad, seguridad, el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, si bien,el diseño del soporte del arco de tungsteno en forma circular lo hace poco confortable, por la disminución de la visualización del área de corte.	8	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto manejo, ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anatómicas, presenta un ensanchamiento en la varilla, en el soporte del arco, que resta visibilidad durante su utilización. El grosor del arco es aceptable, permite la visualización casi total del área de corte, lo que disminuye la confortabilidad para los profesionales.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, el tamaño del arco de tungsteno de 10 x 5 mm permite la obtención de un volumen de tejido suficiente, si bien, el diseño del soporte del mismo dificulta su manejabilidad por los profesionales en la realización de la técnica.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envase y etiquetado,envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial además presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	2	

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			10	SI
	El CIP esta asociado al GC D54860 y la referencia al GC D64415	100100370947	0250-1005-13	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad, seguridad, el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, si bien,el diseño del soporte del arco de tungsteno en forma circular y grueso en el soporte, lo hace poco confortable, por la disminución de la visualización del área de corte.	6	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO POCO ADECUADO: Deficiente manejo, ergonomía y confort, presenta un grosor en la varilla y del soporte del arco que resta visibilidad durante su utilización, lo que disminuye la confortabilidad para los profesionales.	1	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, aunque el tamaño del arco de tungsteno de 10 x 5 mm permite la obtención de un volumen de tejido adecuado, el diseño del soporte del mismo dificulta su manejabilidad por los profesionales en la realización de la técnica.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial si bien,no presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	1	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 39	CLASIFICACION	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000007	D64415	TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(5-10];Alto:[0-5];

EMPRESA	SISTEMA INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	D64415	100126786863	21191-342	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente calidad y seguridad, el tamaño de la varilla se adapta a la totalidad de longitudes anatómicas, y un grosor muy adecuado del soporte del arco que permite la visualización total del área de corte por lo que lo hace muy seguro.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anánomicas, y un grosor muy adecuado del soporte del arco que permite la visualización total del área de corte lo que lo hace muy confortable para los profesionales	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, el tamaño del arco de tungsteno de 10 x 5 mm permite la obtención de un volumen de tejido óptimo.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial si bien,no presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	1	

LOTE 40	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000008	E23462	TERMINAL ELECTRODO RECTANGULAR-Ancho:(5-10];Alto:[0-5];

EMPRESA	AB MEDICA GROUP, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			14	SI
	E23462	100126730606	F4630	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, por el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, lo que lo hace seguro, aunque por el tipo de material lo hace pesado.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo, ergonomía y confort, por presentar un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma confortable, aunque pesado en el manejo para el profesional.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia ,el grosor del soporte del electrodo dificulta la visión de la zona de corte.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO:Excelente envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 40	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000008	E23462	TERMINAL ELECTRODO RECTANGULAR-Ancho:(5-10];Alto:[0-5];

	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
EMPRESA	E23462	100086950384	MES0025	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente calidad y seguridad, el tamaño de la varilla es muy adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, lo que lo hace muy seguro.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma muy confortable.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: El grosor del soporte del electrodo permite la visión de la zona de corte de forma óptima.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO:Excelente envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			14	SI
EMPRESA	E23462	100008001523	F4630	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, por el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, lo que lo hace seguro, aunque por el tipo de material lo hace pesado.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo, ergonomía y confort, por presentar un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma confortable.si bien algo pesado en el manejo por el profesional.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia,si bien el grosor del soporte del electrodo dificulta la visión de la zona de corte.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO:Excelente envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

	PRIM, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			12	SI
EMPRESA	E23462	100001046671	DLP-SQ2	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta calidad y seguridad, la corta longitud de la varilla dificulta su utilización y adaptabilidad a las diferentes variantes anatómicas.	5	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo, ergonomía y confort. El grosor del soporte del electrodo permite la visualización casi total del área de corte lo que aumenta la confortabilidad para los profesionales.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, electrodo que permite la obtención de un tamaño de muestra suficiente.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO:Excelente envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 40	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000008	E23462	TERMINAL ELECTRODO RECTANGULAR-Ancho:(5-10];Alto:[0-5];

EMPRESA	SISTEMA INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			14	SI
	E23462	100126787277	F4630	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, por el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, lo que lo hace seguro, aunque por el tipo de material lo hace pesado.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo, ergonomía y confort, por presentar un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma confortable, si bien algo pesado en el manejo por el profesional.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE:Apta efectividad y eficiencia, el grosor del soporte del electrodo dificulta la visión de la zona de corte,electrodo que permite la obtención de un tamaño de muestra suficiente.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO:Excelente envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

LOTE 41	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000009	E67434	TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(15-20];Alto:(15-20];

EMPRESA	AB MEDICA GROUP, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			13	SI
	E67434	100126731313	88.208.30	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, si bien,el diseño del soporte del arco de tungsteno en forma circular lo hace poco confortable.	8	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto manejo, ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, presenta un ensanchamiento en la varilla que resta visibilidad durante su utilización. El grosor del arco es aceptable, permite la visualización casi total del área de corte lo que disminuye la confortabilidad para los profesionales.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, el tamaño del arco de tungsteno, permite la obtención de un volumen de tejido suficiente, si bien, el diseño del soporte del mismo dificulta su manejabilidad por los profesionales en la realización de la técnica.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial si bien,no presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	1	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 41	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000009	E67434	TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(15-20];Alto:(15-20];

	EQUIPO MEDICO-QUIRÚRGICOS DE ANDALUCIA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			12	SI
EMPRESA	E67434	100077779448	MES0023	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, por el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, lo que lo hace seguro, aunque por el tipo de material lo hace pesado.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto manejo, ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, presenta un ensanchamiento en la varilla que resta visibilidad durante su utilización. El grosor del arco es aceptable, permite la visualización casi total, del área de corte lo que disminuye la confortabilidad para los profesionales.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, el tamaño del arco de tungsteno,permite la obtención de un volumen de tejido suficiente, si bien, el diseño del soporte del mismo dificulta su manejabilidad por los profesionales en la realización de la técnica.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial si bien,no presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	1	

	IHT MEDICAL, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
EMPRESA	E67434	100022512003	101516 (PMS174	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente calidad y seguridad, el tamaño de la varilla es muy adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, lo que lo hace muy seguro.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma muy confortable.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, el tamaño del arco de tungsteno, permite la obtención de un volumen de tejido óptimo, evitando repeticiones innecesarias.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envase y etiquetado,envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial además presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 41	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000009	E67434	TERMINAL ELECTRODO DE ARCO-Ancho:(15-20];Alto:(15-20];

	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			12	SI
EMPRESA	E67434	100126534626	0250-2020-13	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad, seguridad, el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, si bien,el diseño del soporte del arco de tungsteno en forma circular lo hace poco confortable.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto manejo, ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, presenta ensanchamiento del arco lo que no permite la visualización casi total del área de corte lo que disminuye la confortabilidad para los profesionales.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, el tamaño del arco de tungsteno, permite la obtención de un volumen de tejido suficiente, si bien, el diseño del soporte del mismo dificulta su manejabilidad por los profesionales en la realización de la técnica.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial si bien,no presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	1	

	SISTEMA INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			13	SI
EMPRESA	E67434	100126786964	21191-344	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, por el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, lo que lo hace seguro, aunque por el tipo de material lo hace pesado.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto manejo, ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en casi todas las variables anátomicas, presenta un ensanchamiento en la varilla que resta visibilidad durante su utilización. El grosor del arco es aceptable, permite la visualización casi total del área de corte lo que disminuye la confortabilidad para los profesionales.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, el tamaño del arco de tungsteno permite la obtención de un volumen de tejido suficiente, si bien, el diseño del soporte del mismo dificulta su manejabilidad por los profesionales en la realización de la técnica.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente envase y etiquetado,envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial además presenta protector del asa del tungteno que evita su deterioro durante el transporte y/o almacenamiento.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 42	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000009	B43935	TERMINAL ELECTRODO DE BOLA-Diámetro bola:[3-3];

EMPRESA	AB MEDICA GROUP, S.A.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	B43935	100099518535	88.208.04	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT: LA LONGITUD NO ES LA ADECUADA PARA SU UTILIZACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE HEMOSTASIA POR ELECTROCOAGULACIÓN EN EL CERVIX POR VÍA VAGINAL.		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

EMPRESA	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	B43935	100100388221	0233-13	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad,el tamaño de la varilla es muy adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, realizándo muy buena hemostasia mediante electrocoagulación en el cérvix uterino.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma muy confortable.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, realiza de forma muy adecuada la técnica de hemostasia por electrocoagulación.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

EMPRESA	MEDTRONIC IBERICA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	B43935	100000705232	E1563	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad,el tamaño de la varilla es muy adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, realizándo muy buena hemostasia mediante electrocoagulación en el cérvix uterino.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma muy confortable.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, realiza de forma muy adecuada la técnica de hemostasia por electrocoagulación.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 42	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000009	B43935	TERMINAL ELECTRODO DE BOLA-Diámetro bola:[3-3];

EMPRESA	PRIM, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			14	SI
	B43935	100001046873	DBL-311	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad,el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la casi totalidad de longitudes anatómicas, realizándo buena hemostasia mediante electrocoagulación en el cérvix uterino.	6	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en casi todas las variables anátomicas, de una forma confortable.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena efectividad y eficiencia, realiza de forma adecuada la técnica de hemostasia por electrocoagulación.	3	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

EMPRESA	SISTEMA INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			14	SI
	B43935	100126787378	21191-365	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad,el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la casi totalidad de longitudes anatómicas, realizándo buena hemostasia mediante electrocoagulación en el cérvix uterino.	6	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en casi todas las variables anátomicas, de una forma confortable.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena efectividad y eficiencia, realiza de forma adecuada la técnica de hemostasia por electrocoagulación.	3	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 43	CLASIFICACION	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000009	B39946	TERMINAL ELECTRODO DE BOLA-Diámetro bola:[5-5];

	AB MEDICA GROUP, S.A.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
EMPRESA	B39946	100095829875	88.208.06	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		NO CUMPLE PPT PORQUE LA LONGITUD NO ES LA ADECUADA PARA SU UTILIZACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE HEMOSTASIA POR ELECTROCOAGULACIÓN EN EL CERVIX.		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

	DEXTROMEDICA, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			14	SI
EMPRESA	B39946	100101038691	FLE305050	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad,el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la casi totalidad de longitudes anatómicas, realizándo buena hemostasia mediante electrocoagulación en el cérvix uterino	6	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en casi todas las variables anátomicas, de una forma confortable.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena efectividad y eficiencia, realiza de forma adecuada la técnica de hemostasia por electrocoagulación.	3	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial	2	

	KULTER MEDICAL, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
EMPRESA	B39946	100100370543	0235-13	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad,el tamaño de la varilla es muy adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, realizándo muy buena hemostasia mediante electrocoagulación en el cérvix uterino.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma muy confortable.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, realiza de forma muy adecuada la técnica de hemostasia por electrocoagulación.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 43	CLASIFICACION	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000009	B39946	TERMINAL ELECTRODO DE BOLA-Diámetro bola:[5-5];

	MEDTRONIC IBERICA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
EMPRESA	B39946	100000705131	E1564	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad,el tamaño de la varilla es muy adecuado adaptándose a la totalidad de longitudes anatómicas, realizándo muy buena hemostasia mediante electrocoagulación en el cérvix uterino.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma muy confortable.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, realiza de forma muy adecuada la técnica de hemostasia por electrocoagulación.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

	PRIM, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			14	SI
EMPRESA	B39946	100000705030 100007978185	DBL-511 DBL-505 (NO CUMPLE MUY CORTA)	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad,el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la casi totalidad de longitudes anatómicas, realizándo buena hemostasia mediante electrocoagulación en el cérvix uterino.	6	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en casi todas las variables anátomicas, de una forma confortable.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena efectividad y eficiencia, realiza de forma adecuada la técnica de hemostasia por electrocoagulación.	3	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de	2	

	SISTEMA INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			14	SI
EMPRESA	B39946	100116947384	21191-366	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad,el tamaño de la varilla es adecuado adaptándose a la casi totalidad de longitudes anatómicas, realizándo buena hemostasia mediante electrocoagulación en el cérvix uterino.	6	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en casi todas las variables anátomicas, de una forma confortable.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena efectividad y eficiencia, realiza de forma adecuada la técnica de hemostasia por electrocoagulación.	3	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 44	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000020	F34062	TERMINAL ELECTRODO PARA CONIZACIÓN-Ancho:(15-20];Alto:(10-15]

EMPRESA	EQUIPOS MEDICO-BIOLOGICOS DE ANDALUCIA S.L			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			20	SI
	F34062	100098446901	COO0235	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente calidad y seguridad, el diseño del soporte del electrodo permite una utilización óptima para conización, adaptándose a la totalidad de variables anatómicas.	10	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en todas las variables anátomicas, de una forma muy confortable.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, realiza de forma muy adecuada la técnica de conización con electrobisturí.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

EMPRESA	SISTEMA INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			11	SI
	F34062	100126787570	F4641	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta calidad y seguridad, el diseño del soporte del electrodo, permite su utilización de forma suficiente en la conización con electrobisturí, adaptándose a algunas variables anatómicas.	5	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apto manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en algunas variables anátomicas, de una forma suficientemente confortable.	2	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ACEPTABLE: Apta efectividad y eficiencia, realiza de forma suficiente la técnica de conización con electrobisturí.	2	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

LOTE 45	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.11.06.000020	F33484	TERMINAL ELECTRODO PARA CONIZACIÓN-Ancho:[0-5];Alto:[0-5];

EMPRESA	SISTEMA INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			15	SI
	F33484	100126787671	F4640	Calidad y Seguridad de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, el diseño del soporte del electrodo permite una utilización adecuada para conización, adaptándose a casi la totalidad de variables anatómicas.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo,ergonomía y confort, presenta un diseño que permite su uso en casi todas las variables anátomicas, de una forma confortable.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena efectividad y eficiencia, realiza de forma adecuada la técnica de hemostasia por electrocoagulación.	3	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO : Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 46	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.13.04.300000	D70050	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR DE TEJIDOS-Diámetro:[1.5-1.5];

EMPRESA	DURGALAB, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			15	SI
	D70050	100080739558	MOR-1515	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, inalámbrico, presenta un diseño adecuado para la morcelación por laparoscopia,con control fácil y seguro,en las intervenciones de histerectomía y mioctomía.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo, ergonomía y confort, diseño que permite de forma adecuada un control seguro y cómodo durante la técnica de morcelación, al ser inalámbrico facilita la autonomía y el acceso a todo tipo de variables anatómicas.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena efectividad y eficiencia, consiguiendo la consecución del resultado de la técnica de forma adecuada.	3	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO : Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

EMPRESA	PANVALE, S.L.			CUMPLE PPT	NO	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS				
	D70050	100126747273	VR-H15-1	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		**ARTICULO QUE NO CUMPLE PPT, LA MUESTRA PRESENTADA NO ES INALÁMBRICA PRECISANDO EQUIPO COMPATIBLE PARA LA TÉCNICA DE ASPIRACIÓN DE TEJIDOS.**		
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados				
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados				
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados				

LOTE 47	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.01.13.04.500003	E93832	KIT RECOGIDA PIEZAS EN LAPAROSCOPIA CON MORCELACIÓN-GC

EMPRESA	PANVALE, S.L.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			15	SI
	SU.PC.SANI. 01.13.04.509 000 GC F28542	100106242758	XG1M-5	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO ADECUADO: Buena calidad y seguridad, kit de diseño adecuado a las necesidades de recogida de muestras durante el proceso de morcelación por laparoscopia para histerectomía y mioctomía.	7	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buen manejo, ergonomía y confort, diseño que permite de forma adecuada un control seguro y cómodo durante la técnica de morcelación. De adecuada capacidad para la recogida de muestras.	3	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO ADECUADO: Buena efectividad y eficiencia, consiguiendo la consecución del resultado de la técnica de forma adecuada.	3	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO : Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

LOTE 48	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.14.13.15.300000	F33350	ELECTRODO BIPOLAR PARA HISTEROSCOPIA-Diámetro 5 FR

EMPRESA	PALEX MEDICAL, S.A.		CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	F33350	433622	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad permite su utilización en todas las variables anatómicas de forma muy segura.	9	
			Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen manejo, ergonomía y confort, diseño que permite de forma muy adecuada la técnica de corte y coagulación de tejidos en histeroscopia.	4	
			Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena efectividad y eficiencia, consiguiendo la consecución del resultado de la técnica de forma muy adecuada, no necesitándose más de un artículo por técnica.	4	
			Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO : Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

LOTE 49	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	CÓDIGO G.C.	DESCRIPCIÓN G.C.
	SU.PC.SANI.14.13.15.300000	F33349	ELECTRODO BIPOLAR PARA HISTEROSCOPIA-Diámetro 5 FR

EMPRESA	PALEX MEDICAL, S.A.		CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	F33349	433623	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad permite su utilización en todas las variables anatómicas de forma muy segura.	9	
			Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen manejo, ergonomía y confort, diseño que permite de forma muy adecuada la técnica de corte y coagulación de tejidos en histeroscopia.	4	
			Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena efectividad y eficiencia, consiguiendo la consecución del resultado de la técnica de forma muy adecuada, no necesitándose más de un artículo por técnica.	4	
			Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO : Muy buen envasado y etiquetado, envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figura denominación del artículo, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.	2	

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	DESCRIPCIÓN S.A.S
LOTE 51	SU.PC.SANI.01.09.20.001000	EQ. TUBOS P/ IRRIGACION EN HISTEROSCOPIA

La empresa que resulte adjudicataria de este lote, deberán suministrar sin coste alguno para el Servicio Andaluz de Salud **Las bombas de presión irrigación-aspiración** necesarias para la utilización de los equipos de irrigación, para realizar las histeroscopias,

EMPRESA	SISTEMA INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	D41279	100126787873	T0505-01	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad, muy adecuada en las técnicas que precisan equipos de tubos de irrigación para bomba de histeroscopia en intervenciones de ginecología.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y confort, presenta un diseño que se adapta a nuestras necesidades.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, éste equipo cumple las expectativas durante el proceso consiguiendo el resultado de forma óptima.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado,envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figure denominación del artículo, fecha de caducidad, numero de lote y referencia comercial.Doble envasado para mantener la esterilidad en el campo estéril.	2	

Equipo a ceder: LEMKE PUMP, Multi-Indication Pump

	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	DESCRIPCIÓN S.A.S
LOTE 51	SU.PC.SANI.01.09.20.001000	EQ. TUBOS P/ IRRIGACION EN HISTEROSCOPIA

La empresa que resulte adjudicataria de este lote, deberán suministrar sin coste alguno para el Servicio Andaluz de Salud **Las bombas de presión irrigación-aspiración** necesarias para la utilización de los equipos de irrigación, para realizar las histeroscopias,

EMPRESA	PALEX MEDICAL, S.A.			CUMPLE PPT	SI	VALORACIÓN AGRUPACIÓN	TOTAL PUNTOS	SUPERA UMBRAL
	GC	CIP	REFERENCIA	CRITERIOS			19	SI
	B58863	100118912636	435397	**Calidad y Seguridad de los productos ofertados**		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buena calidad y seguridad, muy adecuada en las técnicas que precisan equipos de tubos de irrigación para bomba de histeroscopia en intervenciones de ginecología.	9	
				Facilidad de manejo y ergonomía y confort de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente manejo, ergonomía y confort, presenta un diseño que se adapta a nuestras necesidades.	4	
				Efectividad y eficiencia de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Excelente efectividad y eficiencia, éste equipo cumple las expectativas durante el proceso consiguiendo el resultado de forma óptima.	4	
				Envasado y Etiquetado de los productos ofertados		ARTICULO MUY ADECUADO: Muy buen envasado y etiquetado,envase unitario de fácil apertura y etiquetado en el que figure denominación del artículo, fecha de caducidad, numero de lote y referencia comercial.Doble envasado para mantener la esterilidad en el campo estéril.	2	

Equipo a ceder: Bomba Peristáltica para Histeroscopia Ginecológica. Referencia INVIDIA Medical: 70-530-00

ANEXO I SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE ESPECÍFICO DE TOCOGINECOLOGÍA CON DESTINO A LOS CENTRO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Para que coste a los efectos oportunos, se expide el presente Anexo I, y se firma por los miembros de la Comisión Técnica, en Málaga, a 17 de mayo de 2019

GEMMA MARÍA MARTÍN VEGA
Coordinador Responsable Recursos Materiales. **Hospital U. Regional de Málaga**

EMILIA VILLEGAS MUÑOZ
Facultativo Especialista de Ginecología. **Hospital U. Regional de Málaga.**

JOSÉ OLIVA RODRÍGUEZ-PASTOR
Facultativo Especialista de Ginecología. **Hospital U. Virgen de la Victoria**

Mª ÁNGELES ÁLVAREZ SORIANO
Supervisora del Área de Ginecología. **AGS Axarquía de Málaga**

Mª JOSÉ PRIEGO CUBERO
Facultativo Especialista de Ginecología. **AGS Serranía de Málaga**

ANA JESÚS RUIZ MARTÍN
Facultativa Especialista de Area de Análisis Clínicos del **Hospital Regional U.de Málaga.**