Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

EXPEDIENTE Nº AMSU059-2019/329386

SUMINISTRO DE DIVERSOS TIPOS DE SUTURAS, PARA LOS CENTROS VINCULADOS A LA PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE GRANADA

INFORME TÉCNICO

CRITERIO Nº 2: VALORACIÓN FUNCIONAL DELPRODUCTO: De 0 a 20 ptos.

EMPRESAS OFERENTES:

- ASSUT EUROPE: Lotes 1, 2, 3, 6, 13, Agrupación 1, 2, 4.
- B. BRAUN: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, Agrupación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
- BARD DE ESPAÑA: Lote 19, Agrupación 9.
- BAXTER: Lote 19.
- BIOMED: Lote 16.
- JOHNSON & JOHNSON: Lotes 1, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 20, 22, 25, Agrupación 3, 5, 6, 8, 11.
- LABORATORIOS ARAGÓ: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, Agrupación 1, 2, 3, 4, 7.
- LORCA MARÍN: Lotes 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, Agrupación 2, 4, 7.
- NEOMEDIC: Agrupación 11, 12.
- MEDTRONIC: Lotes 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 23, 24, Agrupación 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11.
- MEDCOR: Lote 17.
- PRIM, S.A.: Lote 18.
- STRYKER: Lote 18.
- TELEFLEX: Agrupación 12.

La Agrupación 12: Clips hemostáticos no se incluye en este Informe Técnico, al haber desistido la Administración de la misma y a la que habían concurrido las empresas Neomedic y Teleflex.

La valoración de las ofertas recibidas se ha realizado analizando la documentación técnica aportada en el sobre nº 2, así como las muestras remitidas por las empresas licitadoras, considerándose los siguientes

SUBCRITERIOS DE VALORACIÓN:

- Facilidad de utilización. De 0 a 6 puntos.
- Mejoras técnicas. De 0 a 7 puntos.
- Calidad y diseño del material. De 0 a 7 puntos.

LOTE 1: D57828.

SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. CIL. CURVA 5/8, HILO 2/0.

- **B. BRAUN.**
- **JOHNSON & JOHNSON**

La valoración para ambas empresas:

• FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura.	6.- Puntos.
• MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable.	0.- Puntos.
• CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: Muy buenos. Buena aguja y calidad del hilo.	7.- Puntos.
TOTAL	**13.- PUNTOS.**

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS

- **ASSUTT EUROPE.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medi**os. Hilo demasiado fino. 3.- Puntos.

TOTAL **9.- PUNTOS.**

- **LAB. ARAGÓ.**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medi**os. Hilo incoloro que dificulta su localización y uso. 3.- Puntos.

TOTAL **6.- PUNTOS.**

LOTE 2: B38892

SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. CIL. CURVA 1/2, HILO 0.

- **LORCA MARIN.**
- FACILIDAD DE USO: Mala. Apertura muy dificultosa de los sobres, más manipulación y pérdida de tiempo. 1.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy buenos**. Buena aguja y calidad y longitud de hilo. 7.- Puntos.

TOTAL **8.- PUNTOS.**

- **LAB. ARAGÓ.**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medi**os. Hilo 70 cm. 3.- Puntos.

TOTAL **6.- PUNTOS.**

- **ASSUTT EUROPE.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: Medi**os**. Hilo demasiado fino y de 70 cm. 3.- Puntos.

TOTAL **9.- PUNTOS.**

- **B. BRAUN.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buenos**. Hilo 70 cm. 5.- Puntos.

TOTAL **11.- PUNTOS.**

- **MEDTRONIC.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. Hilo 75 cm. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 3: B79339

SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. TRI. CURVA 1/2, HILO 2/0.

- **LORCA MARIN.**
- FACILIDAD DE USO: Mala. Apertura muy dificultosa de los sobres, más manipulación y pérdida de tiempo. 1.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fpdb)

JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medios**. Buena calidad y longitud de hilo, pero aguja es pequeña. 3.- Puntos.

TOTAL **4.- PUNTOS.**

- **LAB. ARAGÓ.**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Regulares**. Hilo 70 cm. Y aguja pequeña. 2.- Puntos.

TOTAL **5.- PUNTOS.**

- **ASSUTT EUROPE.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: Medi**os**. Hilo demasiado fino y de 70 cm. 3.- Puntos.

TOTAL **9.- PUNTOS.**

- **B. BRAUN.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buenos**. Hilo 70 cm. 5.- Puntos.

TOTAL **11.- PUNTOS.**

- **MEDTRONIC.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. Hilo 75 cm. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 4: B59337

SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. TRI. CURVA 1/2, HILO 2/0. LOG. AG.48

- **LORCA MARIN.**
Sin muestra para su valoración. EXCLUIDO.

- **LAB. ARAGÓ.**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Regulares**. Hilo 70 cm. Y aguja pequeña. 2.- Puntos.

TOTAL **5.- PUNTOS.**

- **B. BRAUN.**
Oferta hilo de 2, no de 2/0 como se solicita. EXCLUIDO.

LOTE 5: B51023.

SINTÉTICA ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG. CIL. CURVA 1/2, HILO 0.

- **B. BRAUN.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buenos**. Hilo con demasiada Memoria, pero de 90 cm. 5.- Puntos.

TOTAL **11.- PUNTOS.**

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjab)

- **MEDTRONIC.**
  - FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
  - MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
  - CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buen**os. Hilo con memoria Adecuada, pero de 70 cm. 5.- Puntos.

TOTAL **11.- PUNTOS.**

- **LAB. ARAGÓ.**
  - FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
  - MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
  - CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buen**os. Hilo con demasiada Elasticidad, memoria adecuada y de 90 cm. 5.- Puntos.

TOTAL **8.- PUNTOS.**

- **JOHNSON & JOHNSON.**
  - FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
  - MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
  - CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buen**os. Hilo con demasiada elasticidad, memoria adecuada y de 90 cm. 5.- Puntos

.

TOTAL **11.- PUNTOS.**

- **LORCA MARIN.**
  Sin muestra para su valoración. EXCLUIDO.

LOTE 6: B50846.

SINTÉTICA ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG. CIL. CURVA 1/2, HILO 3/ 0.

- **B. BRAUN.**
- **JOHNSON & JOHNSON.**

Valoración para ambas:

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. Hilo 70 cm. 6.- Puntos.

TOTAL **12.- PUNTOS.**

- **MEDTRONIC.**
  - FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
  - MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
  - CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. Hilo de 75 cm. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

- **LAB. ARAGÓ.**
  - FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
  - MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
  - CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buen**os. Aguja pequeña. 5.- Puntos.

TOTAL **8.- PUNTOS.**

- **ASSUTT EUROPE.**
  - FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
  - MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
  - CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buen**os. Hilo con demasiada Elasticidad. Hilo 70 cm. 5.- Puntos..

TOTAL **11.- PUNTOS.**

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

Servicio Andaluz de Salud
JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

LORCA MARIN

- FACILIDAD DE USO: Mala. Apertura muy dificultosa de los sobres, más manipulación y pérdida de tiempo. 1.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buenos**. Hilo 70 cm. 5.- Puntos.

TOTAL **6.- PUNTOS.**

LOTE 7: D57817.

SINTÉTICA ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG. CIL. CURVA 1/2, HILO 3/0. LONG. AG.37

- **B. BRAUN.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. Hilo 70 cm. 6.- Puntos.

TOTAL **12.- PUNTOS.**

- **MEDTRONIC.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. Hilo de 75 cm. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 8: B41085.

SINTÉTICA ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG. CIL. EN LAZO CURVA 1/2, HILO 1.

- **B. BRAUN.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

- **LAB. ARAGÓ.**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de sobres. 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. 7.- Puntos.

TOTAL **10.- PUNTOS.**

LOTE 9: SU.PC.SANI.01.12.06.400004.

SINTÉTICA ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG. TRI. AUTOFIJANTE.

- **B. BRAUN.**
- FACILIDAD DE USO: Media. Difícil de recolocar. 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Regulares**. Muy poco barbada. 3.- Puntos.

TOTAL **6.- PUNTOS.**

- **JOHNSON & JOHNSON.**
- FACILIDAD DE USO: Media. Difícil de recolocar. 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: Medios. Sutura poco barbada. 4.- Puntos.

TOTAL **7.- PUNTOS.**

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

- **MEDTRONIC**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil colocación ya que se puede Mover hasta fijarla bien. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. Muy barbada. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 10: D57828.

SINTÉTICA IRREABSORBIBLE TRENZADA 2 AG. CIL. CON PARCHES.

- **B. BRAUN.**
- **MEDTRONIC**

La valoración para ambas empresas:

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: Muy buenos. Buena aguja y calidad del hilo. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 11: F02298.

SINTÉTICA IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG. CIL. VASCULAR

- **B. BRAUN.**
- **JOHNSON & JOHNSON**
- **MEDTRONIC**

La valoración para las tres empresas:

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: Muy buenos. Buena aguja y calidad del hilo. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

- **LAB. ARAGÓ.**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buen**os. Hilo con demasiada Elasticidad. 5.- Puntos.

TOTAL **8.- PUNTOS.**

LOTE 12: D31100.

SINTÉTICA IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG. CIL. VASCULAR. CUR.3/8. HILO 6/0

- **B. BRAUN.**
  Oferta material distinto al solicitado. Curva ½ e Hilo 4/0. EXCLUIDO.

- **LAB. ARAGÓ:**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buen**os. Hilo con cierta elasticidad. 5.- Puntos.

TOTAL **8.- PUNTOS.**

- **LORCA MARIN:**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medio**s. Hilo con demasiada Elasticidad. 3.- Puntos.

TOTAL **6.- PUNTOS.**

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdo)

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

- **JOHNSON & JOHNSON.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura y colocación. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. Hilo adecuado. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 13: C56304.

SINTÉTICA IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG. CIL. VASCULAR. CUR. 3/8. HILO 7/0

- **B. BRAUN.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

- **LAB. ARAGÓ.**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buenos**. Hilo con cierta elasticidad. 5.- Puntos.

TOTAL **8.- PUNTOS.**

- **ASSUTT EUROPE.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medios**. Hilo con excesiva Elasticidad. 4.- Puntos..

TOTAL **10.- PUNTOS.**

LOTE 14: D86087.

SINTÉTICA IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG. CIL. VASCULAR. CUR. 3/8. HILO 7/0. LONG. 9

- **B. BRAUN.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil apertura. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

- **LAB. ARAGÓ.**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buenos**. Hilo con cierta elasticidad. 5.- Puntos.

TOTAL **8.- PUNTOS.**

- **LORCA MARIN:**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Apertura dificultosa de los sobres 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medios**. Hilo con demasiada Elasticidad. 3.- Puntos.

TOTAL **6.- PUNTOS.**

CS - 7/1 (Serv. Rapog. Fjdb)

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

LOTE 15: D35091.
DISPOSITIVO SUTURA DOBLE AGUJA.

Sin ofertas.

LOTE 16: SU.PC.01.12.10.275000
ACERO INOXIDABLE NOMOFILAR 1 AGUJA TRIANGULAR.

- **B. BRAUN.**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Longitud aguja es 60 mm y curva de 36mm, algo incómoda en su utilización. 2.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. Punta cilíndrica y Longitud y grosor del hilo adecuados. 7.- Puntos.

TOTAL **9.- PUNTOS.**

- **LAB. ARAGÓ.**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Punta aguja triangular que dificulta su Uso. 2.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. Longitud 45 cm y Grosor del hilo 6 usp, adecuados. 7.- Puntos.

TOTAL **9.- PUNTOS.**

- **JOHNSON & JOHNSON:**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Longitud aguja es 55 mm y curva de 55mm y punta triangular, que incomodan su utilización. 2.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medios**. Hilo con longitud 75 cm y grosor 5 usp. 4.- Puntos.

TOTAL **6.- PUNTOS.**

- **MEDTRONIC:**
- FACILIDAD DE USO: Regular. Longitud aguja es 55 mm y punta triangular, que difucultan su utilización. 2.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buenos**. Hilo con longitud 45 cm y grosor 5 usp. 5.- Puntos.

TOTAL **7.- PUNTOS.**

- **BIOMED.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Punta aguja cilíndrica y longitud y **De aguja y curva de 51 mma, muy cómoda en su uso.** 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. Longitud 36 cm y Grosor del hilo 6 usp, adecuados. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 17: E86843.
ADHESIVO TISULAR BIOLÓGICO

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

Servicio Andaluz de Salud
JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
MEDCOR

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil aplicación. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos.** 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 18: C61411.

SELLADOR SINTÉTICO DE DURAMADRE

- **STRYKER. Rª NUS006**
- FACILIDAD DE USO: Mala. Dispositivo algo grande y aparatoso y Sin boquilla aplicadora. Difícil uso y control de aplicación. 1 Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medios.** Requiere reconstitución De dos frascos de PEG y otro con PEI. 4.- Puntos.

TOTAL **5.- PUNTOS.**

- **STRYKER. Rª NUS009**
- FACILIDAD DE USO: Media. Dispositivo algo grande y aparatoso y con boquilla aplicadora de 17cm. Algo dificultoso su uso y control de aplicación. 3 Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medios.** Requiere reconstitución De dos frascos de PEG y otro con PEI. 4.- Puntos.

TOTAL **7.- PUNTOS.**

- **PRIM:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil aplicación y visualización sobre el Objetivo quirúrgico, con aplicadores de 8 y 15 cm y pudiendo cambiar manualmente la forma de La punta del aplicador. 6 Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: Muy Buenos. Solución de PEG Biocompatible. Rápida preparación y conservación a temperatura Ambiente. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 19: B40281.

SISTEMA SELLANTE TISULAR.

- **BARD DE ESPAÑA**
- FACILIDAD DE USO:Muy Buena. Fácil aplicación. 6 Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medios.** Requiere reconstitución De dos frascos de PEG y otro con albumina humana recombinada AHr, y Su conservación es en nevera de 4 a 8º. 4.- Puntos.

TOTAL **10.- PUNTOS.**

- **BAXTER:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil aplicación. manualmente la forma de La punta del aplicador. 6 Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Aporta en el postoperatorio elasticidad para recosntrucciones aórticas y líneas de sutura de alta presión, manteniendo flexibilidad incluso en anatomía "pulsátil", sin restringir el movimiento del

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
JUNTA DE ANDALUCIA

tejido circundanate. Gran resistencia con sellado supra fisiológico que resiste altas presiones. 7.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: Muy Buenos. Solución de PEG Biocompatible. Rápida preparación y conservación a temperatura Ambiente entre 2 y 25º. Rapidez sellado en 60". 7.- Puntos.

TOTAL **20.- PUNTOS.**

LOTE 20: E71285.

CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA C/ALTURA GRAPA SELECCIONABLE.

- **JOHNSON & JOHNSON:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 21: C28333.

APLICADOR AUTOMÁTICO DE CLIPS Nº 15. TALLA GRANDE.

- **MEDTRONIC.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil aplicación. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 22: SU.PC. SANI.01.12.22.00000

APLICADOR AUTOMÁTICO DE CLIPS.

- **MEDTRONIC.**

No se adapta a lo solicitado en el anexo 2 PPT al ser de talla intermedia y longitud de aplicador de 29,5. EXCLUIDO.

- **JOHNSON & JOHNSON:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Tamaño pequeño y longitud De aplicador 24, como se indica en el anexo 2 PPT. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 23: C28828.

APLICADOR AUTOMÁTICO DE CLIPS Nº 20. TALLA PEQUEÑO.

- **MEDTRONIC.**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil aplicación. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 24: C28851

APLICADOR AUTOMÁTICO DE CLIPS Nº 30. TALLA INTERMEDIA

CS - 7/1 (Serv Reprog. Fjdo)

Servicio Andaluz de Salud
JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

- **MEDTRONIC:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Fácil aplicación. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

LOTE 25: C28708.

APLICADOR AUTOMÁTICO CLIPS. Nº 30. LONG. APL. 29.5

- **JOHNSON & JOHNSON:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

AGRUPACIÓN 1: LOTES 26, 27, 28, 29.

SEDA TRENZADA.

- **ASSUTT EUROPE:**
  No se valora al no ir a todos los lotes de la agrupación. EXCLUIDO.

- **B. BRAUN:**
- **LABORATORIOS ARAGÓ:**

Valoración para ambas.

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

AGRUPACIÓN 2: LOTES 30, 31.

SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA ABS. RÁPIDA.

- **ASSUTT EUROPE:**
- **B. BRAUN:**
- **LABORATORIOS ARAGÓ:**
- **LORCA MARÍN:**

Valoración para para las cuatro.

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

AGRUPACIÓN 3: LOTES 32, 33 .

SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA PUNTA TRÓCAR.

- **MEDTRONIC:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. Hilos 90 cm. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

Servicio Andaluz de Salud
JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

- **JOHNSON & JOHNSON:**
- **LABORATORIOS ARAGÓ:**
- **B. BRAUN**

Valoración para para las tres.

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buen**os. Hilos < 90 cm. 4.- Puntos.

TOTAL 10.- PUNTOS.

AGRUPACIÓN 4: LOTES 34 al 42.

SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA AG. CILÍNDRICA.

- **ASSUTT EUROPE:**

No se valora al no ir a todos los lotes de la agrupación. EXCLUIDO.

- **B. BRAUN:**
- **LABORATORIOS ARAGÓ:**
- **LORCA MARÍN:**
- **MEDTRONIC:**

Valoración para para las cuatro.

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. 7.- Puntos.

TOTAL 13.- PUNTOS.

AGRUPACIÓN 5: LOTES 43, 44.

SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA AG. CILÍNDRICA C/DESINFECTANTE.

- **B. BRAUN:**
- **JOHNSON & JOHNSON:**

Valoración para ambas.

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. 7.- Puntos.

TOTAL 13.- PUNTOS.

AGRUPACIÓN 6: LOTES 45 AL 48.

SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA AG. TRIANGULAR C/DESINFECTANTE.

- **B. BRAUN:**
- **JOHNSON & JOHNSON:**

Valoración para ambas.

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. 7.- Puntos.

TOTAL 13.- PUNTOS.

AGRUPACIÓN 7: LOTES 49 AL 51.

SINTÉTICA IRREABSORBIBLE TRENZADA MONOFILAR 2 AG. CIL.

- **B. BRAUN:**
- **LAB. ARAGÓ:**
- **MEDTRONIC:**

Valoración para las tres.

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. 7.- Puntos.

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

TOTAL **13.- PUNTOS.**

- **LORCA MARÍN:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Buenos**. Hilo con demasiada elasticidad. 5.- Puntos.

TOTAL **11.- PUNTOS.**

AGRUPACIÓN 8: LOTES 52 y 53.

SINTÉTICA IRREABSORBIBLE TRENZADA MONOFILAR 2 AG. CIL. PUNTA TRÓCAR.

- **JOHNSON & JOHNSON:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. Longitud hilo 70 cm. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

- **MEDTRONIC:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medios**. Hilo con demasiada elasticidad e hilo de 60 cm. 4.- Puntos.

TOTAL **10.- PUNTOS.**

AGRUPACIÓN 9: LOTES 54, 55 y 56.

PARCHE PARA REFUERZO DE SUTURA.

- **BARD DE ESPAÑA:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. Tamaños de 6x4,5; 15x25 y 15x15 Que facilitan su colocación en todos los casos quirúrgicos. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buenos**. PTFE. Material Eficiente al cubrir con 3 medidas las necesidades, precisando menos Pedidos y almacenaje. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

- **B. BRAUN:**
- **MEDTRONIC**
- FACILIDAD DE USO: Media. Proponen medidas que se quedan escasas Para cubrir todas las necesidades quirúrgicas. 3.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Medios**. PTFE. Material poco Eficiente al precisar más consumo, más pedidos y almacenaje para Cubrir las necesidades del Servicio. 4.- Puntos.

TOTAL **7.- PUNTOS.**

AGRUPACIÓN 10: LOTES 57 y 58.

SONDA TRANSORAL P/GRAPADORA CIRCULAR.

- **MEDTRONIC:**
- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. Longitud hilo 70 cm. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

AGRUPACIÓN 11: LOTES 59 Y 60.

GRAPADORA CIRCULAR CURVA.

- **NEOMEDIC:**
  No se valora al no ir a todos los lotes de la agrupación. EXCLUIDO.

- **B. BRAUN:**
- **JOHNSON & JOHNSON:**
- **MEDTRONIC:**

Valoración para las tres.

- FACILIDAD DE USO: Muy Buena. 6.- Puntos.
- MEJORAS TÉCNICAS: Nada reseñable. 0.- Puntos.
- CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL: **Muy Buen**os. 7.- Puntos.

TOTAL **13.- PUNTOS.**

Granada, 20 de noviembre 2.019

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)