



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

**PRIMERA RESOLUCIÓN DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS AL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y AL DOCUMENTO ANEXO 2 AL CUADRO RESUMEN DEL PCAP, DEL**

ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA SOPORTE AL DIAGNÓSTICO IN VITRO
SUSCEPTIBLE DE SER FINANCIADO POR FONDOS EUROPEOS EN CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Nº EXPEDIENTE: C.C. 1025/2022




Código:	6hwMS899PFIRMAhG2ydiJYnhj0mk7D	Fecha	28/08/2023	
Firmado Por	JOSE RAMON LEDESMA AGUILAR			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/3	



UNIÓN EUROPEA

INDICE:

1. LOTE 1. Armario ultracongelador de -86°C.	3
PREGUNTA 1.1: Nivel de ruido.	3

Código:	6hWMS899PFIRMAhG2ydiJYnhj0mk7D	Fecha	28/08/2023	
Firmado Por	JOSE RAMON LEDESMA AGUILAR			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/3	



UNIÓN EUROPEA

1. LOTE 1. Armario ultracongelador de -86°C.

PREGUNTA 1.1: Nivel de ruido.

Pregunta: En el punto 05 se indica Bajo nivel de ruido (< 35 dB). Pero en el 23 se indica Emisión acústica por debajo de 60 dB(A). ¿Nos podrían aclarar si se trata de un error?

Respuesta: No se trata de un error. La especificación técnica 05, que se refiere al equipo Armario ultracongelador en general, es “Bajo nivel de ruido (< 35 dB)”. La especificación técnica 23, que se encuentra dentro del apartado “Registros y sistemas de alarma” del armario ultracongelador es “Emisión acústica por debajo de 60 dB(A)”. Por lo tanto, la especificación 05 se refiere a la emisión de ruido del armario en su funcionamiento habitual, mientras que la 23 se refiere al sonido emitido por el sistema de alarma cuando éste se activa.

Código:	6hWMS899PFIRMAhG2ydiJYnhj0mk7D	Fecha	28/08/2023	
Firmado Por	JOSE RAMON LEDESMA AGUILAR			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/3	