

A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO N.º 3 DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA SU EVALUACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA DEL EXPTE NÚM. 602/2023, (PAAM 32/23).

En Córdoba, siendo las trece horas del día 21 de noviembre de 2023, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a la aprobación del Informe Técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor y apertura del sobre electrónico n.º 3 de documentación económica y técnica para su evaluación conforme a criterios de evaluación automática, del expediente **núm. 602/2023**, para la contratación del **ACUERDO MARCO CON UNA UNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: GUIAS, INTRODUCADORES Y DILATADORES (SUBGRUPO 01.04 DEL CATÁLOGO S.A.S.) CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 32/23).**

PRESIDENTA

Dª. Amparo Simón Valero
Directora Económica Administrativa y de la CPCC

VOCALES

D. Francisco Javier Ortiz Valverde
Letrado de la Asesoría Jurídica Provincial del SAS

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

Dª. Mª Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa


SECRETARIA

Dª Marina Serrano Martínez
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, en primer lugar, se procede a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión de la Mesa de Contratación de fecha 25 de julio de 2023.

A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación

Código:	6hwMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/28





susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La Mesa procede al examen del Informe Técnico emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor de las empresas que han presentado oferta al procedimiento de referencia, acordándose, por unanimidad la aprobación del informe técnico de fecha 8 de octubre de 2023.


Quedan **admitidas** las ofertas presentadas por las empresas relacionadas a continuación **en los lotes en los que superan el umbral mínimo de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor**, según anexo a esta acta y, por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos:

1. ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA
2. AVAMED SYNERGY
3. BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA CARDIVA 2 SL
4. CARDIVA 2 SL
5. CORDIS MEDICAL SPAIN SL
6. IBERIAN CARE 2016 S.L.
7. IZASA HOSPITAL SLU
8. LEXEL SL
9. MEDTRONIC IBERICA SA
10. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
11. PRIM, S.A.
12. TERUMO EUROPE ESPAÑA SL

Si bien, quedan **excluidas**, las ofertas presentadas por las empresas que se relacionan a continuación, **en determinados lotes, según anexo a esta acta** porque o bien no cumplen con las prescripciones técnicas establecidas en el PPT y por tanto no son puntuadas, o bien, no licitan a todos los lotes de la Agrupación o cumpliendo con el PPT no superan el umbral mínimo establecido para continuar en el procedimiento de licitación:

1. ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA
2. AVAMED SYNERGY
3. B BRAUN SURGICAL SA
4. BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA
5. CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR SA
6. COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SA
7. COOK ESPAÑA, S.L.
8. CORDIS MEDICAL SPAIN SL
9. IZASA HOSPITAL SLU
10. MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC SOCIEDAD ANONIMA
11. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
12. MICROPORT CRM MEDICAL SLU
13. PRIM, S.A. SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA
14. TERUMO EUROPE ESPAÑA SL W. L. GORE Y ASOCIADOS, S. L.
15. WORLD MEDICA SL

Código:	6hwMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/28



A continuación, previo rechazo en la aplicación SIREC de las ofertas excluidas, la Secretaria procede a la apertura del sobre n.º 3, donde figuran la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentada por las empresas admitidas.

La Mesa de Contratación prosigue con la calificación del resto de la documentación presentada en el sobre n.º 3, acordando admitir a las siguientes empresas licitadoras, al haber presentado la documentación correctamente:

1. **ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA**
2. **BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA CARDIVA 2 SL**
3. **CARDIVA 2 SL**
4. **CORDIS MEDICAL SPAIN SL**
5. **IBERIAN CARE 2016 S.L.**
6. **IZASA HOSPITAL SLU**
7. **MEDTRONIC IBERICA SA**
8. **PRIM, S.A.**

Asimismo, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a las siguientes empresas, dándole un plazo de tres días naturales para ello, contados a partir del siguiente al envío de la notificación, siempre que se publique el anuncio de la notificación en el perfil de contratante, para que presenten la siguiente documentación:

- ✓ **AVAMED SYNERGY:** *Anexo VIII, Anexos IX y IX BIS, así como Anexo X.*
- ✓ **LEXEL SL:** *Anexo VII, proposición económica. El mismo documento presentado en formato Excel, con exactamente idéntica información que la contenida en el mismo, debidamente firmado y fechado, en formato pdf.*
El documento presentado está en formato Excel y carece de firma digital válida.
- ✓ **MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.:** *Anexo VIII.*
El documento presentado carece de firma digital válida.
- ✓ **TERUMO EUROPE ESPAÑA SL:** *Anexos IX y IX BIS*

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa levanta la sesión a las trece horas y cincuenta minutos del día indicado al principio del acta.


De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Firmado por MARINA SERRANO MARTÍNEZ, el día 04/12/2023 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA,

Código:	6hwMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/28



INFORME TÉCNICO

CPC: Córdoba

OBJETO DEL ACUERDO MARCO CON UNA UNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: GUIAS, INTRODUCIDORES Y DILATADORES (SUBGRUPO 01.04 DEL CATÁLOGO S.A.S.) CON DESTINO A LOS Nº de EXPEDIENTE: 602/2023 PAAM 32/23

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	1	SU.PC.SANI.01.04.01.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	5100	7,876033	9,530000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		REF: 404577 CIP:100000305494	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20
	1	SU.PC.SANI.01.04.01.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	5100	7,876033	9,530000	AVAMED SYNERGY		REF:JX.5-C-035.XXX CIP:100162691042	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20
	1	SU.PC.SANI.01.04.01.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	5100	7,876033	9,530000	CARDIVA 2, S.L.		REF: 612007 CIP:100157626383	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20
	1	SU.PC.SANI.01.04.01.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	5100	7,876033	9,530000	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF:GW353JF CIP: 100162583253	oferta no cumple prescripciones técnicas, se pude tipo de punta en j y la oferta presentada tiene punta recta	-
	1	SU.PC.SANI.01.04.01.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	5100	7,876033	9,530000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:GW353JF CIP:100140850238	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20

Código:

6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX

Fecha

04/12/2023

Firmado Por

MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO

Uri De Verificación

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Página

4/28



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	1	SU.PC.SANI.01.04.01.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	5100	7,876033	9,530000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:IQ35F260J3 CIP:100122584122	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la flexibilidad del tramo flexible es muy adecuada lo que facilita la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	40
	1	SU.PC.SANI.01.04.01.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	5100	7,876033	9,530000	PRIM, S.A.		REF:SM-GW-3J35260PN-TP CIP:100125763739	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20
	1	2 SU.PC.SANI.01.04.01.000013		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	800	17,85124	21,600000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:502520 CIP:100000631881	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20
	1	2 SU.PC.SANI.01.04.01.000013		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	800	17,85124	21,600000	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF:GW381JF CIP: 100162583657	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20
	1	2 SU.PC.SANI.01.04.01.000013		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	800	17,85124	21,600000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:GW383JF CIP:100162431925	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. La longitud de la guía es de 260 cm lo que la hace demasiado larga, cuando la otra referencia si se adapta mejor a la longitud. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	0

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX		Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	5/28



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	1	2	SU.PC.SANI.01.04.01.000013	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	800	17,85124	21,600000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	VAR	REF:GW381JF CIP:100162431723	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20
	1	2	SU.PC.SANI.01.04.01.000013	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	800	17,85124	21,600000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:IQ38F150J3 CIP:100150108253	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la flexibilidad del tramo flexible es muy adecuada lo que facilita la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto.	40
	1	3	SU.PC.SANI.01.04.01.000013	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	1160	17,85124	21,600000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:502541 CIP:100005655222	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20
	1	3	SU.PC.SANI.01.04.01.000013	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	1160	17,85124	21,600000	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF:GW381SF CIP: 100162583950	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20
	1	3	SU.PC.SANI.01.04.01.000013	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	1160	17,85124	21,600000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:GW383SF CIP:100162432339	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas requeridas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL, puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. La longitud de la guía es de 260 cm lo que la hace demasiado larga, cuando la otra referencia si se adapta mejor a la longitud En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	0

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX		Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	6/28



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	1	3 SU.PC.SANI.01.04.01.000013		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	1160	17,85124	21,600000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	VAR	REF:GW381SF CIP:100162432036	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20
	1	3 SU.PC.SANI.01.04.01.000013		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	1160	17,85124	21,600000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	VAR	REF:GW382SF CIP:100162432137	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la menor flexibilidad del tramo flexible con respecto a la oferta de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. puede dificultar la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la menor flexibilidad del tramo flexible puede provocar que la guía no avance al quedar atascada en una tortuosidad vascular que sea necesario la utilización de otra guía de mayor flexibilidad, y por lo tanto se puede ver perjudicada su eficacia.	20
	1	3 SU.PC.SANI.01.04.01.000013		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	1160	17,85124	21,600000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:IQ38F150S CIP:100150347469	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas requeridas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización, la flexibilidad del tramo flexible la hace muy buena para la navegación en vasos tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. En rendimiento la flexibilidad del tramo flexible hace que la guía avance muy adecuadamente en una tortuosidad vascular, por lo que no sería la utilización de otra guía de mayor flexibilidad.	40
	2	4 SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	3960	35,702479	43,200000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:C3515RSA CIP:100079829556	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en comparación con la oferta de TERUMO EUROPE, se considera que su navegabilidad de la guía es inferior en vasos tortuosos y/o calcificados. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto. En cuanto a eficacia debido su menor navegabilidad respecto a la oferta de TERUMO EUROPE, resulta menos eficaz a la hora de cruzar segmentos vasculares tortuosos y/o calcificados	0
	2	4 SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	3960	35,702479	43,200000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:10A23515 CIP:100115372477	No puede ser adjudicataria porque no presenta oferta en el lote 5 ni en el 7, al ser agrupación de lotes no puede ser adjudicataria	-
	2	4 SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	3960	35,702479	43,200000	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A		REF:UR-4245 CIP:100162684374	No puede ser adjudicataria porque no presenta oferta en el lote 5 ni en el 7, al ser agrupación de lotes no puede ser adjudicataria	-
	2	4 SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	3960	35,702479	43,200000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:MSWSTD35150 CIP:100145395934	No puede ser adjudicataria porque no presenta oferta en el lote 5, al ser agrupación de lotes no puede ser adjudicataria	-

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX		Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		Página	7/28
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	2	4 SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	3960	35,702479	43,200000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:RF*GA35153M CIP:100000323375	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización disponemos de resultados contractados de la excelente navegabilidad de la guía sobre todo en vasos tortuosos y/o calcificados. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto. En cuanto a eficacia debido a la excelente navegabilidad permite cruzar con facilidad segmentos vasculares tortuosos o calcificados	40
	2	5 SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:en J Flexible; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	80	35,702479	43,200000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:C3515SSA CIP:100021870210	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en comparación con la oferta de TERUMO EUROPE, se considera que su navegabilidad de la guía es inferior en vasos tortuosos y/o calcificados. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto. En cuanto a eficacia debido su menor navegabilidad respecto a la oferta de TERUMO EUROPE, resulta menos eficaz a la hora de cruzar segmentos vasculares tortuosos y/o calcificados	0
	2	5 SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:en J Flexible; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	80	35,702479	43,200000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:RF*GA35123M CIP:100006761496	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización disponemos de resultados contractados de la excelente navegabilidad de la guía sobre todo en vasos tortuosos y/o calcificados. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto. En cuanto a eficacia debido a la excelente navegabilidad permite cruzar con facilidad segmentos vasculares tortuosos o calcificados	40
	2	6 SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	20	35,702479	43,200000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:C3515RSA CIP:100079829556	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en comparación con la oferta de TERUMO EUROPE, se considera que su navegabilidad de la guía es inferior en vasos tortuosos y/o calcificados. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto. En cuanto a eficacia debido su menor navegabilidad respecto a la oferta de TERUMO EUROPE, resulta menos eficaz a la hora de cruzar segmentos vasculares tortuosos y/o calcificados	0
	2	6 SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	20	35,702479	43,200000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:10S13515 CIP:100115332776	No puede ser adjudicataria porque no presenta oferta en el lote 5 ni en el 7, al ser agrupación de lotes no puede ser adjudicataria	-
	2	6 SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	20	35,702479	43,200000	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: UR-4255 CIP:100162683162	No puede ser adjudicataria porque no presenta oferta en el lote 5 ni en el 7, al ser agrupación de lotes no puede ser adjudicataria	-
	2	6 SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	20	35,702479	43,200000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:MSWSTDS3515 0 CIP:100145905995	No puede ser adjudicataria porque no presenta oferta en el lote 5, al ser agrupación de lotes no puede ser adjudicataria	-

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	8/28



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	2	6	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	20	35,702479	43,200000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:RF*GS35153M CIP:100000314081	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización disponemos de resultados contractados de la excelente navegabilidad de la guía sobre todo en vasos tortuosos y/o calcificados. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto. En cuanto a eficacia debido a la excelente navegabilidad permite cruzar con facilidad segmentos vasculares tortuosos o calcificados	40
	2	7	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	400	36,752066	44,470000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:C3526RSA CIP:100021870816	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en comparación con la oferta de TERUMO EUROPE, se considera que su navegabilidad de la guía es inferior en vasos tortuosos y/o calcificados. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto. En cuanto a eficacia debido su menor navegabilidad respecto a la oferta de TERUMO EUROPE, resulta menos eficaz a la hora de cruzar segmentos vasculares tortuosos y/o calcificados	0
	2	7	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	400	36,752066	44,470000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:MSWSTDA3526 OEX CIP:100145393217	No puede ser adjudicataria porque no presenta oferta en el lote 5, al ser agrupación de lotes no puede ser adjudicataria	-
	2	7	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	400	36,752066	44,470000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:RF*GA35263M CIP:100000323274	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización disponemos de resultados contractados de la excelente navegabilidad de la guía sobre todo en vasos tortuosos y/o calcificados. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto. En cuanto a eficacia debido a la excelente navegabilidad permite cruzar con facilidad segmentos vasculares tortuosos o calcificados	40
		8	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL. RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	360	52,504132	63,530000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.		REF: M0066703081 CIP:100015042443	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la flexibilidad de la punta facilita la progresión de la vía sorteando mas fácilmente los posibles obstáculos. También una vez colocada el cuerpo de PTFE garantiza que no migre. Seguridad de uso y resultados la configuración de la punta y su composición disminuye el riesgo de lesión de los tejidos. Rendimiento y eficacia la composición y distribución de los materiales en la punta disminuye la posibilidad de rotura y la necesidad de utilizar una nueva.	40
		8	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL. RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	360	52,504132	63,530000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.		REF: M0066703011	Oferta no cumple prescripciones técnicas tiene punta curva y se pide que sea punta recta	-
		8	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL. RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	360	52,504132	63,530000	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.		REF: AE0N35 CIP: 100162303437	oferta no cumple prescripciones técnicas requeridas. En su ficha técnica no indica en ningún sitio que sea recubierta de PTFE	-
		8	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL. RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	360	52,504132	63,530000	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.		REF: AE0P35	oferta no cumple prescripciones técnicas requeridas. En su ficha técnica no indica en ningún sitio que sea recubierta de PTFE	-

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	9/28
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	8	SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; COMPOSICION NITINOL. RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	360	52,504132	63,530000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:C3515RSS CIP:100079829455	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es adecuada, En seguridad de uso y resultados debido a la punta de mayor dureza que la oferta de BOSTON hace mas difícil su utilización y puede provocar mayor daño tisular que la oferta de BOSTON. Rendimiento y eficacia la composición y distribución de los materiales en la punta puede facilitar la posibilidad de rotura y la necesidad de utilizar una nueva guía.	0
	8	SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; COMPOSICION NITINOL. RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	360	52,504132	63,530000	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: UR-2714 CIP:100162683263	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización al ser mas rígida que la ofertas de BOSTON puede dificultar la progresión en determinadas situaciones anatómicas de mayor complejidad. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia puede verse comprometida en ciertas situaciones anatómicas por lo que puede ser que tengamos que utilizar otra guía.	0
	8	SU.PC.SANI.01.04.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; COMPOSICION NITINOL. RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	360	52,504132	63,530000	PRIM, S.A.		REF:SM-GW-3S35150P-TP CIP:100125784347	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es adecuada, En seguridad de uso y resultados debido a la punta de mayor dureza que la oferta de BOSTON hace mas difícil su utilización y puede provocar mayor daño tisular que la oferta de BOSTON. Rendimiento y eficacia la composición y distribución de los materiales en la punta puede facilitar la posibilidad de rotura y la necesidad de utilizar una nueva guía.	0
	9	SU.PC.SANI.01.04.03.000014		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 1 y 3 cm ambos inclusive	280	65,099174	78,770000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		REF: 9-GW-002 CIP: 100000317910	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. La rigidez de la guía le confiere un magnifico soporte para introducción de distintos dispositivos para el fin al que va destinada. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguido con una unidad de producto. Eficacia es muy adecuada debido a su magnifico soporte para introducción de otros dispositivos.	40
	9	SU.PC.SANI.01.04.03.000014		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 1 y 3 cm ambos inclusive	280	65,099174	78,770000	AVAMED SYNERGY		REF:H-X-X-J3-C-035-260 CIP:100162691143	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. La rigidez de la guía es menor que la oferta de ABBOTT MEDICAL lo que le confiere un menor soporte para introducción de distintos dispositivos de un bajo perfil. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento la menor rigidez de la guía puede hacer que haya que utilizar otra guía para introducir correctamente el dispositivo. Por lo que se puede ver afecta la eficacia de la misma	0
	9	SU.PC.SANI.01.04.03.000014		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 1 y 3 cm ambos inclusive	280	65,099174	78,770000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.		REF:M001465020 CIP: 100000298019	Oferta no cumple prescripciones técnicas el tramo flexibles es de 7 cm cuando se pide un tramo de entre 1 y 3 cm.	-
	9	SU.PC.SANI.01.04.03.000014		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 1 y 3 cm ambos inclusive	280	65,099174	78,770000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.		REF:M001465260 CIP:100000318021	Oferta no cumple prescripciones técnicas la punta es recta cuando se solicita punta en J	-

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX		Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		Página	10/28
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS	
	9	SU.PC.SANI.01.04.03.000014		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 1 y 3 cm ambos inclusive	280	65,099174	78,770000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:502455 CIP:100000281149	Oferta no cumple prescripciones técnicas el tramo flexibles es de 5 cm cuando se pide un tramo de entre 1 y 3 cm.REF DE LA MUESTRA ES 502735	-	
	10	SU.PC.SANI.01.04.03.000018		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE EXTRASOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	200	78,280992	94,720000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		REF:1902703-02 CIP:100156698703	Oferta no cumple prescripciones técnicas, la oferta presentada tiene un tramo de punta flexible de 100 cm cuando se pide de entre 2 y 5	-	
	10	SU.PC.SANI.01.04.03.000018		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE EXTRASOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	200	78,280992	94,720000	AVAMED SYNERGY		REF:H-X-S-C-035-260 CIP:100162691244	Oferta no cumple prescripciones técnicas, la oferta es muy blanda no esta recubierta de extrasoporte, tal y como se ha solicitado	-	
	10	SU.PC.SANI.01.04.03.000018		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE EXTRASOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	200	78,280992	94,720000	COOK ESPAÑA, S.L.		REF:THSF-35-300-AES-ST CIP:100088260418	Oferta no cumple prescripciones técnicas, la punta flexible de la oferta es de 1 cm y estamos pidiendo de entre 2 y 5 cm	-	
	10	SU.PC.SANI.01.04.03.000018		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE EXTRASOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	200	78,280992	94,720000	IBERIAN CARE 2016, S.L.		REF:GW353SF CIP:100162584263	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se indica que la punta debe de ser recta y la punta es curva además es muy blanda no tiene extrasoporte	-	
	3	11	SU.PC.SANI.01.04.03.100021		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	2236,02	60,900826	73,690000	AVAMED SYNERGY		REF:HY-N-A-ST-035-H-xxx CIP:100162694375	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	3	11	SU.PC.SANI.01.04.03.100021		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	2236,02	60,900826	73,690000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:C3515SSA CIP:100021870210	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	3	11	SU.PC.SANI.01.04.03.100021		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	2236,02	60,900826	73,690000	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF:UR-4245 CIP:100162684374	No se valora por no presentar oferta a todos los lotes de la agrupación	-
	3	11	SU.PC.SANI.01.04.03.100021		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	2236,02	60,900826	73,690000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:MSWSTFA35150 CIP:100162310600	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	11/28



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	3	11	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	2236,02	60,900826	73,690000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:RF*PA35153M CIP:100000308929	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el alma es súper elástica lo que facilita la navegación en territorios tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados la superficie es totalmente lisa tiene una mínima trombogenicidad, lo que da seguridad al paciente y al profesional en su uso. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	40
	3	11	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	2236,02	60,900826	73,690000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	REF: 10A23515 CIP: 100115372477	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	3	11	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	2236,02	60,900826	73,690000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	Variante	RF: 10A13515 CIP: 100130463714	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	3	12	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta: recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	90	70,603306	85,430000	AVAMED SYNERGY		REF:HY-N-S-F-035-Hxxx CIP: 100162694577	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	3	12	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta: recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	90	70,603306	85,430000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:C3515RSS CIP:100079829455	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	3	12	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta: recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	90	70,603306	85,430000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:10S23515 CIP:100115372578	No se valora por no presentar oferta a todos los lotes de la agrupación. No presenta muestra	-
	3	12	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta: recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	90	70,603306	85,430000	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: UR-4255 CIP:100162683162	No se valora por no presentar oferta a todos los lotes de la agrupación	-
	3	12	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta: recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	90	70,603306	85,430000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:MSWSTFS3515 CIP:100162310903	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	12/28



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	3	12	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud {100-150};Tipo de punta: recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	90	70,603306	85,430000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:RF*PS35153M CIP:100000308626	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el alma es súper elástica lo que facilita la navegación en territorios tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados la superficie es totalmente lisa tiene una mínima trombogenicidad, lo que da seguridad al paciente y al profesional en su uso. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	40
	3	13	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	360	60,900826	73,690000	AVAMED SYNERGY		REF:HY-N-A-ST-035-H-260 CIP:100162694678	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	3	13	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	360	60,900826	73,690000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:C3526SSA CIP:100021870614	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	3	13	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	360	60,900826	73,690000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:10A23526 CIP:100130464027	No se valora por no presentar oferta a todos los lotes de la agrupación.	-
	3	13	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	360	60,900826	73,690000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:MSWSTFA3526 0EX CIP:100150886403	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	3	13	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	360	60,900826	73,690000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:RF-PA35263M CIP:100000309030	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el alma es súper elástica lo que facilita la navegación en territorios tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados la superficie es totalmente lisa tiene una mínima trombogenicidad, lo que da seguridad al paciente y al profesional en su uso. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	40
	3	14	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	70	70,727273	85,580000	AVAMED SYNERGY		REF:HY-N-R-F-035-H-250 CIP: 100162694779	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0

Código:	6hWMS854PFIRMAh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	13/28



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	3	14	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	70	70,727273	85,580000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:C3526SSS CIP:100021870715	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	3	14	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	70	70,727273	85,580000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:MSWSTFS35260EX CIP:100161399293	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización en nuestra práctica clínica nos ha demostrado que presenta peor navegabilidad por la elasticidad del alma. En cuanto a seguridad de uso y resultados la mayor dificultad de negación con respecto a la oferta de TERUMO puede provocar lesión en la pared vascular. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	3	14	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	70	70,727273	85,580000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:RF-PS35263M CIP:100006804834	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización el alma es súper elástica lo que facilita la navegación en territorios tortuosos. En cuanto a seguridad de uso y resultados la superficie es totalmente lisa tiene una mínima trombogenicidad, lo que da seguridad al paciente y al profesional en su uso. Rendimiento y eficacia son adecuados. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	40
		15	SU.PC.SANI.01.04.06.000000	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.025"	Longitud mayor o igual a 450 cm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL RECUBRIMIENTO HIDROFILICO	220	98,702479	119,430000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.		REF:M00557021 CIP:100131114194	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene el cuerpo necesario para realizar las técnicas a las que va destinada. Tiene marcas lo que podemos controlar continuamente la posición de la guía bajo visión endoscópica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos. Rendimiento y eficacia es adecuado consiguiendo el fin al que va perseguida con una unidad de producto	20
		15	SU.PC.SANI.01.04.06.000000	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.025"	Longitud mayor o igual a 450 cm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL RECUBRIMIENTO HIDROFILICO	220	98,702479	119,430000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.		REF:MTN-BM-63/45-A	oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene poco cuerpo que puede dificultar el intercambio de otros catéteres. Si tiene marcas lo que podemos controlar continuamente la posición de la guía bajo visión endoscopia. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos. Rendimiento y eficacia no sirve para el fin al que va perseguido	0
		15	SU.PC.SANI.01.04.06.000000	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.025"	Longitud mayor o igual a 450 cm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL RECUBRIMIENTO HIDROFILICO	220	98,702479	119,430000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:NV-PS25453M CIP:100028175297	oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene poco cuerpo que puede dificultar el intercambio de otros catéteres. No tiene marcas lo que no podemos controlar continuamente la posición de la guía bajo visión endoscopia. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos. Rendimiento y eficacia no sirve para el fin al que va perseguido	0
	4	16	SU.PC.SANI.01.04.06.000002	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035"	Longitud mayor o igual a 400 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL RECUBRIMIENTO HIDROFILICO	20	124,61157	150,780000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.		REF:5659 CIP:100097152638	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene cuerpo para los procedimientos a los que va destinado, pero no tiene cobertura hidrofílica en toda su longitud lo que puede dificultar el ganar ángulos y estenosis críticas independientemente de la distancia a la que se encuentre del canal de trabajo del endoscopio. Tiene aceptable visión radiológica. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido.	0

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	14/28
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	4	16	SU.PC.SANI.01.04.06.000002		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035*	20	124.61157	150,780000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.		REF:MTN-BM-89/45-A-J	Aunque aparece en la relación de muestras, se ha comprobado que no aporta muestra física de este lote, solo hay muestra del lote 17	-
	4	16	SU.PC.SANI.01.04.06.000002		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035*	20	124.61157	150,780000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:NV-PA35403M CIP:100028165397	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene cuerpo para los procedimientos a los que va destinado. Tiene cobertura hidrofílica en toda su longitud lo que permite ganar ángulos y estenosis crítica independientemente de la distancia a al que se encuentre del canal de trabajo del endoscopio. Tiene buena visión radiológica. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	4	17	SU.PC.SANI.01.04.06.000002		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035*	180	124.619835	150,790000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.		REF: 5658 CIP: 100097365689	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene cuerpo para los procedimientos a los que va destinado, pero no tiene cobertura hidrofílica en toda su longitud lo que puede dificultar el ganar ángulos y estenosis críticas independientemente de la distancia a la que se encuentre del canal de trabajo del endoscopio. Tiene aceptable visión radiológica. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido.	0
	4	17	SU.PC.SANI.01.04.06.000002		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035*	180	124.619835	150,790000	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.		REF:MTN-BM-89/45-A	No presenta muestra en el lote anterior por lo que no puede ser adjudicataria de la agrupación.	-
	4	17	SU.PC.SANI.01.04.06.000002		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035*	180	124.619835	150,790000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:NV-GS35453M CIP:100028174580	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización tiene cuerpo para los procedimientos a los que va destinado. Tiene cobertura hidrofílica en toda su longitud lo que permite ganar ángulos y estenosis crítica independientemente de la distancia a al que se encuentre del canal de trabajo del endoscopio. Tiene buena visión radiológica. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	5	18	SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUCTOR CATETER HIDROFILICO	940	39,900826	48,280000	CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR R. S.A.		REF: RSC051121-HS45-IC22-K-S CIP:100162548704	La referencia aportada no corresponde con la referencia de la muestra presentada, por lo que no se puede valorar.	-
	5	18	SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUCTOR CATETER HIDROFILICO	940	39,900826	48,280000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:506510S CIP:100130465734	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es menos flexible que la oferta de TERUMO EUROPE, resultando menos favorable para un acceso radial complejo, disminuyendo en menor grado el posible espasmo y daño radial. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento adecuado cumpliendo con el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada para el fin al que se destina.	20

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	15/28



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	5	18 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 5 F	940	39,900826	48,280000	PRIM, S.A.		REF: DQ05082121T CIP:100155826402	Oferta apta, cumple , cumple prescripciones técnicas y no aporta ventaja destacables. En cuanto a facilidad de utilización el introductor es mas rígido que la oferta de TERUMO, lo que no contribuye a la disminución de espasmos en la arteria radial. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a paciente y profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin perseguido con una unidad de producto. Eficacia se puede ver afectada por la rigidez.	0
	5	18 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 5 F	940	39,900826	48,280000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF: RM*RS5C10PO	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy flexible lo que favorece su introducción dentro de la arteria, disminuyendo el riesgo de lesión y espasmos en la arteria radial. La medida de los diferentes elementos no se adapta tan bien como la referencia mejor valorada para las necesidades del servicio. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento adecuado cumpliendo con el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada para el fin al que se destina.	20
	5	18 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 5 F	940	39,900826	48,280000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF: RM*RSSF10PO	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy flexible lo que favorece su introducción dentro de la arteria, disminuyendo el riesgo de lesión y espasmos en la arteria radial. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento adecuado cumpliendo con el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada para el fin al que se destina.	40
	5	18 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 5 F	940	39,900826	48,280000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF: RM*RS5J10PO	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy flexible lo que favorece su introducción dentro de la arteria, disminuyendo el riesgo de lesión y espasmos en la arteria radial. La medida de los diferentes elementos no se adapta tan bien como la referencia mejor valorada para las necesidades del servicio. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento adecuado cumpliendo con el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada para el fin al que se destina.	20
	5	18 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 5 F	940	39,900826	48,280000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF: RM*ES5F10SQR	Oferta no cumple prescripciones técnicas se pide con aguja introductora y la oferta presentada presenta un sistema con vaina externa flexible.	-
	5	18 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 5 F	940	39,900826	48,280000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF: RM*ES5J10SQ	Oferta no cumple prescripciones técnicas se pide con aguja introductora y la oferta presentada presenta un sistema con vaina externa flexible.	-

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	16/28
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	5	18	SU.PC.SANI.01.04.10.000007	EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 5 F.	940	39,900826	48,280000	WORLD MEDICA, S.L.		REF:RSC051121-HS45-IC22-K-S CIP:100162593658	Oferta no cumple prescripciones técnicas se pide con aguja introductora y la oferta presentada presenta un sistema con vaina externa flexible.	-
	5	19	SU.PC.SANI.01.04.10.000007	EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F.	4200	39,900826	48,280000	CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A.		REF:RSC061121-HS45-IC22-K-S CIP: 100162549017	Al no presentar muestras correctas en los otros lotes, no se valora porque no puede ser adjudicataria.	-
	5	19	SU.PC.SANI.01.04.10.000007	EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F.	4200	39,900826	48,280000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:506610S CIP:100130483615	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es menos flexible que la oferta de TERUMO EUROPE, resultando menos favorable para un acceso radial complejo, disminuyendo en menor grado el posible espasmo y daño radial. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento adecuado cumpliendo con el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada para el fin al que se destina.	20
	5	19	SU.PC.SANI.01.04.10.000007	EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F.	4200	39,900826	48,280000	PRIM, S.A.		REF:DQ06082121T CIP:100155837918	Oferta apta, cumple , cumple prescripciones técnicas y no aporta ventaja destacables. En cuanto a facilidad de utilización el introductor es mas rígido que la oferta de TERUMO, lo que no contribuye a la disminución de espasmos en la arteria radial. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a paciente y profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin perseguido con una unidad de producto. Eficacia se puede ver afectada por la rigidez.	0
	5	19	SU.PC.SANI.01.04.10.000007	EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F.	4200	39,900826	48,280000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:RM*ES6J10HQ S	Oferta no cumple prescripciones técnicas se pide con aguja introductora y la oferta presentada presenta un sistema con vaina externa flexible.	-
	5	19	SU.PC.SANI.01.04.10.000007	EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F.	4200	39,900826	48,280000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF: RM*RF6J10PO	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy flexible lo que favorece su introducción dentro de la arteria, disminuyendo el riesgo de lesión y espasmos en la arteria radial. La medida de los diferentes elementos no se adapta tan bien como la referencia mejor valorada para las necesidades del servicio. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento adecuado cumpliendo con el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada para el fin al que se destina.	20

Código:

6hWMS854PFIRMAh5kh9bewMYue3KX

Fecha

04/12/2023

Firmado Por

MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO

Uri De Verificación

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Página

17/28



AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	5	19 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F.	4200	39,900826	48,280000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:RM*ES6J10SQ	Oferta no cumple prescripciones técnicas se pide con aguja introductora y la oferta presentada presenta un sistema con vaina externa flexible.	-
	5	19 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F.	4200	39,900826	48,280000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF: RM*ES6J10SQ	Oferta no cumple prescripciones técnicas se pide con aguja introductora y la oferta presentada presenta un sistema con vaina externa flexible.	-
	5	19 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F.	4200	39,900826	48,280000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF: RM*RS6J10PO	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy flexible lo que favorece su introducción dentro de la arteria, disminuyendo el riesgo de lesión y espasmos en la arteria radial. La medida de los diferentes elementos no se adapta tan bien como la referencia mejor valorada para las necesidades del servicio. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento adecuado cumpliendo con el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada para el fin al que se destina.	20
	5	19 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F.	4200	39,900826	48,280000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF: RM*RS6F10PO	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy flexible lo que favorece su introducción dentro de la arteria, disminuyendo el riesgo de lesión y espasmos en la arteria radial. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento adecuado cumpliendo con el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada para el fin al que se destina.	40
	5	19 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F.	4200	39,900826	48,280000	WORLD MEDICA, S.L.		REF:RSC061121-HS45-IC22-K-S CIP:100162593456	Oferta no cumple prescripciones técnicas se pide con aguja introductora y la oferta presentada presenta un sistema con vaina externa flexible.	-
	5	20 SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F.	100	39,900826	48,280000	CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A.		REF:RSC071121-HS45-IC22-K-S CIP:100162549118	La referencia aportada no corresponde con la muestra presentada, por lo tanto no se puede valorar.	-

Código:

6hWMS854PFIRMAh5kh9bewMYue3KX

Fecha

04/12/2023

Firmado Por

MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO

Uri De Verificación

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Página

18/28



AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES S 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS	
	5	20	SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUCUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F	100	39,900826	48,280000		CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	REF:506710S CIP:100130465734	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es menos flexible que la oferta de TERUMO EUROPE, resultando menos favorable para un acceso radial complejo, disminuyendo en menor grado el posible espasmo y daño radial. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento adecuado cumpliendo con el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada para el fin al que se destina.	20
	5	20	SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUCUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F	100	39,900826	48,280000		PRIM, S.A.	REF:DO07082121T CIP:100155838928	Oferta apta, cumple , cumple prescripciones técnicas y no aporta ventaja destacables. En cuanto a facilidad de utilización el introductor es mas rígido que la oferta de TERUMO, lo que no contribuye a la disminución de espasmos en la arteria radial. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a paciente y profesionales. Rendimiento es adecuado consiguiendo el fin perseguido con una unidad de producto. Eficacia se puede ver afectada por la rigidez.	0
	5	20	SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUCUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F	100	39,900826	48,280000		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	REF: RM*RS7F10PQ	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy flexible lo que favorece su introducción dentro de la arteria, disminuyendo el riesgo de lesión y espasmos en la arteria radial. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento adecuado cumpliendo con el fin perseguido con una unidad de producto. Y eficacia es adecuada para el fin al que se destina.	40
	5	20	SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUCUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F	100	39,900826	48,280000		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	REF:RM*ES7F10SQ R CIP:100099453478	Oferta no cumple prescripciones técnicas se pide con aguja introductora y la oferta presentada presenta un sistema con vaina externa flexible.	-
	5	20	SU.PC.SANI.01.04.10.000007		EQ. INTRODUCUTOR CATETER HIDROFILICO	Situación anatómica radial. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción. Dilatador vascular. Aguja introductora. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F	100	39,900826	48,280000		WORLD MEDICA, S.L.	REF:RSC071121- HS45-IC22-K-S CIP:100162593557	Oferta no cumple prescripciones técnicas se pide con aguja introductora y la oferta presentada presenta un sistema con vaina externa flexible.	-
	6	21	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive . Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 5 F	1870	14,157025	17,130000		CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	REF:504605X CIP:100006070013	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
	6	21	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive . Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 5 F	1870	14,157025	17,130000		CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	REF:401511M CIP:100005658353	No presenta muestra no podemos valorar	-

Código:

6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX

Fecha

04/12/2023

Firmado Por

MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO

Uri De Verificación

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Página

19/28



AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
6	21	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 5 F	1870	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:402605X CIP:100000624911	No presenta muestra no podemos valorar	-
6	22	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F	1300	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:504606X CIP:100005659767	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
6	22	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F	1300	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:401611M CIP:100005658555	No presenta muestra no podemos valorar	-
6	22	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6 F	1300	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:402606X CIP:100000625022	No presenta muestra no podemos valorar	-
6	23	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F	550	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:504607X CIP:100005660374	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
6	23	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F	550	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:401711M CIP:100005658656	No presenta muestra no podemos valorar	-
6	23	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F	550	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:402607X CIP:100000282553	No presenta muestra no podemos valorar	-

Código:

6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX

Fecha

04/12/2023

Firmado Por

MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO

Uri De Verificación

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Página

20/28



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
6	24	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 8.5 F	300	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:504658X CIP:100095103742	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
6	25	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 8 F	450	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:504608X CIP:100005659363	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
6	25	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 8 F	450	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:401811M CIP:100005659565	No presenta muestra no podemos valorar	-
6	25	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 8 F	450	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:402608X CIP:100000286492	No presenta muestra no podemos valorar	-
6	25	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 8 F	450	14,157025	17,130000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:98060110 CIP:100130455238	No presenta oferta al resto de lotes de la agrupación por lo que no puede ser adjudicataria	-
6	26	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 9 F	20	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF: 504609X CIP: 100005659868	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
6	26	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 9 F	20	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:401911M CIP:100005660273	No presenta muestra no podemos valorar	-

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	21/28
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
6	26	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 9 F	20	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:402609X CIP:100021755652	No presenta muestra no podemos valorar	-
6	27	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 10 F	60	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:504610X CIP:100005659666	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
6	27	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 10 F	60	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:401011M CIP:100005660475	No presenta muestra no podemos valorar	-
6	27	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 10 F	60	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:402610X CIP:100006994540	No presenta muestra no podemos valorar	-
6	28	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 11 F	320	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:504611X CIP:100005659969	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
6	28	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUCTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 11 F	320	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:401111M CIP:100005660576	No presenta muestra no podemos valorar	-

Código:	6hWMS854PFIRMAh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	22/28
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
6	28	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 11 F	320	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:402604X CIP:100006994146	No presenta muestra no podemos valorar	-
6	29	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 4 F	50	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF: 504604X CIP:100005659060	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Consiguiendo el fin al que va perseguido.	20
6	29	SU.PC.SANI.01.04.10.000009		EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA	Situación anatómica femoral. EL EQUIPO CONSTARÁ COMO MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Vaina introductora con válvula hemostática. Con línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Guía metálica de introducción de entre 0.035" y 0.038" ambos inclusive. Dilatador vascular. Longitud del introductor: entre 8 y 12 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 4 F	50	14,157025	17,130000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:401411M CIP:100005660172	No presenta muestra no podemos valorar	-
	30	SU.PC.SANI.01.04.10.100002	B54234	EQ. INTRODUTOR CATETER DOS LUCES-Longitud:[0-30];Diámetro del introductor:[9-9];	Para cateterización venosa central, según la técnica de Seldinger (con guía). Equipo compuesto al menos por los siguientes componentes: - Cilindro hueco con válvula hemostática con línea de lavado y una o dos línea laterales para infusión de líquidos. - Guía metálica. - Dilatador vascular. - Con/sin aguja introductora.	510	53,553719	64,800000				DESIERTO	
7	31	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	D97204	EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. - Longitud: entre 14 y 18 cm;Tamaño:adulto;Diámetro del introductor: 6 F	596	29,347107	35,510000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		REF: PLS-1006 CIP: 100118803231	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización, En cuanto a seguridad de uso y resultados, presenta válvula antirreflujo que disminuye el riesgo de embolismo, así como un sistema de acceso lateral que permite inyectar contraste durante el procedimiento por lo que aporta más seguridad por poder controlar en todo momento la introducción del sistema. En cuanto a rendimiento y eficacia, consigue el fin al que se destina con una unidad.	20
7	31	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	D97204	EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. - Longitud: entre 14 y 18 cm;Tamaño:adulto;Diámetro del introductor: 6 F	596	29,347107	35,510000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	VAR	REF: 405104 CIP: 100007014957	No presenta muestra	-

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX		Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		Página	23/28
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	7	31	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	D97204	EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE- Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];		596	29,347107	35,510000	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	REF: 5210313 CIP: 100000282250	La oferta cumple prescripciones técnicas. No presenta problemas en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultado, no tiene válvula de seguridad que disminuye el riesgo de trombos, ni acceso lateral para inyectar contraste y poder controlar continuamente la colocación del dispositivo durante la inserción. En cuanto a rendimiento y eficacia, cumple el fin al que se destina con una unidad.	0
	7	31	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	D97204	EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE- Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];		596	29,347107	35,510000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	REF:SS6 CIP:100101982222	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultados, presenta válvula antirreflujo que disminuye el riesgo de embolismo, así como un sistema de acceso lateral que permite inyectar contraste durante el procedimiento por lo que aporta más seguridad por poder controlar en todo momento la introducción del sistema. En cuanto a rendimiento y eficacia, consigue el fin al que se destina con una unidad.	20
	7	31	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	D97204	EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE- Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];		596	29,347107	35,510000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	REF:F47506 CIP:100162527499	La oferta cumple prescripciones técnicas. No presenta problemas en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultado, no tiene válvula de seguridad que disminuye el riesgo de trombos, ni acceso lateral para inyectar contraste y poder controlar continuamente la colocación del dispositivo durante la inserción. En cuanto a rendimiento y eficacia, cumple el fin al que se destina con una unidad.	0
	7	32	SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE		1100	29,347107	35,510000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	REF: PLS-1007 CIP: 100118803332	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultados, presenta válvula antirreflujo que disminuye el riesgo de embolismo, así como un sistema de acceso lateral que permite inyectar contraste durante el procedimiento por lo que aporta más seguridad por poder controlar en todo momento la introducción del sistema. En cuanto a rendimiento y eficacia, consigue el fin al que se destina con una unidad.	20
	7	32	SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE		1100	29,347107	35,510000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	VAR REF: 405108 CIP: 100007012836	No presenta muestras	-
	7	32	SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE		1100	29,347107	35,510000	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	REF: 5210593 CIP:100000276198	La oferta cumple prescripciones técnicas. No presenta problemas en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultado, no tiene válvula de seguridad que disminuye el riesgo de trombos, ni acceso lateral para inyectar contraste y poder controlar continuamente la colocación del dispositivo durante la inserción. En cuanto a rendimiento y eficacia, cumple el fin al que se destina con una unidad.	0

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX		Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	24/28



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	7	32	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	EQ. INTRODUCTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; Diámetro del introductor: 7 F	1100	29,347107	35,510000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		REF:SS7 CIP:100101972322	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultados ,presenta válvula antirreflujo que disminuye el riesgo de embolismo, así como un sistema de acceso lateral que permite inyectar contraste durante el procedimiento por lo que aporta más seguridad por poder controlar en todo momento la introducción del sistema. En cuanto a rendimiento y eficacia, consigue el fin al que se destina con una unidad.	20
	7	32	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	EQ. INTRODUCTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; Diámetro del introductor: 7 F	1100	29,347107	35,510000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		REF:PLS1007 CIP:100160938943	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultados ,presenta válvula antirreflujo que disminuye el riesgo de embolismo, así como un sistema de acceso lateral que permite inyectar contraste durante el procedimiento por lo que aporta más seguridad por poder controlar en todo momento la introducción del sistema. En cuanto a rendimiento y eficacia, consigue el fin al que se destina con una unidad.	20
	7	32	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	EQ. INTRODUCTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; Diámetro del introductor: 7 F	1100	29,347107	35,510000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.		REF:F47507 CIP:100162527590	La oferta cumple prescripciones técnicas. No presenta problemas en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultado, no tiene válvula de seguridad que disminuye el riesgo de trombos, ni acceso lateral para inyectar contraste y poder controlar continuamente la colocación del dispositivo durante la inserción. En cuanto a rendimiento y eficacia, cumple el fin al que se destina con una unidad.	0
	7	33	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	EQ. INTRODUCTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; Diámetro del introductor: 8 F	40	29,347107	35,510000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		REF: PLS-1008 CIP: 100118803433	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultados ,presenta válvula antirreflujo que disminuye el riesgo de embolismo, así como un sistema de acceso lateral que permite inyectar contraste durante el procedimiento por lo que aporta más seguridad por poder controlar en todo momento la introducción del sistema. En cuanto a rendimiento y eficacia, consigue el fin al que se destina con una unidad.	20
	7	33	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	EQ. INTRODUCTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; Diámetro del introductor: 8 F	40	29,347107	35,510000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	VAR	REF: 405112 CIP: 100006758465	No presenta muestra	-
	7	33	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	EQ. INTRODUCTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; Diámetro del introductor: 8 F	40	29,347107	35,510000	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		REF: 5210321 CIP: 100000274279	La oferta cumple prescripciones técnicas. No presenta problemas en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultado, no tiene válvula de seguridad que disminuye el riesgo de trombos, ni acceso lateral para inyectar contraste y poder controlar continuamente la colocación del dispositivo durante la inserción. En cuanto a rendimiento y eficacia, cumple el fin al que se destina con una unidad.	0

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	25/28
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	7	33 SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; <u>Diámetro del introductor: 8 F</u>	40	29,347107	35,510000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		REF:SS8 CIP:100101982323	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultados ,presenta válvula antirreflujo que disminuye el riesgo de embolismo, así como un sistema de acceso lateral que permite inyectar contraste durante el procedimiento por lo que aporta más seguridad por poder controlar en todo momento la introducción del sistema. En cuanto a rendimiento y eficacia, consigue el fin al que se destina con una unidad.	20
	7	33 SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; <u>Diámetro del introductor: 8 F</u>	40	29,347107	35,510000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		REF:PLS1008 CIP:100160939054	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultados ,presenta válvula antirreflujo que disminuye el riesgo de embolismo, así como un sistema de acceso lateral que permite inyectar contraste durante el procedimiento por lo que aporta más seguridad por poder controlar en todo momento la introducción del sistema. En cuanto a rendimiento y eficacia, consigue el fin al que se destina con una unidad.	20
	7	33 SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; <u>Diámetro del introductor: 8 F</u>	40	29,347107	35,510000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF: PLS-1006 CIP:100111741703	No se valora por no presentar oferta a todos los lotes que componen la agrupación	-
	7	33 SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; <u>Diámetro del introductor: 8 F</u>	40	29,347107	35,510000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.		REF:F47508 CIP:100162527591	La oferta cumple prescripciones técnicas. No presenta problemas en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultado, no tiene válvula de seguridad que disminuye el riesgo de trombos, ni acceso lateral para inyectar contraste y poder controlar continuamente la colocación del dispositivo durante la inserción. En cuanto a rendimiento y eficacia, cumple el fin al que se destina con una unidad.	0
	7	34 SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; <u>Diámetro del introductor: 9 F</u>	270	29,347107	35,510000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		REF: PLS-1009 CIP: 100123292871	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultados ,presenta válvula antirreflujo que disminuye el riesgo de embolismo, así como un sistema de acceso lateral que permite inyectar contraste durante el procedimiento por lo que aporta más seguridad por poder controlar en todo momento la introducción del sistema. En cuanto a rendimiento y eficacia, consigue el fin al que se destina con una unidad.	20
	7	34 SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; <u>Diámetro del introductor: 9 F</u>	270	29,347107	35,510000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	VAR	REF: 405116 CIP: 100006819885	No presenta muestras	-

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX		Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO		Página	26/28
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	7	34 SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; Diámetro del introductor: 9 F	270	29,347107	35,510000	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		REF: 5210330 CIP: 100000290231	La oferta cumple prescripciones técnicas. No presenta problemas en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultado, no tiene válvula de seguridad que disminuye el riesgo de trombos, ni acceso lateral para inyectar contraste y poder controlar continuamente la colocación del dispositivo durante la inserción. En cuanto a rendimiento y eficacia, cumple el fin al que se destina con una unidad.	0
	7	34 SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; Diámetro del introductor: 9 F	270	29,347107	35,510000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		REF:SS9 CIP:100101972524	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultados, presenta válvula antirreflujo que disminuye el riesgo de embolismo, así como un sistema de acceso lateral que permite inyectar contraste durante el procedimiento por lo que aporta más seguridad por poder controlar en todo momento la introducción del sistema. En cuanto a rendimiento y eficacia, consigue el fin al que se destina con una unidad.	20
	7	34 SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; Diámetro del introductor: 9 F	270	29,347107	35,510000	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.		REF:PLS1009 CIP:100160971371	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultados, presenta válvula antirreflujo que disminuye el riesgo de embolismo, así como un sistema de acceso lateral que permite inyectar contraste durante el procedimiento por lo que aporta más seguridad por poder controlar en todo momento la introducción del sistema. En cuanto a rendimiento y eficacia, consigue el fin al que se destina con una unidad.	20
	7	34 SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; Diámetro del introductor: 9 F	270	29,347107	35,510000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:PLS-1007 CIP:100111802527	No se valora por no presentar oferta a todos los lotes que componen la agrupación	-
	7	34 SU.PC.SANI.01.04.10.400002		EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE	Para facilitar la introducción de toda clase de catéteres vasculares. El equipo consta de: - aguja punta trocar. - cánula rígida. - vaina que se separa en dos partes una vez introducido el catéter. - introductor. - guía metálica flexible. -Longitud: entre 14 y 18 cm ambos inclusive; Diámetro del introductor: 9 F	270	29,347107	35,510000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.		REF: F47509 CIP:100162527592	La oferta cumple prescripciones técnicas. No presenta problemas en cuanto a facilidad de utilización. En cuanto a seguridad de uso y resultado, no tiene válvula de seguridad que disminuye el riesgo de trombos, ni acceso lateral para inyectar contraste y poder controlar continuamente la colocación del dispositivo durante la inserción. En cuanto a rendimiento y eficacia, cumple el fin al que se destina con una unidad.	0
		35 SU.PC.SANI.01.04.10.800029		INTRODUCTOR CATETER	Longitud entre 23 y 30 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6F	260	44,099174	53,360000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:401623M CIP:100005662495	No presenta muestras	-
		35 SU.PC.SANI.01.04.10.800029		INTRODUCTOR CATETER	Longitud entre 23 y 30 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6F	260	44,099174	53,360000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:PLS-1008 CIP:100111793122	No presenta muestras	-
		35 SU.PC.SANI.01.04.10.800029		INTRODUCTOR CATETER	Longitud entre 23 y 30 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 6F	260	44,099174	53,360000	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		REF:RB*C6SN25NC CIP:100014106195	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Considerando que cumple con el fin al que va perseguido.	20
		36 SU.PC.SANI.01.04.10.800029		INTRODUCTOR CATETER	Para la introducción de fórceps para biopsia. Longitud entre 40 y 60 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F	270	44,181818	53,460000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.		REF:501611 CIP:100007018290	No presenta muestras	-
		36 SU.PC.SANI.01.04.10.800029		INTRODUCTOR CATETER	Para la introducción de fórceps para biopsia. Longitud entre 40 y 60 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F	270	44,181818	53,460000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF:PLS-1009 CIP:100111802628	No cumple prescripciones técnicas, la oferta es de 9F y se pedía de 7F	-

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX		Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO			
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página	27/28



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/11/2023

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS
	36	SU.PC.SANI.01.04.10.800029		INTRODUCTOR CATETER	Para la introducción de fórceps para biopsia. Longitud entre 40 y 60 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor: 7 F	270	44,181818	53,460000	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.		REF: PLS-2507	La única referencia que hay muestra es de 9F por lo que no corresponde con lo que se solicita de 7F. El resto de muestras indicadas en el anexo no hay muestras físicas.	-
8	37	SU.PC.SANI.01.04.10.800031		INTRODUCTOR CATETER HIDROFILICO	Introductor para material de gran tamaño como válvulas o grandes balones. Longitud entre 30 y 50 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor de 14 F	118	105	127,050000				DESIERTO	
8	38	SU.PC.SANI.01.04.10.800031		INTRODUCTOR CATETER HIDROFILICO	Introductor para material de gran tamaño como válvulas o grandes balones. Longitud entre 30 y 50 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor de 16 F	10	105	127,050000				DESIERTO	
8	39	SU.PC.SANI.01.04.10.800031		INTRODUCTOR CATETER HIDROFILICO	Introductor para material de gran tamaño como válvulas o grandes balones. Longitud entre 30 y 50 cm ambos inclusive. Diámetro del introductor de 18 F	20	105	127,050000				DESIERTO	
	40	SU.PC.SANI.01.04.12.110000		EQ. INTRODUCTOR CATETER NO VASCULAR	para el acceso percutáneo no vascular a través de una única punción con aguja fina y guía fina, para facilitar la colocación de una guía de trabajo de 0.018" de diámetro en procedimientos de intervención radiológica. el equipo deberá contener una aguja fina para la punción inicial y una guía fina para avanzar posteriormente con tres catéteres coaxiales montados conjuntamente, longitud entre 12 y 30 ambos inclusive. diámetro del introductor 6 F	350	85,752066	103,760000	LEXEL, S.L.		REF:HD-N6410 CIP:100071985221	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Considerando que cumple con el fin al que va perseguido.	20

Firmado en calidad de SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, por MARINA SERRANO MARTÍNEZ, el día 04/12/2023 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Código:	6hWMS854PFIRMABh5kh9bewMYue3KX	Fecha	04/12/2023
Firmado Por	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	Página	28/28
Uri De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		

