

## ANEXO III PPT Criterios Técnicos Objetivos.

<b>LOTE 1: ELECTROENCEFALÓGRAFO</b>		
<b>Licitador:</b>		
<b>Marca:</b>		
<b>Modelo:</b>		
	<b>VALORACIÓN</b>	<b>PUNTUACIÓN</b>
<b>3.3. Criterios Técnicos Automáticos</b>		
Características de obligado cumplimiento: el incumplimiento de alguna de estas características puede ser motivo de exclusión		
<b>3.3.1. Proporciona 32 canales referenciales</b>		
Caja amplificadora con 32 canales referenciales para el registro de señales.		
<b>3.3.2. Incorporación de un oxímetro de pulso</b>		
Incorpora un pulsioxímetro con canal de saturación y frecuencia de pulso.		
<b>3.3.3 Especificaciones sintácticas</b>		
Permite importar y exportar archivos mediante formato HL7		
<b>3.3.4 Trigger de 8 bits</b>		
Incluye disparador digital de 8 bits para estimulación cognitiva.		
<b>3.3.5. Canales de registro de señales</b>		
Incorpora un canal de DC.		
<b>3.3.6. Conversor A/D</b>		
Conversor analógico de hasta 16 bits.		
<b>3.3.7. Sistema de Adquisición</b>		
Ordenador de Adquisición con una pantalla de al menos 25".		
<b>3.3.8. Software de Adquisición y Revisión</b>		
Incluye un Software automático de detección de puntas.		
<b>3.3.9. Etiquetas fluorescentes</b>		
Etiquetas de amplificador visibles en la oscuridad.		
<b>3.3.10. Software de Revisión y Adquisición</b>		
Detección y cálculo automático de diferentes valores y tendencias de supresión-descarga		