

## MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 09:45 horas del día 10 de mayo de 2024, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

**PRESIDENTA:** Dña. MARIA DEL CARMEN MERINO CASTRO  
Directora Económico-Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén  
(Asistencia presencial)

**VOCALES:** D. ANTONIO MIGUEL GALIANO BELLON  
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud  
(Asistencia presencial)

D. ISIDRO CASTRO JIMENEZ  
Interventor Provincial del Servicio Andaluz de Salud  
(Asistencia presencial)

D. BERNABÉ ARIAS CRIADO  
Subdirector Económico Administrativa del Hospital Universitario de Jaén  
(Asistencia presencial)

**SECRETARIO:** Dña. ANA ISABEL GARCÍA JIMÉNEZ  
Técnica de Función Administrativa  
(Asistencia presencial)

Por la Sra. Presidenta se abre la sesión.

## ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de Asistencia.

No se producen.

2. EXPEDIENTE AM 1070/2023 “SUMINISTRO DE MATERIAL DEL GRUPO 04.06 PROTESIS DE CADERA Y RODILLA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN”

2.1 Análisis del informe técnico, emitido por la Comisión Técnica, a raíz de la Resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía sobre el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.

Analizado el informe técnico, la Mesa de contratación acuerda, por unanimidad, aprobar el informe de dicha Comisión Técnica, adjuntándose como Anexo I a este Acta.

La Mesa de Contratación acuerda incorporar los puntos de “Propuesta al órgano de contratación a favor de la persona licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio de las Agrupaciones 1,3,4 y 5” en esta misma acta.

## 2.2 Propuesta al órgano de contratación a favor de la persona licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio de las Agrupaciones 1,3,4 y 5.

A continuación, la Mesa, de conformidad con lo acordado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en el fundamento de derecho sexto de su Resolución 137/2024, 5 de abril de 2024, sobre el mantenimiento de la validez de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse cometido la infracción denunciada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; conservando validez, tanto la valoración del resto de ofertas presentadas en las Agrupaciones de lotes 1, 3, 4 y 5, como las puntuaciones otorgadas a los distintos licitadores en la baremación aprobada en la sesión de fecha 19 de enero de 2024 (Acta\_03\_01\_AM\_1070\_2023); y acreditado el cumplimiento de los requisitos previos en los términos establecidos en el artículo 150.2 de la LCSP, según consta en la Acta\_04\_02\_AM\_1070\_2023 y Acta\_05\_02\_AM\_1070\_2023, por los licitadores mejor clasificados en cada una de las agrupaciones citadas; comprobada la vigencia de los certificados con plazo de caducidad, acuerda, por unanimidad, proponer al órgano de contratación la adjudicación de dichas agrupaciones a las proposiciones que han obtenido la mayor puntuación en la baremación aprobada en el acta 19 de enero de 2024 (Acta\_03\_01\_AM\_1070\_2023).

A continuación, la Mesa acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación ADJUDICAR las agrupaciones 1,3,4 y 5 conforme a la baremación del Acta\_03\_01\_AM\_1070\_2023, una vez acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP y, tras la comprobación de la vigencia de la documentación previa a la adjudicación aportada con anterioridad.

## 2.3 Lectura y aprobación del Acta.

El Acta es aprobada por unanimidad de la Mesa

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 horas del 10 de mayo de 2024 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe el Secretario de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº. Bº.  
LA PRESIDENTA

  


LA SECRETARIA





**INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS TÉCNICAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD MERCANTIL ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U. EN LAS AGRUPACIONES, Nº1, Nº3, Nº4 Y Nº5, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL GRUPO 04.06 PRÓTESIS DE CADERA Y RODILLA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN**

***Expediente: A.M. 1070/2023***

La Comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, dando cumplimiento a la Resolución 137/2024, de 5 de abril, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, recaída en el Recurso 109/2024, sin prejuzgar la valoración del resto de ofertas presentadas y respetando las puntuaciones ya asignadas a cada uno de los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor en el informe de fecha 11 de Enero del 2024, justifica la valoración realizada de las ofertas realizadas por ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U. en las agrupaciones nº1, nº3, nº4 y nº5, en los términos que se exponen en el documento anexo.

1. Composición de la Comisión Técnica Provincial

Dº. Tomás Alcántara Martos, Jefe de servicio de la UGC de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HSA de Linares

Dº. Salvador Aznar Zafra, Jefe de servicio de la UGC de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HSJC de Úbeda

Dº. Domingo Obrero Gaitán, Jefe de servicio de la UGC de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HAG de Andújar

2. Justificación de la valoración de las ofertas de ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.

La justificación de la valoración de las ofertas realizadas por ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U. se recoge en el Anexo a este informe.



Jaén, a de Mayo del 2024

Dº. Tomás Alcántara Martos, Jefe de servicio de la UGC de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HSA de Linares

**AZNAR  
ZAFRA  
SALVADOR -  
26230582W**

Firmado digitalmente  
por AZNAR ZAFRA  
SALVADOR -  
26230582W  
Fecha: 2024.05.06  
12:40:03 +02'00'

**ALCANTARA  
MARTOS  
TOMAS -  
26014492C**

Firmado digitalmente  
por ALCANTARA  
MARTOS TOMAS -  
26014492C  
Fecha: 2024.05.06  
17:45:06 +02'00'

Dº. Salvador Aznar Zafra, Jefe de servicio de la UGC de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HSJC de Úbeda

**OBRERO GAITAN  
DOMINGO -  
30947785C**

Firmado digitalmente  
por OBRERO GAITAN  
DOMINGO - 30947785C  
Fecha: 2024.05.06  
18:18:29 +02'00'

Dº. Domingo Obrero Gaitán, Jefe de servicio de la UGC de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HAG de Andújar

Ag rupa ción	Lot e	Código SAS	Referencia	Empresa	CIP	Denominación	Facili dad de utili zación ADE CUA DO	Facili dad de utili zación BUE NO	Facili dad de utili zación MU Y BUE NO	Segu ridad de resul tados ADE CUA DO	Segu ridad de resul tados BUE NO	Segu ridad de resul tados MU Y BUE NO	Com patibi lidad de com pon tes ADE CUA DO	Com patibi lidad de com pon tes BUE NO	Com patibi lidad de com pon tes MUY BUE NO	OBSERVACIONES	Total puntu ación	Supera umbral mínimo	
						<b>AGRUPACIÓN I. PRÓTESIS CADERA BIARTICULAR CEMENTADA parcial</b>													
1	1	SU.PC.SANI.0 4.06.03.0000 02	30.22.05** *	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100107096279* **	CABEZA ACERO INOXIDABLE- Composición:acero;	10			10			4			En cuanto a la <b>facilidad de utilización</b> , no dispone de un dispositivo auxiliar, además del habitual, para extraer la raspa del vástago femoral.	24	NO	
1	2	SU.PC.SANI.0 4.06.01.0000 03	11- 165206***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100023386627* **	CUPULA BIPOLAR- Composición:Acero;	10			10			4			En lo que se refiere a <b>seguridad de resultados</b> , la presencia en la composición de la cúpula, de cobalto, puede provocar mayor alergenidad, con los consecuentes riesgos para el paciente.	24	NO	
1	3	SU.PC.SANI.0 4.06.05.0000 02	01.06010.2 01***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100091109900* **	VASTAGO CEMENTADO/ ACERO- Posición:ambidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:no;	10			10			4			En cuanto a la <b>compatibilidad de componentes</b> hay que decir que la cabeza bipolar y el componente femoral que se adapta a la cabeza, tiene menor posibilidad de tallas (por ofrecer menos longitudes de cuello), que la empresa Medacta (que se ha puntuado como muy buena, 10 puntos), que presenta diferentes vástagos con distintas técnicas de cementación y diseño y Zimmer solo presenta uno. Por todo ello, la programación, la ausencia de riesgo asociada a los productos, la utilización, aplicación y capacidad de los componentes, para conseguir los efectos deseados o perseguidos en las intervenciones quirúrgicas para los que están destinados estos materiales, se han puntuado según la escala anterior.	24	NO	
						<b>AGRUPACIÓN III. PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON PAR CERÁMICA- POLIETILENO</b>													
3	8	SU.PC.SANI.0 4.06.01.1000 06	010000658 ***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100096517320* **	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO- Modo de fijación: tornillos;Composición:Tit anio + Aluminio + Vanadio;Ceja antiluxante: no; Polietileno adosado: no;	10			10			4						
3	9	SU.PC.SANI.0 4.06.02.2000 05	20112801* **	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100143712247* **	INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO-Ceja antiluxante: si; SISTEMA DE FIJACION: presión; Pendiente del inserto: [0-0];	10			10			4			<b>Facilidad de utilización:</b> si bien en la documentación aportada se expresa que la prótesis puede ser implantada por vía anterior, no presenta un instrumental específico para ello. Las pruebas de cuello del vástago "Avenir complete" es única para todas las tallas. En este tipo de intervenciones quirúrgicas, para abarcar todas las estructuras anatómicas, las pruebas de cuello deben ser proporcionales con respecto al vástago estándar y lateralizado, dando más versatilidad a la hora de probar la cadera en la reducción de los componentes.	24	NO	
3	10	SU.PC.SANI.0 4.06.02.2000 05	20102801* **	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100143711732* **	INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO-Ceja antiluxante: no; SISTEMA DE FIJACION: presión; Pendiente del inserto: [0-0];	10			10			4			<b>Seguridad de resultados:</b> si bien la prótesis de esta empresa presenta buenos resultados, la composición del vástago y del cotilo del inserto lleva vanadio, con la posible tendencia a producir trombogenicidad y formación de película bacteriana, aumentando el riesgo asociado a los productos.	24	NO	
3	11	SU.PC.SANI.0 4.06.03.2000 02	00-8775- 028-01***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100010464905* **	CABEZA CERAMICA- Composición:ceramica + alumina;	10			10			4			<b>Compatibilidad de componentes:</b> Las longitudes de cuello y angulaciones del mismo disponibles, son menores que la de la empresa Medacta (que se ha puntuado como muy buena, 10 puntos) y por lo tanto su sistema presenta menos versatilidad para adaptarse a la anatomía del paciente. Por todo ello, la ausencia de riesgo asociada a los productos, la utilización, aplicación y capacidad de los componentes, para conseguir los efectos deseados o perseguidos en las intervenciones quirúrgicas para los que están destinados estos materiales, se han puntuado según la escala anterior.	24	NO	
3	12	SU.PC.SANI.0 4.06.05.1000 03	574101000 ***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100143846199* **	VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO-Composición:Titania + hidroxiapatita; Posición: ambidiest ro; Curvatura: No; Apoyo en calcar: no;	10			10			4						

Agrupación	Lot	Código SAS	Referencia	Empresa	CIP	Denominación	Facilidad de utilización ADE CUADO	Facilidad de utilización BUE NO	Facilidad de utilización MU Y BUE NO	Seguridad de resultados ADE CUADO	Seguridad de resultados BUE NO	Compatibilidad de componentes ADE CUADO	Compatibilidad de componentes BUE NO	OBSERVACIONES	Total puntuación	Supera umbral mínimo
3	13	SU.PC.SANI.04.06.05.100003	574201000***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100143849826**	VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO- Posicion:ambidiestro;Composición:Titano + hidroxiapatita;Curvatura: No;Apoyo en calcar:si;		10			10		4		24	NO
3	14	SU.PC.SANI.04.06.01.800001	010000996***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100096590752**	TORNILLO COTILOIDEO- Recubrimiento:Sin recubrimiento;Composición:Titano;		10			10		4		24	NO

Ag rupa ción	Lot e	Código SAS	Referencia	Empresa	CIP	Denominación	Facili dad de utili zación ADE CUA DO	Facili dad de utili zación BUE NO	Facili dad de utili zación MU Y BUE NO	Segu ridad de resul tados ADE CUA DO	Segu ridad de resul tados BUE NO	Segu ridad de resul tados MU Y BUE NO	Com patibi lidad de com pones ADE CUA DO	Com patibi lidad de com pones BUE NO	Com patibi lidad de com pones MUY BUE NO	OBSERVACIONES	Total puntu ación	Supera umbral mínimo
						<b>AGRUPACIÓN IV. PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON PAR METAL- POLIETILENO</b>												
4	15	SU.PC.SANI.0 4.06.01.1000 06	010000658 ***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100096517320* **	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO- Modo de fijación:tornillos;Composición:Tit anio;Ceja antiluxante:no;Polietileno adosado:no;	10			10			4				24	NO
4	16	SU.PC.SANI.0 4.06.02.2000 05	20112801* **	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100143712247* **	INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO-Ceja antiluxante:si;SISTEMA DE FIJACION:presion;Pendiente del inserto:[0-0];	10			10			4				24	NO
4	17	SU.PC.SANI.0 4.06.02.2000 05	20102801* **	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100143711732* **	INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO-Ceja antiluxante:no;SISTEMA DE FIJACION: presion;Pendiente del inserto:[0-0];	10			10			4			En cuanto a la <b>facilidad de utilización</b> ,esta empresa ,carece del instrumental quirúrgico específico para las intervenciones por vía anterior en la colocación de esta prótesis. Las pruebas de cuello del vástago "Avenir complete" es única para todas las tallas. En este tipo de intervenciones quirúrgicas ,para abarcar todas las estructuras anatómicas, las pruebas de cuello deben ser proporcionales con respecto al vástago estándar y lateralizado, para dar mas versatilidad a la hora de probar la cadera en la reducción de los componentes.	24	NO
4	18	SU.PC.SANI.0 4.06.03.1000 01	802202201 ***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100141485444* **	CABEZA ALEACION METALICA- Composición:cromo cobalto;	10			10			4			<b>Seguridad de resultados:</b> El inserto metalico de doble movilidad de esta empresa contiene en su composición cromo ,cobalto y níquel, provocando mayor grado de alergenidad y mayor sensibilización para pacientes alérgicos.	24	NO
4	19	SU.PC.SANI.0 4.06.05.1000 03	574101000 ***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100143846199* **	VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO- Composición:Titano;Posición:am bidiestro;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:no;	10			10			4			<b>Compatibilidad de componentes:</b> Los polietilenos de esta empresa solo ofrecen la posibilidad de cabezas de 28mm para cotilos de 44mm, (Exatech, que se ha puntuado como muy buena ,10 puntos,tiene también disponibles para cabezas de 32mm), lo que supone una limitación para su uso en pacientes con cotilos pequeños. Por todo lo anterior, la programación, la ausencia de riesgo asociada a los productos , la utilización, aplicación y capacidad de los componentes , para conseguir los efectos deseados o perseguidos en las intervenciones quirúrgicas para los que están destinados estos materiales, se han puntuado según la escala anterior.	24	NO
4	20	SU.PC.SANI.0 4.06.05.1000 03	574201000 ***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100143849624* **	VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO- Posición:ambidiestro;Composic ión:Titano;Curvatura:recta;Apoyo en calcar:si;	10			10			4				24	NO
4	21	SU.PC.SANI.0 4.06.01.8000 01	010000996 ***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100096590752* **	TORNILLO COTILOIDEO- Recubrimiento:Sin recubrimiento;Composición:Titan io;	10			10			4				24	NO

Agr upa ción	Lot e	Código SAS	Referencia	Empresa	CIP	Denominación	Facili dad de utili zación ADE CUA DO	Facili dad de utili zación MUY BU ENO	Facili dad de utili zación ADE CUA DO	Segu ridad de resul tados BUE NO	Segu ridad de resul tados MUY BU ENO	Com patibi lidad de com pon tes ADE CUA DO	Com patibi lidad de com pon tes BUE NO	Com patibi lidad de com pon tes MUY BU ENO	OBSERVACIONES	Total puntu ación	Supera umbral mínimo
						<b>AGRUPACION V. PROTESIS PRIMARIA DE RODILLA: ESTÁNDAR</b>											
5	22	SU.PC.SANI.0 4.06.10.1000 17	00-5750- 013-02***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100009522889* **	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP-Posición:derecho	10			10			4			24	NO
5	23	SU.PC.SANI.0 4.06.10.1000 17	00-5750- 013-01***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100009522788* **	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP-Posición:izquierdo	10			10			4			24	NO
5	24	SU.PC.SANI.0 4.06.10.1000 04	00-5764- 013-52***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100009523899* **	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACION LCP-Posición:derecho;	10			10			4			24	NO
5	25	SU.PC.SANI.0 4.06.10.1000 04	00-5764- 013-51***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100009523798* **	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACION LCP-Posición:izquierdo;	10			10			4		<b>Facilidad de utilización y seguridad en resultados</b> , la técnica quirúrgica, en el tallado femoral ,presenta un paso mas que otras prótesis del mismo segmento, teniéndose que realizar un corte extra para acomodar el receso troclear ,que conlleva una mayor pérdida de hueso ,condicionando en caso de ser necesario, futuras reintervenciones y aumentando la complejidad de la instrumentación y de la implantación. Lo mismo ocurre con el tallado de los condílos femorales o el cajón de la versión PS, que requieren de una resección mayor de hueso , condicionando igualmente el recambio protésico.	24	NO
5	26	SU.PC.SANI.0 4.06.10.4000 00	00-5952- 013-02***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100019504019* **	COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP RECUBRIMIENTO METALICO- Posición:derecho;	10			10			4		En cuanto a la <b>compatibilidad de componentes</b> , la diferencia entre la prótesis NexGen de Zimmer Biomet( calificada como buena ,4 puntos) y la prótesis Optetrak logic presentada por Exatech (calificada como muy buena ,con 10 puntos) esta basada en las siguientes características técnicas suministradas. El componente femoral cementado PS de la Optetrak Logic es compatible con cualquiera de los 3 tipos de inserto tibial Logic PS, incluyendo el sistema rotatorio Logic RBK (PS,RBK y PSC) .El componente femoral no cementado PS de la Optetrak Logic es compatible con cualquiera de los 4 tipos de inserto tibial Logic CR ( CR estandar, CR Slope+, CR Slope++, y CRC,-CR constreñido-).	24	NO
5	27	SU.PC.SANI.0 4.06.10.4000 00	00-5952- 013-01***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100019503908* **	COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP RECUBRIMIENTO METALICO- Posición:izquierdo;	10			10			4		Igualmente para el inserto tibial Logic CRC es una alternativa a la prótesis PS cuando el ligamento cruzado posterior no es totalmente competente y permite una cirugía con mayor ahorro de stock óseo en fémur. No ocurre lo mismo con la prótesis NexGen de Zimmer. La prótesis NexGen no dispone de versión constreñida posteroestabilizada para primarias con el mismo componente femoral.	24	NO
5	28	SU.PC.SANI.0 4.06.12.0000 00	00-5970- 021-10***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100010619475* **	INSERTO DE POLIETILENO- Posición:ambidiestro;Vástago central:no;Tibia:fija;Posterior estabilizada:no;	10			10			4		El inserto tibial de la Optetrak Logic PSC , es compatible con todas las bandejas tibiales y con todos los componentes femorales PS, añade un mayor grado de constricción sin tener que plantearse el paso a una prótesis de rescate, en aquellos casos en que la prótesis posteroestabilizada no haya conseguido la constricción deseada.No ocurre lo mismo con la NexGen de Zimmer.	24	NO
5	29	SU.PC.SANI.0 4.06.12.0000 00	00-5964- 020-10***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100010546236* **	INSERTO DE POLIETILENO- Posición:ambidiestro;Vástago central:sí;Tibia:fija;Posterior estabilizada:sí;	10			10			4		En cuanto a las patelas que presenta la empresa Zimmer, los tamaños 26,29 y 32 no son compatibles con fémures grandes. La prótesis NexGen tiene 5 tallas de fémur y 6 de bandejas tibiales, mientras que la Optetrak tiene hasta 10 tallas de fémur y 28 bandejas tibiales lo que aumenta la versatilidad. Por todo ello, la programación, la ausencia de riesgo asociada a los productos , la utilización, aplicación y capacidad de los componentes , para conseguir los efectos deseados o perseguidos en las intervenciones quirúrgicas para los que están destinados estos materiales, se han puntuado según la escala anterior.	24	NO
5	30	SU.PC.SANI.0 4.06.14.0000 00	00-5980- 027-01***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100010556732* **	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO- Posición:ambidiestra;Inserto:fijo; Tipo de inserción:quilla;Tipo de Componente:Bandeja Tibial;	10			10			4			24	NO
5	31	SU.PC.SANI.0 4.06.13.1000 01	00-5972- 065-26***	ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U.	100011923942* **	COMPONENTE ROTULIANO- composición:polietileno;Cementa da:sí;	10			10			4			24	NO

**AZNAR ZAFRA  
SALVADOR -  
26230582W**

Firmado digitalmente por  
AZNAR ZAFRA SALVADOR -  
26230582W  
Fecha: 2024.05.06 12:41:26  
+02'00'

**ALCANTARA  
MARTOS TOMAS  
- 26014492C**

Firmado digitalmente por  
ALCANTARA MARTOS  
TOMAS - 26014492C  
Fecha: 2024.05.06 17:42:52  
+02'00'

**OBRERO GAITAN  
DOMINGO -  
30947785C**

Firmado digitalmente por  
OBRERO GAITAN DOMINGO  
- 30947785C  
Fecha: 2024.05.06 18:18:53  
+02'00'