



NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS EMPRESAS QUE SE INDICAN RELATIVAS AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRÓTESIS DE VÁLVULAS BIOLÓGICAS Y MECÁNICAS PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

Expte. SIGLO: 000040/2024

PREGUNTA FORMULADA POR MEDTRONIC IBÉRICA S.A.:

1.-Nos ponemos en contacto para solicitar una aclaración sobre el Contrato de SUMINISTRO DE PRÓTESIS DE VÁLVULAS BIOLÓGICAS Y MECÁNICAS PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, Exp. 0000040/2024.

Por favor, solicitamos confirmación si podemos presentar una misma familia de productos para dos lotes diferentes.

Tenemos dudas, ya que los requerimientos técnicos indicados para dos lotes son exactamente los mismos, no encontramos ninguna diferencia, salvo en el precio máximo permitido.

Respuesta: Efectivamente, vamos a publicar una corrección de errores para que los requerimientos técnicos exigidos no den lugar a la duda.

PREGUNTA FORMULADA POR CARDIOLINK GROUP:

1.- Quisiéramos hacer una consulta relativa al lote 8 del expediente citado (0000040/2024. CCA: +6.C8NH4D4): en el anexo I del PPT, se indica como característica adicional: *'Un único tamaño se adapte a todos los tamaños de anillo de la válvula mitral'*

Esto quiere decir que solamente hay que ofertar 1 única referencia que cumpla con esta característica, o que podemos ofertar además el resto de referencias aunque sean solo para una medida? Gracias.

Respuesta: <u>Se pueden ofertar todas las referencias que cumplan ese requisito</u> dentro del GC y clasificación que se licita: SU.PC.SANI.04.00.63.100000 E33725 VALVULA MECANICA BIVALVA-Ubicación anatómica:mitral;Eje elevado de los pivotes respecto a la carcasa:No;Tipo de Hemidisco:Plano;

1

FIRMADO POR	DEMETRIO GONZALEZ MENA		07/06/2024	PÁGINA 1/2
VERIFICACIÓN	Pk2imEGKEDQ7BAMRMEU9WEL6QN8RE5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma		





2.- Disculpa, para que no haya ninguna duda: nosotros dentro del GC solicitado, tenemos varias referencias, pero sólo 1 cumple con el requisito adicional de *'Un único tamaño se adapte a todos los tamaños de anillo de la válvula mitral'*

Entonces, sólo debemos ofertar esta referencia o el resto también, aunque no cumplan el requisito adicional?

Respuesta: Exactamente, podéis presentaros a todas las referencias a licitar y, posteriormente, la Comisión Técnica valorará el cumplimiento o no de las prescripciones técnicas solicitadas.

3.- ¿Pueden entonces descartar el resto de referencias y solo adjudicar la referencia que sí cumple con el requisito adicional, o el hecho de presentar todas las referencias podría ser excluyente si sólo lo cumple una? Gracias.

Respuesta: El hecho de presentar todas las referencias y que sólo cumpla una no es motivo para excluiros de la oferta. Como comentamos ayer, será la Comisión Técnica la que tendrá la última palabra al respecto. Por lo que si queréis presentar todas, podéis hacerlo.

PREGUNTA FORMULADA POR EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.

1.- Examinando el documento anexo lotes del expediente 0000040/2024. CCA: +6.C8NH4D4 CONTR 2024 000035013 "SUMINISTRO DE PRÓTESIS DE VÁLVULAS BIOLÓGICAS Y MECÁNICAS PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ", vemos que en el lote 6 (GC F7395) el precio máximo de licitación, IVA excluido, es inferior al precio adjudicado en otras centrales de compras de Andalucía.

Agradeceríamos nos puedan confirmar si el precio es correcto o por el contrario ha sido un error y se tenga que modificar el precio.

Respuesta: El precio máximo de licitación del Lote 6 es el que, efectivamente, queda reflejado en la documentación publicada del expediente, por lo que no se ha producido ningún error.

FIRMADO POR	DEMETRIO GONZALEZ MENA		07/06/2024	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN	Pk2jmFGKFDQ7BAMRMFU9WFL6QN8RF5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma		