



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

ANEXO I PPT

**SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECÍFICO DE NEFROLOGÍA CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO Y EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS CON DESTINO A LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.**

EXPTE. SIGLO: 1073/2023

AG.	L	Clasificación	GC	Descripción	Unidad Consumo	Unidad Contratación	Especificaciones Técnicas
<b>Hemodiálisis convencional de Alto flujo y de Alta Eficacia</b>							
1	1	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD $\geq 2m$	Unidad	Unidad	
1	2	SU.PC.SANI.01.21.11.000081		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m <sup>2</sup>	Unidad	Unidad	
1	3	SU.PC.SANI.01.21.12.		Hemodiálisis líneas	Unidad	Unidad	Set de líneas arterio - venosas c/líneas de reinfusión incorporadas para cebado automático.compatible con el monitor que presenta
1	4	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO	Unidad	gramo	Peso igual o superior a 700
1	5	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS	Unidad	Unidad	
<b>Hemodiafiltración on Line post-dilución de alto volumen</b>							
2	6	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD $\geq 2m$	Unidad	Unidad	



# Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

AG.	L	Clasificación	GC	Descripción	Unidad Consumo	Unidad Contratación	Especificaciones Técnicas
2	7	SU.PC.SANI.01.21.11.000081		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO / ALTA PERMEABILIDAD 1.5-1.9m <sup>2</sup>	Unidad	Unidad	
2	8	SU.PC.SANI.01.21.12		Hemodiálisis líneas	Unidad	Unidad	Set de líneas arterial y venosa para la depuración sanguínea extracorpórea en la modalidad de hemodiálisis con cebado ONLINE.
2	9	SU.PC.SANI.01.21.16.100006		BICARBONATO / CARTUCHO	Unidad	gramo	Peso igual o superior a 700
2	10	SU.PC.SANI.01.21.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIÁLISIS	Unidad	Unidad	
<b>CONCENTRADO ÁCIDO en bolsas</b>							
3	11	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ÁCIDO Ca / K-	Unidad	Llitro	CONCENTRACIÓN DE CALCIO:[1.25-1.25];CONCENTRACIÓN DE POTASIO:[2-2];
3	12	SU.PC.SANI.01.21.16.200008		CONCENTRADO ÁCIDO Ca / K-	Unidad	Llitro	CONCENTRACIÓN DE CALCIO:[1.5-1.5];CONCENTRACIÓN DE POTASIO:[2-2];
<b>CONCENTRADO ÁCIDO en tanques</b>							
4	13	SU.PC.SANI.01.21.16.200010		CONCENTRADO ÁCIDO Ca / K EN TANQUE	Unidad	Llitro	CONCENTRACIÓN DE CALCIO:[1.25-1.25];CONCENTRACIÓN DE POTASIO:[2-2];



**Junta de Andalucía**

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

AG.	L	Clasificación	GC	Descripción	Unidad Consumo	Unidad Contratación	Especificaciones Técnicas
4	14	SU.PC.SANI.01.21.16.200010		CONCENTRADO ÁCIDO Ca / K EN TANQUE	Unidad	Llitro	CONCENTRACIÓN DE CALCIO:[1.5-1.5];CONCENTRACIÓN DE POTASIO:[2-2];
	15	SU.PC.SANI.01.21.11.000082		DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO /ALTA PERMEABILIDAD $\geq 2\text{m}^2$	Unidad	Unidad	DIALIZADOR CAPILAR SINTÉTICO ALTA PERMEABILIDAD, Superficie de membrana $\geq 2\text{m}^2$ ; Coeficiente de ultrafiltración KUF: $\geq 50$ y $\leq 80$ . Para terapia de hemodiálisis extendida. Membrana de corte medio
	16	SU.PC.SANI.01.21.11.000076	F64854	DIALIZADOR CAPILAR CELULOSA SUSTITUIDA / ALTA PERMEABILIDAD $> 2\text{m}^2$ - SUPERFICIE DE MEMBRANA:[2.1-2.1];COMPOSICIÓN DE LA MEMBRANA:triacetato de celulosa;COEFICIENTE DE ULTRAFILTRACION K.U.F.: [76-76];	Unidad	Unidad	