

Agr. Lote	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACION GC	DISPONIBILIDAD DE USO	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UD CONTRA	Unidades 2 años	PRECIO C/IVA
1		SU.PC.SANI.01.21 1.18.000003		EQ. PLASMAFERESIS	DEBERÁ OFERTAR LA DISPONIBILIDAD DE USO DE TRES MONITORES PARA REALIZACIÓN DE PLASMAFERESIS Y HEMOFILTRACIÓN DE ALTO VOLUMEN, COMPATIBLES CON EL MATERIAL OFERTADO, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS MISMOS SIN COSTE PARA LOS CENTROS. DEBERÁ IGUALMENTE APORTARSE COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE DICHOS MONITORES A LO LARGO DE LA VIDA DEL CONTRATO, EN CASO DE COMERCIALIZARSE POR EL LICITADOR NUEVAS VERSIONES MÁS AVANZADAS DE LOS MISMOS, RESPETANDO EL PRECIO ADJUDICADO DEL MATERIAL FUNGIBLE	EQUIPO COMPLETO PARA PLASMAFERESIS, QUE DEBERÁ CONSTAR DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: PLASMAFILTRO (ESTERILIZACIÓN SIN ÓXIDO DE ETILENO, MEMBRANA ENTRE 0,4 Y 0,6 M2 DE SUPERFICIE), EQUIPO DE SANGRE, EQUIPO DE INFUSIÓN-EXTRACCIÓN DE PLASMA Y BOLSA DE RECOGIDA DE PLASMA (MÍNIMO DE 5 LITROS DE CAPACIDAD)	Unidad (Pieza)	380	227,535000
1		SU.PC.SANI.01.21 2.99.100002		BOLSA RECOGIDA CONEXION LUER-LOCK		BOLSA DE RECOGIDA DE PLASMA PARA PLASMAFERESIS Y DE RECOGIDA DE ULTRAFILTRADO PARA HEMOFILTRACIÓN DE ALTO VOLUMEN, MÍNIMO DE 5 LITROS DE CAPACIDAD	Litro (1 dm3)	1560	0,819000
2		SU.PC.SANI.01.21 3.18.000001		EQ. HEMOFILTRACION CONTINUA ADULTO	DEBERA OFERTARSE LA DISPONIBILIDAD DE USO DE UN MINIMO DE DIEZ MONITORES PARA HEMODIAFILTRACION DE ADULTOS (5 PARA LA UCI DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, DOS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS POSTQUIRURGICOS DE HURS, DOS PARA LA UCI DEL HOSPITAL INFANTA MARGARITA DE CABRA Y UNO PARA LA UCI DEL HOSPITAL COMARCAL VALLE DE LOS PEDROCHES) CON POSIBILIDAD DE TERAPIA CONVENCIONAL Y TERAPIA CON CITRATO, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS MISMOS SIN COSTE PARA LOS CENTROS. DEBERÁ IGUALMENTE APORTARSE COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE DICHOS MONITORES A LO LARGO DE LA VIDA DEL CONTRATO, EN CASO DE COMERCIALIZARSE POR EL LICITADOR NUEVAS VERSIONES MÁS AVANZADAS DE LOS MISMOS, RESPETANDO EL PRECIO ADJUDICADO DEL MATERIAL FUNGIBLE. SE VALORARÁ LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE UN EQUIPO ADICIONAL A LOS 10 SOLICITADOS COMO RESERVA ANTE POSIBLES AVERÍAS EN CUALQUIERA DE LOS CENTROS DE LA PROVINCIA	INCLUYE LÍNEA ARTERIAL CON TOMA DE HEPARINA Y LÍNEA VENOSA, LÍNEA DE REINFUSION, LÍNEA DE ULTRAFILTRADO, HEMOFILTRO CON SUPERFICIE MÍNIMA DE MEMBRANA DE 1,4 CON GRAN PODER DE FILTRACION PARA PACIENTES SEPTICOS Y CON POSIBILIDAD DE LARGA DURACIÓN HASTA 72 HORAS	Unidad (Pieza)	520	334,950000
2		SU.PC.SANI.01.21 4.18.000001		EQ. HEMOFILTRACION CONTINUA ADULTO	DEBERÁ OFERTAR LA DISPONIBILIDAD DE USO DE UN MONITOR PARA REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO INDICADO, COMPATIBLE CON EL MATERIAL OFERTADO, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MISMO SIN COSTE PARA EL CENTRO. DEBERÁ IGUALMENTE APORTARSE COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE DICHO MONITOR A LO LARGO DE LA VIDA DEL CONTRATO, EN CASO DE COMERCIALIZARSE POR EL LICITADOR NUEVAS VERSIONES MÁS AVANZADAS DEL MISMO, RESPETANDO EL PRECIO ADJUDICADO DEL MATERIAL FUNGIBLE	INCLUYE LÍNEA ARTERIAL CON TOMA DE HEPARINA Y LÍNEA VENOSA, LÍNEA DE REINFUSION, LÍNEA DE ULTRAFILTRADO, HEMOFILTRO CON SUPERFICIE MÍNIMA DE MEMBRANA DE 1,4 Y CON POSIBILIDAD DE LARGA DURACIÓN HASTA 72 HORAS	Unidad (Pieza)	920	173,250000
2		SU.PC.SANI.01.21 5.99.100002		BOLSA RECOGIDA CONEXION LUER-LOCK-VOLUMEN		BOLSA DE RECOGIDA DE ULTRAFILTRADO, DE APROXIMADAMENTE ENTRE 5 Y 10 LITROS DE CAPACIDAD	Litro (1 dm3)	1500	0,944265
		SU.PC.SANI.01.21 6.18.500006		EQ. DEPURACIÓN EXTRARRENAL: COLESTEROLEMIA	DEBERÁ OFERTAR LA DISPONIBILIDAD DE USO DE UN MONITOR PARA REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO INDICADO, COMPATIBLE CON EL MATERIAL OFERTADO, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MISMO SIN COSTE PARA EL CENTRO. DEBERÁ IGUALMENTE APORTARSE COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE DICHO MONITOR A LO LARGO DE LA VIDA DEL CONTRATO, EN CASO DE COMERCIALIZARSE POR EL LICITADOR NUEVAS VERSIONES MÁS AVANZADAS DEL MISMO, RESPETANDO EL PRECIO ADJUDICADO DEL MATERIAL FUNGIBLE	EQUIPO PARA LA ELIMINACIÓN DE LDL COLESTEROL PARA TRATAMIENTOS EXTRACORPÓREOS. EL EQUIPO DEBE CONTENER UNA LÍNEA ARTERIAL CON LÍNEA DE ENTRADA PARA ANTICOAGULACIÓN CON CITRATO, LÍNEA VENOSA CON CÁMARA ATRAPA-BURBUJAS, COLUMNA DE ADSORCIÓN: CONECTOR DE PRESIÓN, ADAPTADOR EN "Y", BOLSA DE RECOGIDA, BOLSA DE ACD Y BOLSA DE CLORURO SÓDICO.	Unidad (Pieza)	24	945,483000
		SU.PC.SANI.01.21 7.99.100001		BOLSA CEBADO CON CONEXION LUER-LOCK		SOLUCIÓN DE CLORURO SÓDICO AL 0,9% HEPARINIZADA, ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA EL CEBADO EN HEMODIÁLISIS. ENVASES DE ENTRE 500 Y 1.000 ML	Litro (1 dm3)	7280	1,880550
		SU.PC.SANI.01.21 8.18.500001	E89464	EQ. DEPURACION EXTRARRENAL HFR- N° DE CUERPOS:4;SUPERFICIE DE MEMBRANA: [2.4-2.4];COMPOSICION DE LA MEMBRANA: polyphenylene; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRACION K.U.F.: [13-13];		KIT PARA TERAPIA DE HEMODIAFILTRACIÓN CON REINFUSIÓN ENDÓGENA DEL ULTRAFILTRADO DEL PACIENTE.	Unidad (Pieza)	2400	86,625000
		SU.PC.SANI.01.21 9.11.000082		HEMODIÁLISIS: DIALIZADORES/FILTROS		DIALIZADOR DE ALTA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA > =1,8 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=50 y <=80. MATERIAL DE polimetilmetacrilato	Unidad (Pieza)	1704	47,901000
		SU.PC.SANI.01.21 10.11.200005		FILTRO P/ LIQUIDO DE DIALISIS		MONITOR COMPATIBLE:FLEXYA;SUPERFICIE DE MEMBRANA:[2.1-2.1];	Unidad (Pieza)	298	178,573500

## ANEXO I PPT

		SU.PC.SANI.01.21 11,99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		EQUIPO COMPATIBLE:FRESENIUS 5008- 5008/S-4008. LIQUIDO PARA DESINFECCIÓN DEL MONITOR TRAS CADA SESIÓN DE DIALISIS	Litro (1 dm3)	466	6,975341
		SU.PC.SANI.01.21 12,99.200000		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS-		EQUIPO COMPATIBLE: Flexya, Formula 20000, Formula Theraphy. LIQUIDO PARA DESINFECCIÓN SEMANAL POR CALOR DEL MONITOR	Litro (1 dm3)	232	5,949300
		SU.PC.SANI.01.21 13,99.200003		LIQUIDO LIMPIEZA PARA MAQUINA DIALISIS		EQUIPO COMPATIBLE: Flexya, Formula 20000, Formula Theraphy. LIQUIDO PARA DESINFECCIÓN DEL MONITOR TRAS CADA SESIÓN DE DIALISIS	Litro (1 dm3)	1178	6,883800