

ANEXO 1 PPT

Agr. Lote	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	UD CONSUMO	UD CONTRA	Unidades 2 años	PRECIO S/IVA	IVA	PRECIO C/IVA
1	1	SU.PC.SANI. 01.21.16.20 0008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K	EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.25-1.25];CONCENTRACION DE POTASIO:[2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	1726	Litro (1 dm3)	14.498	0,918923	21 %	1,111897
1	2	SU.PC.SANI. 01.21.16.20 0008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K	EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.25-1.25];CONCENTRACION DE POTASIO:[3-3]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	1195	Litro (1 dm3)	10.038	0,918923	21 %	1,111897
1	3	SU.PC.SANI. 01.21.16.20 0008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K	EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.5-1.5];CONCENTRACION DE POTASIO:[1-1]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	57	Litro (1 dm3)	479	0,918923	21 %	1,111897
1	4	SU.PC.SANI. 01.21.16.20 0008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K	EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.5-1.5];CONCENTRACION DE POTASIO:[2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO 5008	4672	Litro (1 dm3)	39.245	0,918923	21 %	1,111897
2	5	SU.PC.SANI. 01.21.16.20 0008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K	EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.25-1.25];CONCENTRACION DE POTASIO:[2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO FLEXYA	2192	Litro (1 dm3)	24.112	0,636444	21 %	0,770097
2	6	SU.PC.SANI. 01.21.16.20 0008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K	EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.5-1.5];CONCENTRACION DE POTASIO:[1.5-1.5]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO FLEXYA	302	Litro (1 dm3)	3.322	0,636443	21 %	0,770096
2	7	SU.PC.SANI. 01.21.16.20 0008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K	EN GARRAFAS O BOLSAS. CONCENTRACION DE CALCIO:[1.5-1.5];CONCENTRACION DE POTASIO:[2-2]. COMPATIBLES CON MONITORES DE DIALISIS MODELO FLEXYA	844	Litro (1 dm3)	1.688	3,500438	21 %	4,235530
	8	SU.PC.SANI. 01.21.16.20 0008		CONCENTRADO ACIDO Ca / K	CONCENTRADO ACIDO Ca / K EN TANQUE O EN BIDÓN, CONCENTRACION DE CALCIO:1.5 MMOL/L;CONCENTRACION DE POTASIO:2 MMOL/L . TANQUES DE UN MÁXIMO DE 1.000 L DE CAPACIDAD. PARA EL CENTRO PERIFÉRICO DE DIÁLISIS PERPETUO SOCORRO Y LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, DEBIÉNDOSE REALIZAR LAS ENTREGAS EN DICHOS CENTROS	72	Litro (1 dm3)	86.400	0,932605	21 %	1,128452