

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.015000

GC: B38607

Nombre: GRAPADORA DE PIEL-Nº de Grapas:[30-60];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de Grapas:[30-60];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura mecánica de heridas cutáneas.

Descripción

* Instrumento de un solo uso con diseño ergonómico y diversos ángulos de maniobra.* Liberación automática de las grapas.* Sistema de seguridad en el disparo.

Material

* Grapadora de material plástico.* Grapas de acero inoxidable grado médico.

Medida


* Diferentes cantidades de grapas.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/36	

Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas. Catálogo de Bienes y Servicios.

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.100003

GC: E71085

Nombre: GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm / ALTURA DE GRAPA SELECCIONABLE-Altura de grapa cerrada:[1.5-2.0];Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80);

Nomotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Altura de grapa cerrada:[1.5-2.0];Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Disección y sutura de tejidos de forma mecánica, en intervenciones quirúrgicas abiertas. La característica de altura seleccionable de la grapa proporciona la capacidad de usar una carga para formar grapas con alturas de grapa cerrada de 1,5, 1,8 ó 2,0 mm.

Descripción

* El instrumento administra seis filas de grapas espaciadas, tres en cada lado de la línea de corte. Tiene un sistema de bloqueo de seguridad que está ideado para impedir que se dispare si: 1) no hay una carga colocada, o 2) se ha colocado una carga usada. La carga debe colocarse antes de usarlo, y contiene seis filas de grapas con el bisturí integrado en la carga. Con tapón de retención de las grapas sobre la carga para su protección.

Material

* Grapadora de material plástico y acero.* Grapas de titanio. * Cuchilla de acero inoxidable.

Medida

* Longitud total 290mm; Longitud de la línea de corte entre 70 y 80mm. (El instrumento de 75 mm crea una línea de grapado de 81 mm y una línea de corte de 78 mm)


Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/36



**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.21.000000

GC: E71285

Nombre: CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA C/ ALTURA DE GRAPA SELECCIONABLE-LONGITUD DEL GRAPADO:[75-75];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: LONGITUD DEL GRAPADO:[75-75];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura mediante el uso de grapadoras recta cortadoras con la selección de diferentes alturas de grapa.

Descripción

* La carga contiene seis filas de grapas 3D y altura de grapa seleccionable. Viene con el bisturí integrado en la carga. Un tapón de retención de las grapas sobre la carga protege las grapas durante el envío y el transporte. El instrumento crea una línea de grapado de 75 o 55 mm y una línea de corte igual.

Material

* Acero inoxidable grado médico.

Medida


* Para longitud de grapado de 55 o 75 mm con altura de grapado variable.

Envasado

En envase estéril con indicación expresa de los siguientes campos: Denominación , caducidad, Nº lote , ref comercial

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQjgHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.103000

GC: E55930

Nombre: GRAPADORA RECTA CORTADORA 50-60mm.-Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(30-60);

Nomotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(30-60);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Disección y sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, recargable, con doble línea de grapas y cuchilla incorporada.* Cierre en paralelo para asegurar una compresión uniforme del tejido.* Mecanismo de control del grosor tisular.

Material

* Grapadora de material plástico y acero.* Grapas de titanio.* Cuchilla de acero inoxidable.

Medida


* Longitud de la zona de corte y grapado entre 50 y 60mm. * Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQJqHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.21.006000

GC: B40144

Nombre: CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 50-60mm.-TIPO DE TEJIDO:normal;

Nomotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: TIPO DE TEJIDO:normal;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.

Descripción

* Unidad de carga de un solo uso, adaptable a la grapadora-cortadora recta.* Con dos dobles líneas de grapas y cuchilla.

Material

* Grapas de titanio.

Medida

* Longitud de la carga entre 50 y 60mm.* Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.


Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/36



Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas. Catálogo de Bienes y Servicios.

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.105000

GC: E03224

Nombre: GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.-Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30];Longitud de grapado:(60-80);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Disección y sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, recargable, con doble línea de grapas y cuchilla incorporada.* Cierre en paralelo para asegurar una compresión uniforme del tejido.* Mecanismo de control del grosor tisular.

Material

* Grapadora de material plástico y acero.* Grapas de titanio.* Cuchilla de acero inoxidable.

Medida

* Longitud de la zona de corte y grapado entre 70 y 80mm. * Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.


Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQJqHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/36



**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.21.010000

GC: F90988

Nombre: CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm.-TIPO DE TEJIDO:normal;ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: TIPO DE TEJIDO:normal;ALTO DE GRAPA:[3.5-3.5];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.

Descripción

* Unidad de carga de un solo uso, adaptable a la grapadora-cortadora recta.* Con dos dobles líneas de grapas y cuchilla.

Material

* Grapas de titanio.

Medida


* Longitud de la carga entre 70 y 80mm.* Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	7/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.21.010000

GC: D44375

Nombre: CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm.-TIPO DE TEJIDO:normal;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: TIPO DE TEJIDO:normal;ALTO DE GRAPA:[3.8-3.8];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.

Descripción

* Unidad de carga de un solo uso, adaptable a la grapadora-cortadora recta.* Con dos dobles líneas de grapas y cuchilla.

Material

* Grapas de titanio.

Medida


* Longitud de la carga entre 70 y 80mm.* Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	8/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.400000

GC: E85893

Nombre: Sonda TRANSORAL P/ GRAPADORA CIRCULAR-Diámetro:[25-25];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:[25-25];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta y laparoscópica, especialmente para anastomosis en cirugía digestiva.

Descripción

* Sonda con mecanismo en extremo distal. Dicho producto no es una grapadora, sino una sonda unida al yunque o cabezal de la grapadora a través de un hilo de poliéster trenzado para facilitar la anastomosis en cirugía de esófago y estómago.

Material

* Sonda de PVC, sutura de poliéster trenzado y grapas de titanio.

Medida


* Cabezal de diferentes milímetros de diámetro.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . las fechas de esterilizado y caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuz	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	9/36	

Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas. Catálogo de Bienes y Servicios.

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.400007

GC: B39831

Nombre: GRAPADORA CORTADORA CURVA-Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:grueso (alto grapa abierta 4-5);Longitud grapadora:[30-60];Longitud de grapado:(30-60);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:grueso (alto grapa abierta 4-5);Longitud grapadora:[30-60];Longitud de grapado:(30-60);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, recargable, con doble línea de grapas y cuchilla incorporada. * Cierre en paralelo para asegurar una compresión uniforme del tejido. * Mecanismo de control del grosor tisular. * Forma del area de grapado CURVA para mejor ajuste a la zona del recto.

Material

* Grapadora de material plástico y acero. * Grapas de titanio.

Medida


* Longitud de la zona de grapado de varias medidas. * Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

* Envase unitario estéril. * Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. * Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	10/36	

Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas. Catálogo de Bienes y Servicios.

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.400007

GC: B38118

Nombre: GRAPADORA CORTADORA CURVA-Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[30-60];Longitud de grapado:(30-60);

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[30-60];Longitud de grapado:(30-60);

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, recargable, con doble línea de grapas y cuchilla incorporada. * Cierre en paralelo para asegurar una compresión uniforme del tejido. * Mecanismo de control del grosor tisular. * Forma del area de grapado CURVA para mejor ajuste a la zona del recto.

Material

* Grapadora de material plástico y acero. * Grapas de titanio.

Medida


* Longitud de la zona de grapado de varias medidas. * Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

* Envase unitario estéril. * Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. * Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjgHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	11/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.21.000001

GC: B41160

Nombre: CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA CURVA-TIPO DE TEJIDO:grueso;

Nomotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: TIPO DE TEJIDO:grueso;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.

Descripción

* Unidad de carga de un solo uso, adaptable a la grapadora-cortadora curva.* Con dos dobles líneas de grapas y cuchilla.

Material

* Grapas de titanio.

Medida


* Longitud de la carga de varias medidas.* Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQjgHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	12/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.400008

GC: F44759

Nombre: GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ TRIPLE LÍNEA DE GRAPAS-Diámetro:[28-28];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:[28-28];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.* Específicamente indicada para anastomosis del tubo digestivo.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, no recargable, con triple línea de grapas dispuestas en forma circular. * Con cabezal rotatable en su apertura y cuchilla incorporada. * Indicador de disparo auditivo y táctil.

Material

* Grapadora de material plástico y acero. * Grapas de titanio.

Medida


* Cabezal de diferentes mm de diámetro.* Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

*

Código:	6hWMS990PFIRMAQj qHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	13/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.400008

GC: F44760

Nombre: GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ TRIPLE LÍNEA DE GRAPAS-Diámetro:[31-31];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:[31-31];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.* Específicamente indicada para anastomosis del tubo digestivo.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, no recargable, con triple línea de grapas dispuestas en forma circular. * Con cabezal rotatable en su apertura y cuchilla incorporada. * Indicador de disparo auditivo y táctil.

Material

* Grapadora de material plástico y acero. * Grapas de titanio.

Medida


* Cabezal de diferentes mm de diámetro.* Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

*

Código:	6hWMS990PFIRMAQj qHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	14/36	

Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas. Catálogo de Bienes y Servicios.

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.400009

GC: F47405

Nombre: GRAPADORA CIRCULAR CURVA C/ DISPARO MOTORIZADO-Diámetro:[29-29];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:[29-29];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta. Específicamente indicada para anastomosis del tubo digestivo.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, no recargable, con doble línea de grapas dispuestas en forma circular. Con cabezal rotatable en su apertura y cuchilla incorporada. Asistencia motorizada al disparo, que reduce el movimiento distal.

Material

* Grapadora de material plástico y acero.* Grapas de titanio.

Medida


*Cabezal de diferentes milímetros de diámetro.Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

Envase unitario estéril. Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.
Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQj qHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	15/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.401000

GC: B40170

Nombre: GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS-Diámetro:[28-28];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:[28-28];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.* Específicamente indicada para anastomosis del tubo digestivo.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, no recargable, con doble línea de grapas dispuestas en forma circular.* Con cabezal rotable en su apertura y cuchilla incorporada.* Indicador de disparo auditivo y táctil.

Material

* Grapadora de material plástico y acero.* Grapas de titanio.

Medida


* Cabezal de diferentes milímetros de diámetro.* Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	16/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.401000

GC: B49343

Nombre: GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS-Diámetro:[29-29];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:[29-29];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.* Específicamente indicada para anastomosis del tubo digestivo.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, no recargable, con doble línea de grapas dispuestas en forma circular.* Con cabezal rotable en su apertura y cuchilla incorporada.* Indicador de disparo auditivo y táctil.

Material

* Grapadora de material plástico y acero.* Grapas de titanio.

Medida


* Cabezal de diferentes milímetros de diámetro.* Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	17/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.401000

GC: B41156

Nombre: GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS-Diámetro:[31-31];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:[31-31];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.* Específicamente indicada para anastomosis del tubo digestivo.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, no recargable, con doble línea de grapas dispuestas en forma circular.* Con cabezal rotable en su apertura y cuchilla incorporada.* Indicador de disparo auditivo y táctil.

Material

* Grapadora de material plástico y acero.* Grapas de titanio.

Medida


* Cabezal de diferentes milímetros de diámetro.* Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	18/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.401000

GC: B41153

Nombre: GRAPADORA CIRCULAR CURVA/ DOBLE LÍNEA DE GRAPAS-Diámetro:[25-25];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Diámetro:[25-25];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.* Específicamente indicada para anastomosis del tubo digestivo.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, no recargable, con doble línea de grapas dispuestas en forma circular.* Con cabezal rotable en su apertura y cuchilla incorporada.* Indicador de disparo auditivo y táctil.

Material

* Grapadora de material plástico y acero.* Grapas de titanio.

Medida

* Cabezal de diferentes milímetros de diámetro.* Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar.


Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQj qHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	19/36



**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.602000

GC: F91583

Nombre: JARETADOR / grande-65mm

Nomotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: 65mm

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.* Específicamente indicado para intervenciones gastrointestinales, cirugía intestinal, colorrectal, esofágica, gástrica y cardíaca para la colocación temporal y definitiva de suturas en bolsa de tabaco.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, a modo de pinza o alicate, que crea cierres temporales en bolsa de tabaco, a través de una sutura que se fija mediante grapas, con un número mínimo de 14 grapas

Material

* Mango de material plástico.* Mandíbulas de acero inoxidable de grado médico.

Medida


* Grapas de 6 mm de Ø

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQJqHSGpBgkgxvuz	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	20/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.20.601000

GC: F91584

Nombre: JARETADOR / pequeño-45mm

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: 45mm

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta.* Específicamente indicado para cierres temporales en bolsa de tabaco.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, a modo de pinza o alicate, que crea cierres temporales en bolsa de tabaco, a través de una sutura que se fija mediante grapas, con un número mínimo de 9 grapas

Material

* Mango de material plástico.* Mandíbulas de acero inoxidable de grado médico.

Medida


* Grapas de 4mm.Ø

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	21/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.000000

GC: C43920

Nombre: APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[23-25];Talla:Pequeño;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[23-25];Talla:Pequeño;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura mecánica de vasos o conductos en cirugía abierta.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, a modo de pinza, que contiene aproximadamente 30 clips oclusores.* No recargable.

Material

* Aplicador de material plástico y acero inoxidable.* Clips de titanio ó plástico.

Medida


* Varias medidas de aplicador.* Varias medidas de clip.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjgHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	22/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.000000

GC: C28828

Nombre: APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[22-23];Talla:Pequeño;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[22-23];Talla:Pequeño;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura mecánica de vasos o conductos en cirugía abierta.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, a modo de pinza, que contiene aproximadamente 30 clips oclusores.* No recargable.

Material

* Aplicador de material plástico y acero inoxidable.* Clips de titanio ó plástico.

Medida


* Varias medidas de aplicador.* Varias medidas de clip.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	23/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.000000

GC: C28851

Nombre: APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[30-30];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Mediano;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[30-30];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Mediano;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura mecánica de vasos o conductos en cirugía abierta.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, a modo de pinza, que contiene aproximadamente 30 clips oclusores.* No recargable.

Material

* Aplicador de material plástico y acero inoxidable.* Clips de titanio ó plástico.

Medida


* Varias medidas de aplicador.* Varias medidas de clip.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	24/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.000000

GC: C31630

Nombre: APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Intermedio;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Intermedio;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura mecánica de vasos o conductos en cirugía abierta.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, a modo de pinza, que contiene aproximadamente 30 clips oclusores.* No recargable.

Material

* Aplicador de material plástico y acero inoxidable.* Clips de titanio ó plástico.

Medida


* Varias medidas de aplicador.* Varias medidas de clip.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	25/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.000000

GC: C28567

Nombre: APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[33-35];Talla:Grande;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[33-35];Talla:Grande;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura mecánica de vasos o conductos en cirugía abierta.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, a modo de pinza, que contiene aproximadamente 30 clips oclusores.* No recargable.

Material

* Aplicador de material plástico y acero inoxidable.* Clips de titanio ó plástico.

Medida


* Varias medidas de aplicador.* Varias medidas de clip.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	26/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.000000

GC: C28333

Nombre: APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[15-15];Longitud aplicador:[33-35];Talla:Grande;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[15-15];Longitud aplicador:[33-35];Talla:Grande;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura mecánica de vasos o conductos en cirugía abierta.

Descripción

* Instrumento de un solo uso, a modo de pinza, que contiene aproximadamente 30 clips oclusores.* No recargable.

Material

* Aplicador de material plástico y acero inoxidable.* Clips de titanio ó plástico.

Medida


* Varias medidas de aplicador.* Varias medidas de clip.

Envasado

* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjgHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	27/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.200001

GC: F33608

Nombre: CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Grande;Reforzamiento:NO;

Nomotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Grande;Reforzamiento:NO;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura manual de vasos o conductos en cirugía.

Descripción

* Grapa moldeable que se presenta abierta para su aplicación con un portaclips.

Material

* Soporte de material plástico.* Clips de polímero permanente irreabsorbible y radiotransparente.

Medida


* Varias medidas.

Envasado

* Envase estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQjgHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	28/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.200001

GC: F33609

Nombre: CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Intermedio;Reforzamiento:NO;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Intermedio;Reforzamiento:NO;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura manual de vasos o conductos en cirugía.

Descripción

* Grapa moldeable que se presenta abierta para su aplicación con un portaclips.

Material

* Soporte de material plástico.* Clips de polímero permanente irreabsorbible y radiotransparente.

Medida


* Varias medidas.

Envasado

* Envase estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQJqHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	29/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.200001

GC: F33610

Nombre: CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Mediano;Reforzamiento:NO;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Mediano;Reforzamiento:NO;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura manual de vasos o conductos en cirugía.

Descripción

* Grapa moldeable que se presenta abierta para su aplicación con un portaclips.

Material

* Soporte de material plástico.* Clips de polímero permanente irreabsorbible y radiotransparente.

Medida


* Varias medidas.

Envasado

* Envase estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQjgHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	30/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.200001

GC: F38113

Nombre: CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Grande;Reforzamiento:SI;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Grande;Reforzamiento:SI;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura manual de vasos o conductos en cirugía.

Descripción

* Grapa moldeable que se presenta abierta para su aplicación con un portaclips.

Material

* Soporte de material plástico.* Clips de polímero permanente irreabsorbible y radiotransparente.

Medida


* Varias medidas.

Envasado

* Envase estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQjgHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	31/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.200001

GC: F38115

Nombre: CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Mediano;Reforzamiento:SI;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Mediano;Reforzamiento:SI;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura manual de vasos o conductos en cirugía.

Descripción

* Grapa moldeable que se presenta abierta para su aplicación con un portaclips.

Material

* Soporte de material plástico.* Clips de polímero permanente irreabsorbible y radiotransparente.

Medida


* Varias medidas.

Envasado

* Envase estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQQjqHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	32/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.200001

GC: F38111

Nombre: CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Intermedio;Reforzamiento:SI;

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[27-30];Talla:Intermedio;Reforzamiento:SI;

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Ligadura manual de vasos o conductos en cirugía.

Descripción

* Grapa moldeable que se presenta abierta para su aplicación con un portaclips.

Material

* Soporte de material plástico.* Clips de polímero permanente irreabsorbible y radiotransparente.

Medida


* Varias medidas.

Envasado

* Envase estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQJqHSGpBgkxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	33/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.200002

GC: F57465

Nombre: CLIP CARDIACO DE TITANIO-GC

Nomotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: GC

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Se utiliza para el anudamiento de suturas de prótesis cardíacas.

Descripción

* Clip metálico que se presenta abierto para su colocación a través de un aplicador.* Una vez colocado en el aplicador, anuda y corta la sutura de poliéster y polipropileno.

Material

* Titanio.

Medida


* Varias medidas

Envasado

* Envase unitario estéril. donde aparezca: -Referencia comercial -Denominación del producto -
Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQJqHSGpBgkgxvZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	34/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.000002

GC: F57460

Nombre: APLICADOR DE CLIPS P/ cirugía cardiovascular-Long. del aplicador:[31-31];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Long. del aplicador:[31-31];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sujeción y corte de hilo de sutura en intervenciones valvulares de Cirugía Cardíaca Mínimamente Invasiva Mitral

Descripción

* Aplicador con mango en cuya parte distal se coloca un clips que permitirá la fijación de prótesis cardíacas.

Material

* Diferentes materiales: plástico de grado médico y acero inoxidable.

Medida


* Varias medidas.

Envasado

* Envase unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -
Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQjgHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	35/36	

**Anexo 2. Pliego de prescripciones técnicas.
Catálogo de Bienes y Servicios.**

2 de noviembre de 2022

Código: SU.PC.SANI.01.12.22.000002

GC: F57455

Nombre: APLICADOR DE CLIPS P/ cirugía cardiovascular-Long. del aplicador:[17-17];

Nemotécnico:

Medida: Unidad (Pieza)

Atributos y medidas: Long. del aplicador:[17-17];

Prescripciones Técnicas:

Indicaciones

* Sujeción y corte de hilo de sutura en intervenciones valvulares de Cirugía Cardíaca Mínimamente Invasiva Mitral

Descripción

* Aplicador con mango en cuya parte distal se coloca un clips que permitirá la fijación de prótesis cardíacas.

Material

* Diferentes materiales: plástico de grado médico y acero inoxidable.

Medida


* Varias medidas.

Envasado

* Envase unitario estéril donde aparezca: -Referencia de fabricante -Denominación comercial -
Método de esterilización -Fecha de caducidad -Nº de lote

Observaciones

Sin especificar

Código:	6hWMS990PFIRMAQjgHSGpBgkgxvuZ	Fecha	08/11/2022	
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	36/36	